



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Szczecin, dnia 07.06.2023 r.

Znak sprawy Nr RPoZP 20/2023

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na dostawę materiałów opatrunkowych oraz sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie

Pytania i odpowiedzi do SWZ nr 7 oraz sprostowanie do załącznika nr 1 do SWZ

- 1. Zadanie 2, pozycja 1** - Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a'100szt. Z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?
ODP.: Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.
- 2. Zadanie 4, pozycja 1** - Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a'25szt. Z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?
ODP.: Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.
- 3. Zadanie 19, pozycja 1**
Czy Zamawiający dopuści maskę medyczną mocowaną na gumki o długości sztywnika do formowania maski na nosie 10,5cm, zgodne z normą PN-EN 14683:2019 + AC:2019 typ II R?
ODP.: Zamawiający nie dopuszcza w/w asortymentu.
- 4. Zadanie 19, pozycja 1**
Czy Zamawiający dopuści maskę medyczną wiązana na troki o długości 40cm o długości sztywnika do formowania maski na nosie 10,5cm, z normą PN-EN 14683:2019 + AC:2019 typ II?
ODP.: Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.
- 5. Zadanie 20, pozycja 1-3** - Czy Zamawiający dopuści opakowanie jednostkowe papier-folia?
ODP.: Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.
- 6. Zadanie 20, pozycja 1** - Czy Zamawiający oczekuje przyrządu z zaciskiem rolkowym wyposażonym w pochewkę na igłę biorczą, która umożliwi prawidłowe zabezpieczenie kolca biorczego po wyciągnięciu z opakowania z płynem, chroniąc personel przed ryzykiem zakażenia?
ODP.: Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.
- 7. Zadanie 20, pozycja 1** - Czy Zamawiający oczekuje przyrządu wyposażonego w zacisk rolkowy z uchwytem, umożliwiającym bezpieczne podwieszenie drenu, bez zamknięcia jego światła, zapobiegając kontaminacji łącznika Luer Lock przyrządu, minimalizując ryzyko wprowadzenia zakażenia u pacjenta.
ODP.: Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.
- 8. Zadanie 20, pozycja 1** - Czy Zamawiający oczekuje przyrządu do infuzji z komorą kroplową zaopatrzoną w dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiające wkłucie w pojemniki z płynami?
ODP.: Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.
- 9. Zadanie 20, pozycja 1** - Czy Zamawiający oczekuje przyrządu posiadającego na zacisku rolkowym wytłoczoną nazwę producenta, w celu pełnej identyfikacji wyrobu?
ODP.: Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

10. Zadanie 20, pozycja 6 - Czy Zamawiający dopuści przedłużacze o długości 150cm?
ODP.: Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

11. Zadanie 24, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści wycenę papieru do Cardiovit FT-1 114x150mmx75 kartki z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?
ODP.: Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Zamawiający zawiadamia, że w związku pytaniami do SWZ dokonuje sprostowania w załączniku nr 1 do SWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia w zadaniu nr 19.
Formularz ofertowy poprawiony został zamieszczony na platformie.

KOMENDANT


plk mgr Krzysztof Jurkowski

I.B. 91/8105982