



# SZPITAL SPECJALISTYCZNY

w PIŁA

im. Stanisława Staszica

64-920 Piła, ul. Rydygiera Ludwika 1

Sekretariat 67 210 62 05  
Centrala 67 210 66 66  
Fax 67 212 40 85  
e-mail: kancelaria@szpital.pila.pl  
www.szpitalpila.pl



Piła, 25.09.2024 roku

FZP.III-241/80/24

## ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod hasłem: „**WYPOSAŻENIE PROSEKTORIUM**”

Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Piła im. Stanisława Staszica zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 (tj. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1320 ze zm.) modyfikuje treść Specyfikacji Warunków Zamówienia poprzez zmianę :

a) zapisów w załączniku nr 2a (opis przedmiotu zamówienia) dodając - stół sekcyjny mobilny 32a o treści:

OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH			
Stół sekcyjny mobilny 32a			
Oferowany model/typ:			
Producent:			
Kraj pochodzenia:			
Lp.	Opis parametru	Wartość wymagana	Wartość oferowana
1	Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe).	Tak	
2	Stół wykonany ze stali ze stali nierdzewnej,	Tak	
3	Stół mobilny składany (możliwość złożenia stołu do części magazynowej na czas wolny od zabiegów)	Tak	
4	Stół na 4 kółkach min. fi 125 mm. Koła min. 2 z hamulcem	Tak	
5	Blat stołu z podwyższonym rantem i przechyłem w stronę odpływu.	Tak	
6	Odpływ zakończony syfonem PVC	Tak	
7	Pod syfonem wiaderko ze stali nierdzewnej do zbierania odcieku	Tak	
8	Obciążenie stołu min. 200 kg	Tak, podać	
9	Wymiary po rozłożeniu: 2100x825x850 mm +/- 30 mm.	Tak, podać	
11	Pozostałe warunki:	Tak	
12	Certyfikat jakości EN ISO 9001 wystawiony na producenta lub równoważny (kopię dołączyć do oferty)	Tak	
13	Atest PZH ( dołączyć do oferty)	Tak	

b) zapisów w załączniku nr 2a (formularz cenowy) poprzez dodanie wiersza 13a i zmianę ilości w pozycji 12

Zmodyfikowane dokumenty w załączeniu.