

Wołów, 11.09.2024 r.

15/PCM/2024/ZP/A

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ – 26

**Dotyczy:** postępowania nr 15/PCM/2024/ZP/A **Sukcesywna dostawa zużywalnego sprzętu medycznego przez okres 12 miesięcy**

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia Zamawiający, zgodnie z art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), przekazuje treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami:

### Pytanie 1 - Pakiet 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 1 kaniuli dożylniej bezpiecznej z cewnikiem wykonanym z poliuretanu, bez portu górnego, zastawka zapobiegająca wypływowi krwi podczas kaniulacji (22G) ,z zabezpieczeniem zapobiegającym ekspozycji na krew w pełni izolującym igłę , z otworem przy ostrzu umożliwiającym szybkie i pewne wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia (22G), ergonomiczny kształt, widoczna w rtg, sterylna jednorazowego użytku w rozmiarach:

22G- 0,9mm x 25 mm . - przepływ 31ml/min.;

22G x 0,9 mm x 31 mm – przepływ 28 m/min do wyboru przez Zamawiającego

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.**

### Pytanie 2 - Pakiet 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 2 kaniuli dożylniej bezpiecznej z cewnikiem wykonanym z poliuretanu, bez portu górnego, zastawka zapobiegająca wypływowi krwi podczas kaniulacji (20G) ,z zabezpieczeniem zapobiegającym ekspozycji na krew w pełni izolującym igłę , z otworem przy ostrzu umożliwiającym szybkie i pewne wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia (20 G), ergonomiczny kształt, widoczna w rtg, sterylna jednorazowego użytku w rozmiarach:

20G 1,1mm x 25 mm - przepływ 62ml/min.;

20G- 1,1mm x 31 mm. - przepływ 55 ml/min.do wyboru przez Zamawiającego

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.**

### Pytanie 3 - Pakiet 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 3 kaniuli dożylniej bezpiecznej z cewnikiem wykonanym z poliuretanu, bez portu górnego, zastawka zapobiegająca wypływowi krwi podczas kaniulacji (18G), z zabezpieczeniem zapobiegającym ekspozycji na krew w pełni izolującym igłę, z otworem przy ostrzu umożliwiającym szybkie i pewne wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia (18G), ergonomiczny kształt, widoczna w rtg, sterylna jednorazowego użytku w rozmiarach:

18G- 1,3mm z 31 mm. - przepływ 100ml/min.;

18G- 1,3mm x 50 mm. - przepływ 90ml/min. do wyboru przez Zamawiającego

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.**

### Pytanie 4 - Pakiet 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 4 kaniuli dożylniej bezpiecznej z cewnikiem wykonanym z poliuretanu, bez portu górnego, z zabezpieczeniem zapobiegającym ekspozycji na krew w pełni izolującym igłę, ergonomiczny kształt, widoczna w rtg, sterylna jednorazowego użytku w rozmiarze: 16G x 1,7 mm x 31 mm – przepływ 183 ml/min;

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.**

### Pytanie 5 - Pakiet 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 5 kaniuli dożylniej bezpiecznej z cewnikiem wykonanym z poliuretanu, bez portu górnego, z zabezpieczeniem zapobiegającym ekspozycji na krew w pełni izolującym igłę, ergonomiczny kształt, widoczna w rtg, sterylna jednorazowego użytku w rozmiarze: 14G x 2,1 mm x 31 mm – przepływ 272 ml/min,

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.**

### Pytanie 6 - Pakiet 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 6 kaniuli dożylniej bezpiecznej z cewnikiem wykonanym z poliuretanu, bez portu górnego, zastawka zapobiegająca wypływowi krwi podczas kaniulacji (24G), z zabezpieczeniem zapobiegającym ekspozycji na krew w pełni izolującym igłę, z otworem przy ostrzu umożliwiającym szybkie i pewne wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia (24G), ergonomiczny kształt, widoczna w rtg, sterylna jednorazowego użytku w rozmiarze: 24G 0,7mm.x 19 mm - przepływ 16 ml/min.;

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.**

### Pytanie 7 - Pakiet 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 7 kaniuli dożylniej bezpiecznej z cewnikiem wykonanym z poliuretanu, bez portu górnego, z zabezpieczeniem zapobiegającym ekspozycji na krew w pełni izolującym igłę, z otworem przy ostrzu umożliwiającym szybkie i pewne wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia (26 G), ergonomiczny kształt, widoczna w rtg, sterylna jednorazowego użytku w rozmiarze: 26 G 0,6 x 19 mm – przepływ 12 ml/min

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.**

#### **Pytanie 8 - Pakiet 3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 9 koreczki luer lock z trzpieniem wystającym poza krawędź koreczka.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.**

#### **Pytanie 9 - Pakiet 3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 11 kranik odcinający do terapii dożylniej, trójdrożny, z drenem 10 cm. Opakowanie 75 szt.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.**

#### **Pytanie 10 - Pakiet 3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 12 kranik odcinający do terapii dożylniej opakowanie 100 szt.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza – pozostałe parametry zgodnie z SWZ.**

#### **Pytanie 11 - Pakiet 5**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 1 przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa z miękkiego elastycznego tworzywa, (bez PCV) o długości min. 60 mm w części przezroczystej. Nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza – pozostałe parametry zgodnie z SWZ.**

#### **Pytanie 12 - Pakiet 5**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 2 przyrząd do przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych/ transfuzji, z komora kroplowa wolna od PVC o długości min. 80mm w części przezroczystej, z odpowietrznikiem, zatyczka filtra w kolorze czerwonym, pojemność komory 18 ml, całość bez zawartości ftalanów DEHP, BBP, DBP i lateksu (informacja fabrycznie nadrukowana na opakowaniu jednostkowym), bez zawartości bisfenolu A (BPA), zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu (dodatkowy otwór/pochewka), nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, dren o dł. 150 cm wyposażony w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania, opakowanie kolorystyczne - nadruk w kolorze czerwonym, Opakowanie jednostkowe folia-papier ze znacznikiem sterylizacji i fabrycznie umieszczonym dwuwymiarowym kodem kreskowym umożliwiającym elektroniczny odczyt daty ważności i numeru serii, sterylna, opakowanie 180 szt,

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.**

### Pytanie 13 - Pakiet 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 4 przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, bursztynowy - do leków światłoczułych, komora kroplowa z miękkiego elastycznego tworzywa, (bez PCV) o długości min. 60 mm w części przezroczystej, całość wolna od ftalanów DEHP, BBP, DBP i lateksu (informacja fabrycznie nadrukowana na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza stożkowa, dwukanałowa z ABS, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu (dodatkowy otwór/pochewka), nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, dren o dł. 150 cm, objętość wypełnienia drenu 11 ml, dren o średnicy 3 mm, wyposażone w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania. Opakowanie jednostkowe folia-papier ze znacznikiem sterylizacji i fabrycznie umieszczonym dwuwymiarowym kodem kreskowym umożliwiającym elektroniczny odczyt daty ważności i numeru serii, sterylny, opakowanie 200 szt.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.**

### Pytanie 14 - Pakiet 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 7 przedłużaczy o średnicy wewnętrznej 3 mm.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.**

### Pytanie 15 - Pakiet 5

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy w pozycji 1,2 i 4 oczekuje zaoferowania przyrządów do przetaczania płynów infuzyjnych bez ftalanów DEHP, BBP, DBP i lateksu - informacja fabrycznie nadrukowana na opakowaniu jednostkowym

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga przyrządu do przetaczania bez ftalanów wraz ze stosowną informacją na etykiecie – dotyczącą braku ftalanów.**

### Pytanie 16 - Pakiet 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 6 strzykawki trzyczęściowej do tuberkuliny 1ml, bezpieczna, z wbudowaną igłą w rozmiarze 27 G 0,4 x 12,5 mm wykonana z polipropylenu, z mechanizmem umożliwiającym nieodwracalne schowanie igły w cylindrze po użyciu oraz zabezpieczenie przed ponownym użyciem strzykawki, czytelna i trwała dobrze widoczna skala pomiarowa, podwójne uszczelnienie tłoka, sterylna. Możliwość łatwego odłamania tłoka po zabezpieczeniu igły. Na opakowaniu jednostkowym informacja o braku lateksu, op. 100 szt.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.**

### Pytanie 17 - Pakiet 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 7 strzykawki trzyczęściowej, jednorazowego użytku, bursztynowa, 50 ml (60 ml), do pomp infuzyjnych z łącznikiem stożkowym luer-lock, gumowy tłoczek z podwójnym uszczelnieniem, na cylindrze dwustronna/podwójna skala pomiarowa co 1 ml do 60 ml, podwójne uszczelnienie tłoka, czterostronne podcięcie tłoczyska dla dobrej stabilizacji w pompie, długość całkowita min. 16 cm, wykonana z polipropylenu, nazwa producenta na cylindrze, oznaczenie o braku zawartości lateksu fabrycznie nadrukowane na opakowaniu jednostkowym sterylizowane EO, opakowanie papier-foolia, opakowanie 85 szt.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.**

### Pytanie 18 - Pakiet 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 8 strzykawki trzyczęściowej, jednorazowego użytku, biała, 50 ml (60 ml), do pomp infuzyjnych, z łącznikiem stożkowym luer-lock, gumowy tłoczek z podwójnym uszczelnieniem, na cylindrze dwustronna/podwójna skala pomiarowa co 1 ml do 60 ml, podwójne uszczelnienie tłoka, czterostronne podcięcie tłoczyska dla dobrej stabilizacji w pompie, długość całkowita min. 16 cm, wykonana z polipropylenu, nazwa producenta na cylindrze, oznaczenie o braku zawartości lateksu fabrycznie nadrukowane na opakowaniu jednostkowym, sterylizowane EO, opakowanie papier-foolia, opakowanie 85 szt.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.**

Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający informuje, iż nie przedłuża terminu składania ofert. Ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z poważaniem

PREZES  
ZARZĄDU SPÓŁKI  
Bartosz Granat

Sporządziła: Anna Chechelska, Tel: 71/ 38 05 807, e-mail: [annachechelska@pcm-wolow.pl](mailto:annachechelska@pcm-wolow.pl)

