



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Znak: SZP 598 /11/2021

Chrzanów, 12.11.2021 r.

Wykonawcy

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do sprawy nr 111/2021 na „Dostawa łóżek elektrycznych z wyposażeniem dla oddziałów Szpitala Powiatowego w Chrzanowie”.

Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania od wykonawców dotyczących ww. sprawy oraz informuje o przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert na dzień 18.11.2021 (składanie ofert do godz. 10:00; otwarcie ofert godz. 11:00). Forma, miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Zamawiający informuje ponadto, że w związku ze zmianą terminu składania ofert, zmienia termin związania ofertą do dnia 17.12.2021r.

Pakiet 1 - Wielofunkcyjne łóżko elektryczne z barierkami na całej długości – 10 szt Neurologia.

Pytanie 1. Pkt.7 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka z układem elektrycznym spełniającym wymagania IPX4.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 2. Pkt.8 – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka z ramą leża wyposażoną w gniazdo wyrównania potencjału, przebadanego pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego wg europejskiej normy EN-60601-1.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3. Pkt.9 – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka z elektryczną regulacją pleców w zakresie 0-63 stopni oraz elektryczną regulacją segmentu uda w zakresie 0-30 stopni.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 4. Pkt.10 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 380-790 mm.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 5. Pkt.11 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka ze sterowaniem przy pomocy panelu centralnego oraz zintegrowanego sterowania w barierkach bocznych.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 6. Pkt.12 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka bez półki do odkładania pościeli w celu umieszczania tam panelu centralnego, który w łatwy sposób może z niej wypaść bądź się wysunąć, co grozi upadkiem, a w konsekwencji uszkodzeniem. Proponujemy rozwiązanie funkcjonalniejsze – panel wieszany na specjalnie



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

wyprofilowanym i przystosowanym w tym celu szczytce łóżka od strony nóg pacjenta.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 7. Pkt.17 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka ze szczytami wykonanymi z polipropylenu z rurkami łączącymi ze stali nierdzewnej, specjalnie zaprojektowanymi do zaczepienia centralnego panelu sterowania SUPERVISOR oraz kompresora materaca powietrznego i/lub półki na monitor. Podstawa wykonana z malowanych rurek stalowych, pokryta tworzywową obudową, którą można łatwo wyczyścić i zdezynfekować, z łatwym dostępem do pacjenta zarówno od strony nóg, jak i głowy. Szczyty z możliwością wykorzystania jako deska reanimacyjna, to rozwiązanie niefunkcjonalne oraz niesprawdzające się w praktyce.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 8. Pkt.18 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka z barierkami tworzywowymi, dzielonymi, 4 sekcyjnymi, o wysokości 41 cm, składane wzdłuż ramy leża za pomocą jednego przycisku. Spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 9. Pkt.19 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka bez półki na pościel.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 10. Pkt.21 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka wyposażonego w wysokiej jakości tworzywowe uchwyty materaca, które lepiej i stabilniej zabezpieczają materac przed przemieszczaniem się.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11. Pkt.22 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka o podstawie jezdnej wyposażonej w antystatyczne koła o średnicy 125 mm, z centralną blokadą kół oraz blokadą kierunkową.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 12. Pkt.26 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka z wysięgnikiem ręki i stojakiem na płyny infuzyjne. Wysięgnik ręki wyposażony w haczyki na płyny infuzyjne jest rozwiązaniem niefunkcjonalnym.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1 - Wielofunkcyjne łóżko elektryczne z barierkami na całej długości – 10 szt Neurologia.

Pytanie 13. Pkt.5 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka o długości całkowitej 2180 mm oraz o wymiarach leża: 840 x 2000 mm.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 14. Pkt.7 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka z układem elektrycznym spełniającym wymagania IPX4.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 15. Pkt.9 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka z elektryczną regulacją segmentu uda w zakresie 0-32 stopnie, bez przechyłu Trendelenburga i anty/Trendelenburga.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Pytanie 16. Pkt.10 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 400-800 mm.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 17. Pkt. 11 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka sterowanego pilotem z czytelnymi piktogramami, łatwego w obsłudze.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 18. Pkt.12 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka sterowanego przy pomocy pilota, bez panelu centralnego.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 19. Pkt.14 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka z platformą materaca wykonaną z ABS, łatwą do usunięcia i czyszczenia, z okrągłymi krawędziami i zintegrowanymi ogranicznikami materaca.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 20. Pkt.15 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka bez wbudowanego akumulatora, z podłączeniem do sieci.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 21. Pkt.16 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka bez możliwości przedłużania leża.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 22. Pkt.17 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka ze szczytami wykonanymi z polipropylenu z rurkami łączącymi ze stali nierdzewnej, specjalnie zaprojektowanymi do zaczepienia centralnego panelu sterowania SUPERVISOR oraz kompresora materaca powietrznego i/lub półki na monitor. Podstawa wykonana z malowanych rurek stalowych, pokryta tworzywową obudową, którą można łatwo wyczyścić i zdezynfekować, z łatwym dostępem do pacjenta zarówno od strony nóg, jak i głowy. Szczyty z możliwością wykorzystania jako deska reanimacyjna, to rozwiązanie niefunkcjonalne oraz niesprawdzające się w praktyce.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 23. Pkt.18 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka z barierkami tworzywowymi, dzielonymi, 4 sekcyjnymi, o wysokości 41 cm i grubości innej od opisanej, składane wzdłuż ramy leża za pomocą jednego przycisku. Spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 24. Pkt.19 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka bez półki na pościel.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 25. Pkt.21 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka wyposażonego w wysokiej jakości tworzywowe uchwyty materaca, które lepiej i stabilniej zabezpieczają materac przed przemieszczaniem się.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 26. Pkt.22 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka o podstawie jezdnej wyposażonej w antystatyczne koła o średnicy 125 mm, z centralną blokadą kół oraz



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

blokadą kierunkową.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 27. Pkt.24 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka ze wstawkami szczytów w kolorze zielonym i ramą w kolorze białym.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 28. Pkt.26 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka z materacem szpitalnym, przeciwoleżynowym piankowym o innych parametrach od podanych, w pokrowcu zmywalnym, paroprzepuszczalnym.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 29. Pkt.26 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka z wysięgnikiem ręki i stojakiem na płyny infuzyjne. Wysięgnik ręki wyposażony w haczyki na płyny infuzyjne jest rozwiązaniem niefunkcjonalnym.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1 - Wielofunkcyjne łóżko elektryczne z barierkami na całej długości – 10 szt Neurologia.

Pytanie 30. Pkt.5 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka o szerokości całkowitej z zamontowanymi barierkami 103 cm.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 31. Pkt.8 – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka z ramą leża bez gniazda wyrównania potencjału.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 32. Pkt.9 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka z elektryczną regulacją segmentu uda w lepszym zakresie 0-65 stopni.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 33. Pkt.10 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 4100-780 mm.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 34. Pkt. 11 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka sterowanego pilotem z czytelnymi piktogramami, łatwego w obsłudze.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 35. Pkt.12 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka sterowanego przy pomocy pilota, bez panelu centralnego.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 36. Pkt.14 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka z platformą leża wykonaną z przeziernych dla RTG paneli polipropylenowych (PP), HPL lub metalowych, łatwo zdejmowalnych, prostych w dezynfekcji, ze zintegrowanymi stoperami materaca zapobiegającymi jego wysuwaniu.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Pytanie 37. Pkt.15 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka bez wbudowanego akumulatora, z podłączeniem do sieci.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 38. Pkt.17 – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka ze zdejmowanymi szczytami od strony głowy i od strony nóg, wykonanymi z polipropylenu, z rurkami łączącymi ze stali nierdzewnej, specjalnie zaprojektowanymi do powieszenia panelu sterowania oraz pompy materaca zmiennociśnieniowego i/lub półki na monitor.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 39. Pkt.18 – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka wyposażonego w czteroczęściowe barierki boczne z amortyzatorem umożliwiającym ciche opuszczanie barierki. Bariereki wykonane z termoformowanego polipropylenu, łatwe do mycia i dezynfekcji, gwarantujące zabezpieczenie pacjenta nad platformą leża. Na barierkach bocznych od strony głowy, znajduje się graficzny wskaźnik pokazujący nachylenie oparcia od -10° do +90°. Na barierkach bocznych od strony nóg znajduje się graficzny wskaźnik konta trendelenburga /anty Trendelenburga. Bariereki zgodne z normą bezpieczeństwa EN 60601-2-52.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 40. Pkt.18 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka z lekkimi, aluminiowymi barierkami chroniącymi pacjenta na $\frac{3}{4}$ długości z systemem odblokowywania na wysokości ręki personelu medycznego od strony nóg pacjenta. Bariereki składane, odblokowywane w dwóch ruchach dla bezpieczeństwa pacjenta. Bariereki bezpieczne z systemem zabezpieczającym przed zakleszczeniem palców. Bariereki zgodne z normą bezpieczeństwa EN 60601-2-52.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 41. Pkt.19 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka bez półki na pościel.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 42. Pkt.21 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka wyposażonego w wysokiej jakości tworzywowe uchwyty materaca, które lepiej i stabilniej zabezpieczają materac przed przemieszczaniem się.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 43. Pkt.22 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka o podstawie jezdnej wyposażonej w koła o średnicy 125 mm, z centralną blokadą kół oraz blokadą kierunkową.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 44. Pkt.23 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka o bezpiecznym obciążeniu 230 kg, ale obciążeniu statycznym aż 400 kg.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 45. Pkt.26 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka z materacem szpitalnym, przeciwoleżynowym piankowym o innych parametrach od podanych, w pokrowcu zmywalnym, paroprzepuszczalnym.



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 46. Pkt.26 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka z wysięgnikiem ręki i stojakiem na płyny infuzyjne. Wysięgnik ręki wyposażony w haczyki na płyny infuzyjne jest rozwiązaniem niefunkcjonalnym.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 2 - Wielofunkcyjne łóżko elektryczne – 7 szt Stacja Dializ.

Pytanie 47. Pkt.5 – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka o długości całkowitej 2200 mm oraz o wymiarach leża: 880 x 2000 mm.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 48. Pkt.8 – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka z ramą leża wyposażoną w gniazdo wyrównania potencjału, przebadanego pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego wg europejskiej normy EN-60601-1.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 49. Pkt.9 – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka z elektryczną regulacją pleców w zakresie 0-63 stopni oraz elektryczną regulacją segmentu uda w zakresie 0-30 stopni.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 50. Pkt.10 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 380-790 mm.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 51. Pkt.18 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka ze szczytami wykonanymi w innej technologii od opisanej, z polipropylenu z kolorowymi wklejkami, łatwo odejmowane, odporne na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV z rurkami łączącymi ze stali nierdzewnej, specjalnie zaprojektowanymi do zaczeplenia centralnego panelu sterowania SUPERVISOR oraz kompresora materaca powietrznego i/lub półki na monitor. Podstawa wykonana z malowanych rurek stalowych, pokryta tworzywową obudową, którą można łatwo wyczyścić i zdezynfekować. Szczyty wyprofilowane, z możliwością łatwego manewrowania łóżkiem, przemieszczania go np. w celu transportu łóżka, łatwo odejmowane bez użycia narzędzi (z możliwością zabezpieczenia szczytu przed wypadnięciem).

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 52. Pkt.19 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka z barierkami wykonanymi z trzech epoksydowanych, stalowych rurek, wyposażonych w zabezpieczone połączenia w celu łatwych, intuicyjnych ruchów, o wysokości 41 cm i grubości innej od opisanej, składane wzdłuż ramy leża za pomocą jednego przycisku. Spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 53. Pkt.20 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka bez półki na pościel.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 54. Pkt.24 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka o podstawie jezdnej wyposażonej w antystatyczne koła o średnicy 125 mm, z centralną blokadą kół oraz blokadą kierunkową.



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 55. Pkt.27 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka z możliwością wyboru kolorów wypełnień szczytów z 7 kolorów i ramą w kolorze białym.

Odp.: Zamawiający dopuszcza jeśli do wyboru będzie kolor niebieski.

Pakiet 2 - Wielofunkcyjne łóżko elektryczne – 7 szt Stacja Dializ.

Pytanie 56. Pkt.5 – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka o długości całkowitej 2180 mm oraz o wymiarach leża: 840 x 2000 mm.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 57. Pkt.8 – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka z ramą leża wyposażoną w gniazdo wyrównania potencjału, przebadanego pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego wg europejskiej normy EN-60601-1.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 58. Pkt.9 – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka z elektryczną regulacją segmentu uda w zakresie 0-32 stopnie, bez przechyłu Trendelenburga i anty/Trendelenburga.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 59. Pkt.10 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 400-800 mm.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 60. Pkt.15 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka z platformą materaca wykonaną z ABS, łatwą do usunięcia i czyszczenia, z okrągłymi krawędziami i zintegrowanymi ogranicznikami materaca.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 61. Pkt.17 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka bez możliwości przedłużania leża.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 62. Pkt.18 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka ze **szczytami** wykonanymi w innej technologii od opisanej, z polipropylenu z kolorowymi wkładkami, łatwo odejmowane, odporne na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV z rurkami łączącymi ze stali nierdzewnej, specjalnie zaprojektowanymi do zaczeplenia centralnego panelu sterowania SUPERVISOR oraz kompresora materaca powietrznego i/lub półki na monitor. Podstawa wykonana z malowanych rurek stalowych, pokryta tworzywową obudową, którą można łatwo wyczyścić i zdezynfekować. Szczyty wyprofilowane, z możliwością łatwego manewrowania łóżkiem, przemieszczania go np. w celu transportu łóżka, łatwo odejmowane bez użycia narzędzi (z możliwością zabezpieczenia szczytu przed wypadnięciem).

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Pytanie 63. Pkt.19 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka z barierkami tworzywowymi, dzielonymi, 4 sekcyjnymi, o wysokości 41 cm i grubości innej od opisanej, składane wzdłuż ramy leża za pomocą jednego przycisku. Spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 64. Pkt.20 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka bez półki na pościel.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 65. Pkt.24 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka o podstawie jezdnej wyposażonej w antystatyczne koła o średnicy 125 mm, z centralną blokadą kół oraz blokadą kierunkową.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 66. Pkt.27 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka ze wstawkami szczytów w kolorze zielonym i ramą w kolorze białym.

Odp.: Zamawiający dopuszcza jeśli do wyboru będzie kolor niebieski.

Pakiet 2 - Wielofunkcyjne łóżko elektryczne – 7 szt Stacja Dializ.

Pytanie 67. Pkt.5 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka o szerokości całkowitej z zamontowanymi barierkami 103 cm oraz wymiarami leża 850x1950 mm.

Odp.: Nie.

Pytanie 68. Pkt.8 – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka z ramą leża bez gniazda wyrównania potencjału.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 69. Pkt.9 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka z elektryczną regulacją segmentu pleców w lepszym zakresie 0-80 stopni oraz uda w lepszym zakresie 0-65 stopni.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 70. Pkt.10 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 4100-780 mm.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 71. Pkt.15 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka z platformą leża wykonaną z przeziernych dla RTG paneli polipropylenowych (PP), HPL lub metalowych, łatwo zdejmowalnych, prostych w dezynfekcji, ze zintegrowanymi stoperami materaca zapobiegającymi jego wysuwaniu.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 72. Pkt.18 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka ze szczytami wykonanymi w innej technologii od opisanej, z polipropylenu z kolorowymi wklejkami, łatwo odejmowane, odporne na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV z rurkami łączącymi ze stali nierdzewnej, specjalnie zaprojektowanymi do zaczepienia centralnego panelu sterowania oraz kompresora materaca powietrznego i/lub półki na monitor. Szczyty wyprofilowane, z możliwością łatwego manewrowania łóżkiem, przemieszczania go np. w celu transportu łóżka, łatwo odejmowane bez użycia narzędzi (z możliwością zabezpieczenia szczytu przed



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

wypadnięciem).

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 73. Pkt.19 – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka wyposażonego w czteroczęściowe barierki boczne z amortyzatorem umożliwiającym ciche opuszczanie barierki. Bariereki wykonane z termoformowanego polipropylenu, łatwe do mycia i dezynfekcji, gwarantujące zabezpieczenie pacjenta nad platformą leża. Na barierkach bocznych od strony głowy, znajduje się graficzny wskaźnik pokazujący nachylenie oparcia od -10° do +90°. Na barierkach bocznych od strony nóg znajduje się graficzny wskaźnik konta trendelenburga /anty Trendelenburga. Bariereki zgodne z normą bezpieczeństwa EN 60601-2-52.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 74. Pkt.19 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka z lekkimi, aluminiowymi barierkami chroniącymi pacjenta na $\frac{3}{4}$ długości z systemem odblokowywania na wysokości ręki personelu medycznego od strony nóg pacjenta. Bariereki składane, odblokowywane w dwóch ruchach dla bezpieczeństwa pacjenta. Bariereki bezpieczne z systemem zabezpieczającym przed zakleszczeniem palców. Bariereki zgodne z normą bezpieczeństwa EN 60601-2-52.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 75. Pkt.20 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka bez półki na pościel.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 76. Pkt.24 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka o podstawie jezdnej wyposażonej w koła o średnicy 125 mm, z centralną blokadą kół oraz blokadą kierunkową.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 77. Pkt.25 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka o bezpiecznym obciążeniu 230 kg, ale obciążeniu statycznym aż 400 kg.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 78. Pkt.28 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka z materacem szpitalnym, przeciwoleżynowym piankowym o innych parametrach od podanych, w pokrowcu zmywalnym, paroprzepuszczalnym.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 79. Pkt.28 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka z wysięgnikiem ręki i stojakiem na płyny infuzyjne. Wysięgnik ręki wyposażony w haczyki na płyny infuzyjne jest rozwiązaniem niefunkcjonalnym.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

PAKIET NR 1 Wielofunkcyjne łóżko elektryczne z barierkami na całej długości (wymagania zgodnie z OPZ). – 10szt.

Pytanie 80. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z wolną przestrzenią pomiędzy podłożem a całym podwoziem wynoszącą 120 mm umożliwiającą łatwy przejazd przez progi oraz wjazd do dźwigów osobowych?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Pytanie 81. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 350mm-810mm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 82. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne sterowane przewodowym pilotem bez wyświetlacza LCD?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 83. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko posiadające wypełnienie szczytów płytą HPL o grubości 6 mm?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 84. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko bez możliwości wykorzystania płyty jako deski reanimacyjnej?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 85. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w koła o średnicy 125 mm?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 86. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z wysuwaną półką na pościel z dopuszczalnym obciążeniem 5 kg?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 87. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne, którego dopuszczalne obciążenie wynosi 230 kg?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 88. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania materac o gęstości 35kg/m³?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 89. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania materac wyposażony w zamek w kształcie litery "L"?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 90. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z wysięgnikiem z uchwytem ręki nie posiadającym dwóch haczyków na płyny infuzyjne?

Odp.: Zgodnie z poprzednimi odpowiedziami.

Pytanie 91. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z leżem wypełnionym płytami HPL, odporne na działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekujących oraz działanie UV?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 92. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z leżem wypełnionym płytami zamontowanymi na stałe?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 93. Opis przedmiotu zamówienia nie określa konstrukcji łóżka. Czy zatem, aby otrzymać oferty łóżek spełniających wszelkie kryteria nowoczesności i bezpieczeństwa, Zamawiający wniesie wymóg takiej konstrukcji łóżka, w której rama ukryta jest pod segmentami leża (tzw. rama wewnętrzna)? Uzasadnienie: W tym rozwiązaniu rama,



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

ponieważ znajduje się pod segmentami leża, nie poszerza sztucznie łóżka i nie tworzy z leżem bardzo niebezpiecznego mechanizmu „nożyc” mogących zmiażdżyć rękę, jeśli znajdzie się ona przypadkowo na ramie w chwili gdy ktoś obniży segment oparcia pleców

Odp.: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 94. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko nie posiadające przycisku świadomego użycia na panelu?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 95 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko wyposażone w panel sterujący z możliwością blokady poszczególnych funkcji na panelu?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 96. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z wysokością barierki liczoną od górnej części leża do szczytu barierki 36cm?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

PAKIET NR 2 Wielofunkcyjne łóżko elektryczne (wymagania zgodnie z OPZ). – 7szt.

Pytanie 97. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z wolną przestrzenią pomiędzy podłożem a całym podwoziem wynoszącą 120 mm umożliwiającą łatwy przejazd przez progi oraz wjazd do dźwigów osobowych?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 98. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko długości całkowitej 2180mm?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 99. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o szerokości całkowitej wraz z zamontowanymi barierkami 960mm (wymiar leża 850mmx2000mm).

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 100. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o zakresie elektrycznej regulacji segmentu oparcia pleców 0-74°?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 101. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o czasie zmiany wysokości leża z pozycji minimalnej do maksymalnej 30 sekund?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 102. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z leżem wypełnionym płytami HPL, odporne na działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekujących oraz działanie UV?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 103. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z leżem wypełnionym płytami zamontowanymi na stałe?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Pytanie 104. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z barierką lakierowaną proszkowo, wykonaną z trzech profili stalowych okrągłych o średnicy 25mm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza średnicę 25 mm, pozostałe wymogi pozostają bez zmian.

Pytanie 105. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w bariery boczne składane poprzez odciążenie zwalnicza a następnie pochylenie bariery, a rozkładanie odbywa się poprzez podniesienie bariery i samoczynne zabezpieczenie jej przed nieświadomym złożeniem?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 106. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w półkę do odkładania pościeli, wystającą w niewielkim stopniu poza ramę jednak nie wykraczającą poza zewnętrzny obrys łóżka stanowiony przez krążki odbojowe?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 107. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w koła o średnicy 125 mm?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 108. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne, którego dopuszczalne obciążenie wynosi 230 kg?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 109. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z wysięgnikiem z uchwytem ręki nie posiadającym dwóch haczyków na płyny infuzyjne?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 110. Opis przedmiotu zamówienia nie określa konstrukcji łóżka. Czy zatem, aby otrzymać oferty łóżek spełniających wszelkie kryteria nowoczesności i bezpieczeństwa, Zamawiający wniesie wymóg takiej konstrukcji łóżka, w której rama ukryta jest pod segmentami leża (tzw. rama wewnętrzna)? Uzasadnienie: W tym rozwiązaniu rama, ponieważ znajduje się pod segmentami leża, nie poszerza sztucznie łóżka i nie tworzy z leżem bardzo niebezpiecznego mechanizmu „nożyc” mogących zmiażdżyć rękę, jeśli znajdzie się ona przypadkowo na ramie w chwili gdy ktoś obniży segment oparcia pleców

Odp.: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 111. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka elektrycznego z pilotem przewodowym wyposażonym także w funkcję przechyłu Trendelenburga, jednakże funkcję tę dla bezpieczeństwa można zablokować?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 112. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka ze szczytami, łatwo odejmowanymi bez użycia narzędzi, bez możliwości zabezpieczenia szczytu przed wypadnięciem, ponieważ szczyt jest mocno usadowiony w ramie leża i nie ma możliwości jego samoczynnego wypadnięcia?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Pakiet 1. Przedmiot zamówienia: : Wielofunkcyjne łóżko elektryczne z barierkami na całej długości – 10 szt.

Pytanie 113. Czy Zamawiający w pkt. 3 dopuści podstawę łóżka na ramionach wznoszących podpierających leże w 8 punktach co jest równoważne do opisanego?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 114. Czy Zamawiający w pkt. 10 dopuści regulację elektryczną wysokości łóżka w zakresie: 400 do 850 mm?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 115. Czy Zamawiający w pkt. 11 dopuści łóżko sterowane przewodowym pilotem z podświetlanymi przyciskami, podzielonym na oznaczone różnym kolorem funkcje sterowania?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 116. Czy Zamawiający w pkt. 18 dopuści Bariierka lakierowana proszkowo, wykonane z 4 profili stalowych o wysokości 30 mm składane za pomocą jednej dźwigni spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52 ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 117. Czy Zamawiający w pkt. 26 dopuści łóżko wyposażone w wysięgnik z uchwytem ręki oraz wieszak na płyny infuzyjne?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1. Przedmiot zamówienia: Wielofunkcyjne łóżko elektryczne – 7 szt.

Pytanie 118. Czy Zamawiający w pkt. 3 dopuści podstawę łóżka na ramionach wznoszących podpierających leże w 8 punktach co jest równoważne do opisanego?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 119. Czy Zamawiający w pkt. 5 dopuści Wymiary zewnętrzne łóżka: Długość całkowita: 2200 mm, Szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami wynosi 995 mm (wymiar leża 900x2000) ?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 120. Czy Zamawiający w pkt. 10 dopuści regulację elektryczną wysokości łóżka w zakresie: 400 do 850 mm?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany

Pytanie 121. Czy Zamawiający w pkt. 12 dopuści łóżko sterowane przewodowym pilotem z możliwością blokady funkcji przez personel medyczny. Funkcja Trendelenburga dostępna na pilocie przewodowym, z możliwością blokady przez personel medyczny?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 122. Czy Zamawiający w pkt. 19 dopuści Bariierka lakierowana proszkowo, wykonane z 4 profili stalowych o wysokości 30 mm składane za pomocą jednej dźwigni spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Pytanie 123. Czy Zamawiający w pkt. 28 dopuści łóżko wyposażone w wysięgnik z uchwytem ręki oraz wieszak na płyny infuzyjne?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Sporządził:

Z poważaniem

Z-ca DYREKTORA

Izabela Kiełbalska