



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1  
W BEŁŻYCACH**

24-200 Bełżyce, ul. Przemysłowa 44

**NIP:** 713-28-46-648, **Regon:** 432710721, **Numer KRS:** 0000208113  
Bank Spółdzielczy w Nałęczowie, Filia w Bełżycach 96 8733 0009 0015 3113 2000 0010

Bełżyce, dnia 06.11.2023r.

Znak postępowania: **ZP/ SM /38/2023.**

Dotyczy postępowania pn.: „**Dostawa sprzętu medycznego: Zakup aparatury medycznej do wieży laparoskopowej. Zakup aparatury medycznej do zabiegów i do diagnostyki**”.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), przekazuje treść zapytań do SWZ wraz z udzielonymi odpowiedziami.

**Pytanie 1**

dot. pakietu 1 **POMPA LAPAROSKOPOWA- 1 szt**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania oferentów którzy zaoferują pompę laparoskopową o parametrach technicznych przedstawionych w tabeli poniżej.

Lp.	Parametr opisany w SIWZ	Parametr oferowany
1	Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji nie starszy 2023	<b>TAK</b> Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji 2023
2	Pompa ssąco-płuczająca do zabiegów laparoskopowych	<b>TAK</b> Pompa ssąco-płuczająca do zabiegów laparoskopowych
3	Niezależne uruchamianie toru ssania i płukania	<b>TAK</b> Niezależne uruchamianie toru ssania i płukania
4	Ssanie realizowane poprzez pompę podciśnienia	<b>TAK</b> Ssanie realizowane poprzez pompę podciśnienia
5	Maksymalne ujemne ciśnienie ssania - 60kPa	<b>TAK</b> Maksymalne ujemne ciśnienie ssania -60kPa
6	Samo-testowanie przy uruchomieniu	<b>TAK</b> Samo-testowanie przy uruchomieniu
7	Maksymalne ciśnienie w torze płukania 450mmHg	<b>Maksymalne ciśnienie w torze płukania 400 mmHg (+/- 50 mmHg)</b>
8	Maksymalny przepływ w torze płukania 3L/min.	<b>Maksymalny przepływ w torze płukania 2L/min.</b>
9	Dreny jedno i wielorazowe wyposażone w technologie RFID	<b>TAK</b> Dreny jedno i wielorazowe wyposażone w technologie RFID
10	Czytnik RFID (rozpoznawanie drenów za pomocą fal radiowych) zamontowany przy rolce w torze napływu	<b>TAK</b> Czytnik RFID (rozpoznawanie drenów za pomocą fal radiowych) zamontowany przy rolce w torze napływu
11	Możliwość stosowanie drenów jedno i wielorazowych	<b>TAK</b> Możliwość stosowanie drenów jedno i wielorazowych
12	Uchwyt / mocowanie kompatybilne z wieżą artroskopową	<b>TAK</b> Uchwyt / mocowanie kompatybilne z wieżą artroskopową
13	Waga urządzenia < 4 kg	<b>Waga urządzenia = 4 kg</b>
14	Wymiary urządzenia: szer. 210mm x wys. 148mm x gł. 260mm ± 20 mm	Wymiary urządzenia: szer. 210mm x wys. 140mm x gł. 200mm
15	Klasa szczelności IP 41	<b>TAK</b> Klasa szczelności IP 41
16	Maksymalna głośność urządzenia < 80dB	<b>TAK</b> Maksymalna głośność urządzenia <

		80dB
17	Dreny jednorazowe- 20 szt.	<b>TAK</b> Dreny jednorazowe- 20 szt.
18	Dren wielorazowy – 1 szt.	<b>TAK</b> Dren wielorazowy – 1 szt.
19	Instrukcja obsługi w języku polskim	<b>TAK</b> Instrukcja obsługi w języku polskim
20	Dokumenty zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych - deklaracja zgodności - oznaczenie znakiem zgodności CE	<b>TAK</b> Dokumenty zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych - deklaracja zgodności - oznaczenie znakiem zgodności CE
21	Dostawa, montaż i uruchomienie, przeszkolenie personelu medycznego, technicznego w zakresie eksploatacji i obsługi.	<b>TAK</b> Dostawa, montaż i uruchomienie, przeszkolenie personelu medycznego, technicznego w zakresie eksploatacji i obsługi.
22	Gwarancja 24 miesiące. W trakcie trwania gwarancji wykonanie 2 przeglądów technicznych jeśli urządzenie wymaga przeglądów. Jeśli nie wymaga- przedstawienie dokumentu od producenta poświadczające, że urządzenie nie wymaga przeglądu technicznego.	<b>TAK</b> Gwarancja 24 miesiące. W trakcie trwania gwarancji wykonanie 2 przeglądów technicznych jeśli urządzenie wymaga przeglądów. Jeśli nie wymaga- przedstawienie dokumentu od producenta poświadczające, że urządzenie nie wymaga przeglądu technicznego.

ODPOWIEDŹ: Nie, zgodnie z SWZ.

#### **Pytanie 2**

Dotyczy zadania nr 5- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w przetargu morcelatora wyprodukowanego w 2021 roku ?

ODPOWIEDŹ: TAK, zamawiający wyraża zgodę.

#### **Pytanie 3**

(Dotyczy część 1, zadanie nr 4, pozycja 1- lp.24) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie klipsownicy o następujących parametrach: średnica 10mm, długość robocza 33 cm ?

ODPOWIEDŹ: TAK, Zamawiający dopuszcza.

#### **Pytanie 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niektórych elementów przedmiotu zamówienia, w szczególności: uszczelek, które nie podlegają ustawie z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974), a zatem obowiązkowi wystawienia deklaracji zgodności oraz obowiązkowi oznakowania znakiem CE, dla których stawka VAT wynosi 23% (tzw. wyrób niemedyyczny)?

ODPOWIEDŹ: TAK, Zamawiający wyraża zgodę

#### **Pytanie 5**

Czy w związku z przeznaczeniem i charakterem oferowanych produktów, które wymagają sprowadzenia z zagranicy oraz na obecną światową sytuację na rynku sprzętu medycznego przy zakłóconym obecnie łańcuchu dostaw komponentów produkcyjnych, Zamawiający wyrazi zgodę na określenie terminu realizacji zamówienia dla części I, zadanie nr 4, pozycja 1 do 6 tygodni od podpisania umowy?

ODPOWIEDŹ : NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

#### **Pytanie 6**

Prosimy o potwierdzenie, że gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych z przyczyn zewnętrznych oraz spowodowanych uszkodzeniem z winy użytkownika lub naturalnego zużycia.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza.

#### **Pytanie 7**

Czy Zamawiający potwierdza, że gwarancja nie obejmuje przypadków naturalnego zużycia się (na skutek korzystania z nich przez użytkownika) akcesoriów, części i materiałów /elementów zużywalnych (eksploatacyjnych) i jednorazowego użytku wchodzących w skład przedmiotu umowy, a w szczególności, że nie znajdują do nich zastosowania zapisy dotyczące przedłużenia i odnowienia gwarancji?

Przy odmiennej niż wyżej zaproponowana interpretacji, nie będzie możliwe skalkulowanie ceny oferty na poziomie akceptowalnym dla Zamawiającego, bowiem nie jest możliwe przewidzenie, jaką ilość razy materiały eksploatacyjne będą wymienione – teoretycznie możliwa jest nieograniczona ilość wymian

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza.

#### **Pytanie 8**

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na skrócenie okresu zapewnienia sprzedaży części zamiennych do min. 5 lat licząc od daty sprzedaży. Z uwagi na szybkie tempo zmian w wyniku np. zastosowania nowszych technologii, wdrożenia nowego produktu, producent może zaprzestać produkcji części zamiennych do produktów sprzed kilku lat. Koszty magazynowania części zamiennych, jakie należy ponieść, aby za-

dośćuczynić postanowieniom umowy, są zbyt wysokie i niosą ryzyko zaniżenia kręgu potencjalnych Wykonawców i zawyżenia ceny oferty.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę z zastrzeżeniem, że zmiana dotyczy tylko narzędzi laparoskopowych.

**Pytanie 9**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu do 48? Czas ten jest optymalny pod względem planowania prac serwisu i tym samym zapewnienia usług na najwyższym poziomie.

ODPOWIEDŹ : TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 10**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy gwarancyjnej bez użycia części zamiennych do 5 dni roboczych a w przypadku konieczności sprowadzania części zamiennych spoza granicy Polski do 10 dni roboczych?

ODPOWIEDŹ : TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 11**

Czy Zamawiający odstąpi od naliczania kar umownych za zwłokę w naprawie w przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego o tej samej funkcjonalności?

ODPOWIEDŹ : Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 12**

Dotyczy części 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i wydzieli z części 1:

zadanie 1 Pozycja nr 1 – POMPA LAPAROSKOPOWA- 1 szt.

Zadanie nr 2 pozycja nr 1 - INSUFLATOR LAPAROSKOPOWY - 1 szt.

do osobnej części w celu umożliwienia przygotowania oferty korzystniejszej cenowo dla Zamawiającego?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający traktuje to jako osobne zadania.

**Pytanie 13**

Dotyczy §3 wzoru umowy (załącznik nr 2 do SWZ)

Zwracamy się z uprzejmą prośbą, czy Zamawiający zgodzi się na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej? Jeśli tak, to prosimy o wskazanie adresu email, na który faktury mają być wysyłane.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 14**

Dotyczy §7 ust. 2 wzoru umowy (załącznik nr 2 do SWZ)

Prosimy o odstąpienie od zapisu dot. potrącania wysokości kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

Zamawiający informuje, że powyższe pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.