



Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Łodzi
ul. Aleksandrowska 61/63, 91-205 Łódź
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej



System
zarządzania
ISO 9001:2015
ISO 27001:2013
www.tuv.com
ID 9105045135

www.wompcpl.eu

sekretariat
tel.: (42) 27-21-900
fax.: (42) 27-21-809
e-mail: sekretariat@wompcpl.eu

NIP: 947-18-05-558
Regon: 000 29 42 89
Numer KRS: 0000022077
Księga Rejestrowa Nr 000000004457

Łódź, dnia 17 lipca 2023 roku

WOMPCPL.DTA.3310.ZP.7.2023

Do Wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na **dostawę pulsoksymetrów napalcowych**

WYJAŚNIENIA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający udostępnia Wykonawcom odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienia złożone do prowadzonego postępowania z podaniem treści pytań.

Pytanie 1

Czy Zamawiający zmieni zapis w Załączniku nr 2 do SIWZ „Parametry techniczno-użytkowe i wyposażenie” w punkcie 10. i dopuści zapis: "Automatyczne wyłączenie w ciągu max. 8 sekund od wyjęcia palca"?

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w wymaganych minimalnych parametrach technicznych opisu przedmiotu w zakresie sugerowanym w pytaniu.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy
Centrum Profilaktyczno-Leczniczego

Izabela Łacka-Kotras