

Znak: ZOZ.V.010/DZP/07/22

Sucha Beskidzka dnia 22.02.2022r.

Dotyczy: Postępowania na dostawę sprzętu 1x użytku oraz materiałów medycznych:
ZOZ.V.010/DZP/07/22.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchoj Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytania:

Dotyczy pakietu nr 26:

1. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wykreślenie pozycji 2 z pakietu 26. Produkt ten jest tymczasowo niedostępny u Producenta co uniemożliwi Wykonawcy terminowe zrealizowanie zamówień.

Odp. Proszę o wycenę w/w pozycji ostatnią ceną na rynku, z informacją o braku towaru.

2. Czy Zamawiający w pakiecie 26 w pozycji 11 (w związku ze zmianą wprowadzoną przez producenta) dopuści zestaw wyposażony w strzykawkę luer-lock 30 ml; zestaw spełniający pozostałe wymagania SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

3. Czy Zamawiający w pakiecie 26 w pozycji 12 dopuści rurki tracheostomijne z regulowanym położeniem kołnierza o następujących rozmiarach:

Śr. wew. (mm)	/	Śr.zew. (mm)	/	Długość (mm)
6,0	/	9,2	/	110
7,0	/	10,6	/	120
8,0	/	11,7	/	130
9,0	/	12,9	/	140

Rurki spełniają pozostałe wymagania SWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Z poważaniem:

Z-ca Dyrektora
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Suchoj Beskidzkiej
mgr Jolanta Burzyńska

Starszy Inspektor
ds zamówień publicznych
mgr Agnieszka Działowska-Hajdyla