



Gliwice 2021-03-23

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania 4-P-21 – Dostawy systemów sztucznego zwieracza cewki moczowej.

Czy Zamawiający dopuści produkt o następującej specyfikacji:

Regulowany hydraulicznie sztuczny zwieracz cewki moczowej do leczenia przewlekłego nietrzymania moczu u mężczyzn (AUS).

Jest to system całkowicie jednorazowy, sterylny, fabrycznie połączony i gotowy do implementacji składający się z następujących elementów:

- a) mankietu cewki w czterech rozmiarach: 3,7 cm, 4 cm, 4,5 cm lub 5 cm aby jak najlepiej dopasować się do anatomii pacjenta i uniemożliwić powstawanie nadżerek;
- b) dwóch balonów tj.: balonu regulującego ciśnienie zwieracza oraz balonu podnoszącego ciśnienie w mankiecie w przypadku wzrostu ciśnienia w podbrzuszu;
- c) pompy kontrolnej z samouszczelniającym portem umieszczonej w worku mosznowym, która pozwala na nie-ograniczoną i łatwą regulację ciśnienia w układzie zwieracza po implantacji bez konieczności interwencji operacyjnej (ambulatoryjnie);
- d) akcesoriów potrzebnych przy implantacji zwieracza.

Istnieje możliwość wymiany jednego z elementów, a nie całego zwieracza.

Sztuczny zwieracz cewki moczowej występuje w dwóch konfiguracjach, aby umożliwić dopasowanie do stanu chorobowego dróg moczowych u każdego pacjenta.

- **Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany. Jednocześnie informuje, że powyższe nie stanowi wniosku o wyjaśnienie treści SWZ w rozumieniu art. 284 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z późn. zm.), a stanowi próbę zmiany treści SWZ.**

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ.

Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

UWAGA: Treść i pisownia wniosków o udzielenie wyjaśnień jest oryginalna, skopiowana z korespondencji przesyłanej przez Wykonawców. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za błędy w treści wniosków o wyjaśnienia.