



Nr ref 23/PNE/DOT/2020


Katowice dnia, 2020-10-16

Wykonawcy

**ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego na
„Rozbudowę i doposażenie szpitala celem utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi - zakup sprzętu i aparatury
medycznej etap 1”**

Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2019 poz.1843) w poniższej tabeli udostępniamy treść zapytań wraz z wyjaśnieniem wszystkim uczestnikom postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.

Lp	Pytanie	Odpowiedź
1.	Dotyczy punktu 55, część 15, załączniki nr 1 do SIWZ Proszę o wyjaśnienie czy zamawiający nadal będzie wymagał funkcjonalności, automatycznej regulacji jasności monitora w zależności od oświetlenia sali? Pytanie uzasadniam faktem dopuszczenie aparatu bez wyspecyfikowanej tej funkcjonalności w odpowiedziach na pytania z dnia 13.10.2020 w zestawie nr 27.	Zamawiający informuje iż nie wymaga funkcjonalności, automatycznej regulacji jasności monitora w zależności od oświetlenia sali.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi
dr n. med.  Grażda