

Nr sprawy: ZOZ.V.010/DZP/51/22

Sucha Beskidzka, dnia 13.07.2022r.

Dotyczy: Postępowania przetargowego **Dostawa sprzętu medycznego**

Pakiet nr 1- Łóżka szpitalne

Pakiet nr 2- Aparat USG

Pakiet nr 3-Kardiomonitor

Pakiet nr 4-Zestaw do trudnej intubacji

w ramach projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – pakiet medyczny 3”, planowanego do współfinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotnej w Regionie

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytanie:

Dotyczy: Pakiet nr 1 – Łóżko szpitalne – 36 szt.

1. Prosimy (w pkt. 1) o wyrażenie zgody na posiadanie przez Wykonawcę dokumentów poświadczających dopuszczenie do obrotu oferowanych wyrobów tj. Deklaracji Zgodności CE i/lub Certyfikatu – jeśli dotyczy. Oferowane łóżka są wyrobami medycznymi klasy I, posiadają Deklarację Zgodności CE – dokument wydany przez producenta i nie wymagają posiadania Certyfikatu. Prosimy, aby Zamawiający zwrócił uwagę na to, że Certyfikat jest dokumentem wydawanym przez jednostkę notyfikowaną w zakresie wyrobów poświadczających przeprowadzenie procedur oceny zgodności i dotyczy wyrobów medycznych zakwalifikowanych do klas: I sterylne, I z funkcją pomiarową, IIA, IIB, III oraz zgodnie z Dyrektywą unijną 98/79 wyrobu klasy A i B. W związku z powyższym dla wyrobów medycznych klasy I nie ma obowiązku certyfikowania przez jednostkę notyfikowaną.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy swz.

2. Czy (w pkt. 2) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego podstawę pantografową tj. konstrukcję posiadającą cztery punkty podparcia zintegrowane z leżem oraz sześć punktów podparcia zintegrowanych z podstawą łóżka gwarantującą bardzo wysoką stabilność leża?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy swz.

3. Czy (w pkt. 4) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego długość całkowitą 2230 mm (+/- 10 mm)?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę .

4. Czy (w pkt. 4) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w materac o wymiarach 1980 x 860 mm, co będzie traktowane jako wymiary leża? W oferowanym łóżku wymiary materaca są kluczowym elementem, jeśli chodzi o przestrzeń dla pacjenta, ponieważ pacjent zawsze będzie leżał bezpośrednio na materacu, a nie na leżu. Leże łóżka zazwyczaj składa się z kilku segmentów oraz przestrzeni konstrukcyjnych pomiędzy tymi segmentami, dlatego długość i szerokość segmentów leża nie będzie adekwatna do faktycznych wymiarów leża, na którym będzie położony materac.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy swz.

5. Czy (w pkt. 6) Zamawiający przyzna 10 pkt. za łóżko wyposażone w szczyt od strony głowy w specjalny uchwyt / haczyk do zawieszenia przewodu zasilającego? Jest to rozwiązanie równoważne do wskazanego przez Zamawiającego.
Odp.: Nie
6. Czy (w pkt. 7) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka, którego konstrukcja nie wymaga stosowania gniazda wyrównania potencjału?
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy swz.
7. Czy (w pkt. 8) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego elektryczną regulację segmentu oparcia pleców 0° – 65°? Oferowany zakres różni się nieznacznie od wskazanego przez Zamawiającego.
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy swz.
8. Czy (w pkt. 8) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego elektryczną regulację segmentu uda 0° – 45°? Oferowany zakres jest lepszy niż wskazany przez Zamawiającego.
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.
9. Czy (w pkt. 8) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego elektryczną regulację kąta przechyłu Trendelenburga 0° – 13°? Oferowany zakres różni się nieznacznie od wskazanego przez Zamawiającego.
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy swz.
10. Czy (w pkt. 8) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego regulację segmentu podudzia ręczną, sprężyną gazową? Oferowane rozwiązanie jest wygodniejsze niż wskazane przez Zamawiającego.
Odp.: Tak
11. Czy (w pkt. 10) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego elektryczną regulację wysokości w zakresie od 410 mm do 815 mm (+/- 10 mm)?
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy swz, parametr punktowany.
12. Czy (w pkt. 11) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego czas zmiany wysokości leża z pozycji minimalnej do maksymalnej zaprogramowany przed producenta oferowanego łóżka (bez konieczności podawania konkretnego czasu co do sekundy)?
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy swz.
13. Czy (w pkt. 12) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka sterowanego przewodowym pilotem z możliwością blokady funkcji przez personel medyczny za pomocą kluczyka?
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy swz.
14. Czy (w pkt. 12) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka sterowanego przewodowym pilotem z możliwością blokady funkcji przez personel medyczny z poziomu panelu sterującego (zablokowanie danej funkcji na panelu sterującym spowoduje także zablokowanie tej funkcji na pilocie)?
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy swz.
15. Czy (w pkt. 13) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w panel sterujący z możliwością podwieszenia go pod półką do odkładania pościeli?
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

16. Czy (w pkt. 13) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka, w którym panel sterujący jest wyposażony w pojedyncze zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych z możliwością poszczególnych funkcji pilota z poziomu panelu sterującego (zablokowanie danej funkcji na panelu sterującym spowoduje także zablokowanie tej funkcji na pilocie)?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy swz.

17. Czy (w pkt. 14) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka, w którym dźwignia CPR nie umożliwia mechanicznego uniesienia segmentu pleców w przypadku braku zasilania?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy swz.

18. Czy (w pkt. 15) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego leże w segmencie oparcia pleców, uda i podudzia wypełnione płytami HPL odpornymi na działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekujących oraz działanie UV, płyty odejmovane bez użycia narzędzi z otworami do montażu pasów unieruchamiających?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy swz.

19. Czy (w pkt. 19) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w barierki lakierowane proszkowo, wykonane z 4 profili stalowych okrągłych, składane wzdłuż ramy leża za pomocą jednego przycisku / dźwigni, barierki pozbawione ostrych krawędzi oraz miejsc gromadzenia się brudu, spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52, barierki zabezpieczające pacjenta na $\frac{3}{4}$ długości leża, łóżko nie wyposażone w barierki uzupełniające wolną przestrzeń w nogach?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapis swz.

20. Czy (w pkt. 19) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w barierki tworzywowe, dzielone, opuszczane wzdłuż ramy leża za pomocą jednego przycisku / dźwigni, barierki pozbawione ostrych krawędzi oraz miejsc gromadzenia się brudu, spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52, barierki zabezpieczające pacjenta na całej długości leża, bez konieczności stosowania barierki uzupełniających wolną przestrzeń w nogach?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy swz.

21. Czy (w pkt. 23) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego przy segmencie oparcia pleców i podudzia tworzywowe, antyurazowe uchwyty materaca, nie powodujące urazów kończyn i otarć podczas opuszczania łóżka?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy swz.

22. Czy (w pkt. 28) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w materac w pokrowcu dopasowany do rozmiarów leża o wysokości 15 cm, materac przeciwoleżynowy, wykonany z dwóch warstw nietoksycznej i antyalergicznnej pianki poliuretanowej i pianki visco, podzielony na 3 strefy, górna warstwa zapewnia redukcję nacisku i równomierne rozkładanie ciężaru całego ciała, dolna warstwa poprawia stabilność, profil materaca zapewniający efektywny przepływ powietrza, gęstość pianek: 50 kg/m³ i 85 kg/m³ – warstwa górna, 40 kg/m³ – warstwa dolna, pokrowiec materaca zmywalny, nieprzemakalny, odporny na środki dezynfekcyjne rozsuwany na zamek?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy swz.

23. Czy (w pkt. 28) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w wysięgnik z uchwytem ręki oraz osobny uchwyt na płyny infuzyjne?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy swz.

Z poważaniem

Starszy Inspektor
ds zamówień publicznych
mgr Agnieszka Działowa-Hajdyla

Z-ca Dyrektora
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Suchej Beskidzkiej
mgr Janusz Baczyński