



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W PRZASNYSZU**



06-300 Przasnysz, ul. Sadowa 9, centrala tel. 29 753 43 00, sekretariat 29 753 43 18, fax 29 753 43 80

NIP 761-13-33-881 REGON 000302480
www.szpitalprzasnysz.pl sekretariat@szpitalprzasnysz.pl

BDO: 000110316

SPZZOZ.ZP/49/2024

Przasnysz, dnia 22.11.2024 r

**Do wszystkich,
którzy pobrali SWZ**

Dotyczy: dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla SPZZOZ w Przasnysz.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnysz udziela odpowiedzi na zapytania.

Pyt. 1

Pakiet nr 9, pozycja 1 – Czy zamawiający dopuści rurki wykonane z PE?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 2

Pakiet nr 9, pozycja 7 – Czy zamawiający dopuści filtr o parametrach:

- **Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)**
- **Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%**
- **Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%**
- **Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy**
- **Przestrzeń martwa: 40ml**
- **Waga: 30g**
- **Objętość oddechowa: 150-1500ml**
- **Skuteczność nawilżania: 32mg przy Vt500**
- **Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min**
- **Złącza: 22M/15F-22F/15M**
- **Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką**
- **Opakowanie: papier/folia**
- **Jałowy: tak**

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pyt. 3

Pakiet nr 9, pozycja 9 – Czy zamawiający dopuści sterylny łącznik z PCV z samouszczelniającym się portem do odsysania z zatyczką i zamykanym portem do bronchoskopii, gładki wewnątrznie?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pyt. 4

Pakiet nr 9, pozycja 10 – Czy zamawiający dopuści obwód oddechowy z współdzieloną membraną, o długości 1,83m, średnica rury 22mm, z rurą wydechową rozciągliwą do 120cm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pyt. 5

Pakiet nr 9, pozycja 10 – Czy zamawiający dopuści obwód oddechowy z współdzieloną membraną, o długości 1,83m, średnica rury 22mm, z rurą wydechową rozciągliwą do 40cm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora ds. medycznych
Lek. Andrzej Kos
Specjalista Chirurgii Ogólnej
Specjalista Medycyny Ratunkowej

