

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Dotyczy postępowania: dostawę maszyny wytrzymałościowej.

1. Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie gdzie sztywność ramy wynosi 300kN/mm?

- **Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Obowiązujące pozostają wymagania określone w SWZ.**

2. Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie w którym prędkość pozycjonowania wynosi 400 mm/min?

- **Zamawiający dopuszcza powyższe.**

3. Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie w którym sterowanie napędem jest sterowane sygnałem analogowym 0-10V zamiast cyfrowego?

- **Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Obowiązujące pozostają wymagania określone w SWZ.**

4. Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie w którym częstotliwość synchronicznego próbkowania wszystkich kanałów pomiarowych wynosi 1000Hz?

- **Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Obowiązujące pozostają wymagania określone w SWZ.**

5. Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie w którym siła oddziaływania na próbkę przez noże ekstensometru jest nie większa niż 0,1 N?

- **Zamawiający dopuszcza powyższe.**

6. Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści wzorcowanie kanału pomiarowego siły w kierunku na rozciągania i ściskania, przemieszczenia, wydłużenia, prędkości przez akredytowany serwis wraz z wystawieniem świadectwa wzorcowania akredytowanego laboratorium oferenta z siedzibą w Polsce?

- **Zamawiający dopuszcza powyższe.**

7. Pytanie 7

Prosimy o zmianę zapisu umowy dotyczący §8 KARY UMOWNE z zapisu:

- a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na zakończenie realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z § 2;

Na zapis:

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1, za każdy tydzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na zakończenie realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z § 2;

- **Zamawiający postanawia o zmianie ww. zapisu na następujący:
„za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na zakończenie realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z § 2;**

Jednocześnie na podstawie na podst. art. 137 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający postanawia o następującej zmianie treści SWZ:

Pkt 4 SWZ, z: „Wykonawca jest zobowiązany zrealizować zamówienie w terminie do 31.12.2023 r. na:

„Wykonawca jest zobowiązany zrealizować zamówienie w terminie **do 5 miesięcy od daty podpisania umowy**”


Odpowiednio zmianie ulega §2 projektowanych postanowień umownych, na:

„**Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Przedmiotu Umowy, w terminie do 5 miesięcy od daty podpisania umowy.**”

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ.

Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

UWAGA: Treść i pisownia wniosków o udzielenie wyjaśnień jest oryginalna, skopiowana z korespondencji przesyłanej przez Wykonawców. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za błędy w treści wniosków o wyjaśnienia.

Sieć Badawcza Łukasiewicz –
Górnśląski Instytut Technologiczny
Zastępca Dyrektora
ds. Badawczych

dr hab. inż. Jarosław Marcisz

**Dział Zaopatrzenia
i Zamówień Publicznych**
Kierownik Działu

mgr inż. Tomasz Smykała