



**Szpital Wielospecjalistyczny  
im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu  
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97**

województwo kujawsko-pomorskie  
REGON 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 00002494  
Dział Zamówień Publicznych  
tel. 52 35 45 587, 52 35 45 626  
email: zam.pub@szpitalino.pl



Inowrocław, 18.10.2022r.

EZP 437/2022

**Wszyscy Wykonawcy  
biorący udział w postępowaniu**

dot. przetargu M-55/2022 Dostawy odzieży ochronnej jednorazowego użytku dla pacjentów i personelu oraz artykułów ochronnych do zabiegów medycznych na potrzeby Szpitala Wielospecjalistycznego w Inowrocławiu.

**Pytanie nr 1**

Zadanie nr 2 – Pozycja nr 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do szycia po episiotomii, w którego składzie pęseta chirurgiczna metalowa prosta ma długość 16cm – pozostałe parametry zgodne z zapisami SWZ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**Pytanie nr 2**

Zadanie nr 2 – Pozycja nr 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu zarejestrowanego jako wyrób medyczny klasy IIa reguła 4?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**Pytanie nr 3**

Zadanie nr 2 – Pozycja nr 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do wkłucia centralnego, w którego składzie igłotrzymacz ma długość 14 cm - pozostałe parametry zgodne z zapisami SWZ?

**Odpowiedź:**


Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**Pytanie nr 4**

Zadanie nr 4 – Pozycja nr 1 - Czy Zamawiający wymaga zaoferowania zestawu ginekologicznego wykonanego z włókniny dwuwarstwowej (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 55 g/m<sup>2</sup>, odporności na przenikanie cieczy min. 200cmH<sub>2</sub>O, odporności na rozdarcie na sucho/mokro 120kPa oraz chłonności laminatu 285%?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga powyższe.





**Szpital Wielospecjalistyczny**  
**im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu**  
**88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97**  
województwo kujawsko-pomorskie  
REGON 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 00002494  
Dział Zamówień Publicznych  
tel. 52 35 45 587, 52 35 45 626  
email: zam.pub@szpitalino.pl



#### Pytanie nr 5

Zadanie nr 4 – Pozycja nr 1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu gdzie serweta na stolik narzędziowy jest w rozmiarze 150 x 190 cm oraz samoprzylepna serweta ginekologiczna z padem chłonnym z otworem (9x12cm) jest w rozmiarze 280x250 - pozostałe parametry zgodne z zapisami SWZ?

#### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

#### Pytanie nr 6

Zadanie nr 4 – Pozycja nr 2 - Czy Zamawiający wymaga zaoferowania fartucha urologicznego wzmocnionego w rozmiarze L, wykonanego z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2 posiadający dodatkowe nieprzemakalne wzmocnienia w części przedniej i w rękawach (całość rękawa - wszycie rękawa typu reglan). Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Fartuch wiązany z tyłu na troki. Antystatyczny i nieprześlakalny dla alkoholi. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Z przodu fartucha poniżej karczku dwie zakładki poszerzające fartuch dla zapewnienia komfortu w pozycji siedzącej. Materiał w tej części fartucha to w 100% nieprześlakalna folia PE. Fartuch nie zawiera lateksu. Opakowanie zewnętrzne posiada min. dwie samoprzylepne naklejki służące do wklejenia do dokumentacji medycznej zawierające następujące informacje: numer ref., numer lot, datę ważności oraz dane producenta?

#### Odpowiedź:

Zamawiający wymaga powyższe.

#### Pytanie nr 7

Zadanie nr 4 – Pozycja nr 3 - Czy Zamawiający wymaga zaoferowania fartucha standardowego w rozmiarze M, wykonanego z włókniny SMS o gramaturze 40g/m2, rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Fartuch wiązany z tyłu na troki, antystatyczny. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Tylne części fartucha zachodzą na siebie, umiejscowienie troków umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania – zachowanie pełnej sterylności tylnej części fartucha, zapięcie pod szyją wykonane z taśmy samoprzylepnej typu Combatape?

#### Odpowiedź:

Zamawiający wymaga powyższe.

#### Pytanie nr 8

Zadanie nr 4 – Pozycja nr 4 - Czy Zamawiający wymaga zaoferowania zestawu do nakłucia lędźwiowego o składzie:

1 x nieprzylepna serweta z włókniny 75 cm x 90 cm

1 x plastikowe kleszczyki 14 cm

6 x tufery gazowe, wielkości śliwki ze 100% bawełnianej gazy


1 x dwuwarstwowa, barierowa serweta z włókniny, w rozmiarze 75 cm x 90 cm, z centralnym otworem i przylepnym brzegiem

1 x strzykawka Luer Lock 5 ml ( zapakowana)

1 x igła podskórna, czarna, 22G 1 1/4 (0,7x30 mm) ( zapakowana)

1 x igła podskórna, różowa, 18 G 1 1/2 (1,2 x 40 mm) ( zapakowana)

1 x sterylny, samoprzylepny opatrunek chłonny z warstwa klejona , zapakowany 7,2 cm x 5 cm?



4



**Szpital Wielospecjalistyczny  
im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu  
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97**

województwo kujawsko-pomorskie  
REGON 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 00002494  
Dział Zamówień Publicznych  
tel. 52 35 45 587, 52 35 45 626  
email: zam.pub@szpitalino.pl



**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga powyższe.

**Pytanie nr 9**

Zadanie nr 5 – Pozycja nr 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do operacji dłoni/stopy w którego składzie serweta główna jest w rozmiarze 245 x 320 cm z otworem o średnicy 3 cm oraz brak w zestawie pojemnika plastikowego 500 ml niebieskiego i kleszczyków plastikowych prostych 24 cm – pozostałe parametry i komponenty zgodne z opisem SWZ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**Pytanie nr 10**

Zadanie nr 5 – Pozycja nr 5 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu, w którego składzie serweta na stół narzędziowy wzmocniona jest w rozmiarze 150 x 190 cm oraz jedna z serwet jest w rozmiarze 200 x 200 cm (zamiast 200 x 175 cm) - pozostałe parametry i komponenty zgodne z opisem SWZ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**Pytanie nr 11**

Pakiet 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści nożyczki chirurgiczne metalowe proste 14,5cm tępo/ostre +/-0,5cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 12**

Pakiet 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści kleszczyki plastikowe proste 19cm +/-1cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 13**

Pakiet 2, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści tufery 17nitkowe?


**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 14**

Pakiet 2, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści kleszczyki Kocher 14cm +/-1cm?





**Szpital Wielospecjalistyczny**  
**im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu**  
**88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97**  
województwo kujawsko-pomorskie  
REGON 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 00002494  
Dział Zamówień Publicznych  
tel. 52 35 45 587, 52 35 45 626  
email: zam.pub@szpitalino.pl



**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 15**

Pakiet 2, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści plastikową pęsetę 12,5cm +/-0,5cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 16**

Pakiet 2, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę i igły bez opakowania jednostkowego?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 17**

Pakiet 2, pozycja 2

Czy zamawiający dopuści metalowy igłotrzymacz Mayo-Hegar 15cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 18**

Pakiet 2, pozycja 2

Czy zamawiający dopuści serwetę 50cm x 70cm o gramaturze 60g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 19**

Pakiet 2, pozycja 2

Czy zamawiający dopuści serwetę o gramaturze 60g/m<sup>2</sup>?


**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 20**

Pakiet 2, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw zapakowany w rękaw papierowo-foliowy z dołączonym do zestawu pojemnikiem 120ml i miską nerkową PVC?





**Szpital Wielospecjalistyczny  
im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu  
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97**

województwo kujawsko-pomorskie  
REGON 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 00002494  
Dział Zamówień Publicznych  
tel. 52 35 45 587, 52 35 45 626  
email: zam.pub@szpitalino.pl



**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 21**

Pakiet 4, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 x serweta o wymiarach 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 35 x 50cm. W serwecie dodatkowa taśma samoprzylepna w rozmiarze 6cm x 38cm.
  - 1 x serweta bez przylepca o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup>
  - 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
  - 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
  - 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 22**

Pakiet 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści 2x serwetę na stół narzędziowy 150cm x 190cm ( jedna jako owinięcie zestawu) o gramaturze 63g/m<sup>2</sup> (włóknina 28g/m<sup>2</sup> i folia PE 35g/m<sup>2</sup>) odporność na przenikanie cieczy 188cm H<sub>2</sub>O?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.


**Pytanie nr 23**

Pakiet 5, pozycja 1

Czy zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo 80cm x 140cm, wzmocnienie 60cm x 140cm o gramaturze 80g/m<sup>2</sup>, Odporność na rozerwanie na sucho/mokro 108/95 kPa?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.





**Szpital Wielospecjalistyczny**  
**im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu**  
**88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97**  
województwo kujawsko-pomorskie  
REGON 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 00002494  
Dział Zamówień Publicznych  
tel. 52 35 45 587, 52 35 45 626  
email: zam.pub@szpitalino.pl



#### Pytanie nr 24

Pakiet 5, pozycja 1

Czy zamawiający dopuści serwetę 230cm x 260cm (pad chłonny 75cm x 140cm) z „U” przylepnym 20cm x 100cm?

#### Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

#### Pytanie nr 25

Pakiet 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 180cm x 180cm?

#### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

#### Pytanie nr 26

Pakiet 5, pozycja 1

Czy zamawiający dopuści stokinietę 30cm x 120cm?

#### Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

#### Pytanie nr 27

Pakiet 5, pozycja 1

Czy zamawiający dopuści kieszeń przylepną 2 sekcje 30cm x 40cm?

#### Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

#### Pytanie nr 28

Pakiet 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści ręczniki z włókniny typu Spunlace 30cm x 30cm?


#### Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

#### Pytanie nr 29

Pakiet 5, pozycja 1

Czy zamawiający dopuści serwety operacyjne o chłonności laminatu 600% w miejscu padu 680%, łączna chłonność w obszarze krytycznym ponad 900%. Odporność na przenikanie cieczy 197 cm H<sub>2</sub>O, odporność na rozerwanie na sucho w strefie niewzmocnionej 110 kPa i 180 kPa w strefie wzmocnienia?





**Szpital Wielospecjalistyczny  
im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu  
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97**

województwo kujawsko-pomorskie  
REGON 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 00002494  
Dział Zamówień Publicznych  
tel. 52 35 45 587, 52 35 45 626  
email: zam.pub@szpitalino.pl



**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 30**

Pakiet 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści owinięty zestaw zapakowany w wytrzymałą torebkę plastikową ze wstawką TAWEK

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 31**

Pakiet 5, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stół narzędziowy 150cm x 190cm o gramaturze 63g/m<sup>2</sup> (włóknina 28g/m<sup>2</sup> i folia PE 35g/m<sup>2</sup>) odporność na przenikanie cieczy 188cm H<sub>2</sub>O?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 32**

Pakiet 5, pozycja 2

Czy zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo 80cm x 140cm, wzmocnienie 60cm x 140cm o gramaturze 80g/m<sup>2</sup>, Odporność na rozerwanie na sucho/mokro 108/95 kPa?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 33**

Pakiet 5, pozycja 2

Czy zamawiający dopuści serwetę 230cm x 300cm z otworem o śr. 3,5cm?

**Odpowiedź:**


Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 34**

Pakiet 5, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch bez owinięcia w papier krepowy z rękawem tradycyjnym zakończonym elastycznym mankietem z dzianiny. Zapinany przy szyi na taśmę wielokrotnego użytku typu rzep (lewy 3cm x 13cm, prawy 3cm x 7cm)?

**Odpowiedź:**





**Szpital Wielospecjalistyczny**  
**im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu**  
**88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97**  
województwo kujawsko-pomorskie  
REGON 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 00002494  
Dział Zamówień Publicznych  
tel. 52 35 45 587, 52 35 45 626  
email: zam.pub@szpitalino.pl



Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 35**

Pakiet 5, pozycja 2

Czy zamawiający dopuści kieszeń przylepną 2 sekcje 30cm x 40cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 36**

Pakiet 5, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści uchwyt Velcro 2cm x 22cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 37**

Pakiet 5, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści kleszczyki plastikowe proste 24cm +/-1cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 38**

Pakiet 5, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści ręczniki z włókniny typu Spunlace 30cm x 30cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 39**

Pakiet 5, pozycja 2

Czy zamawiający dopuści serwety operacyjne o chłonności laminatu 600% Odporność na przenikanie cieczy 197 cm H<sub>2</sub>O, odporność na rozerwanie na sucho w strefie niewzmocnionej 110 kPa?


**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 40**

Pakiet 5, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści owinięty zestaw zapakowany w wytrzymałą torebkę plastikową ze wstawką TAWEK?







**Szpital Wielospecjalistyczny**  
**im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu**  
**88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97**  
województwo kujawsko-pomorskie  
REGON 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 00002494  
Dział Zamówień Publicznych  
tel. 52 35 45 587, 52 35 45 626  
email: zam.pub@szpitalino.pl



**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 41**

Pakiet 5, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stół narzędziowy 150cm x 190cm o gramaturze 63g/m2 (włóknina 28g/m2 i folia PE 35g/m2) odporność na przenikanie cieczy 188cm H2O?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 42**

Pakiet 5, pozycja 3

Czy zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo 80cm x 140cm, wzmocnienie 60cm x 140cm o gramaturze 80g/m2, Odporność na rozerwanie na sucho/mokro 108/95 kPa?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 43**

Pakiet 5, pozycja 3

Czy zamawiający dopuści serwetę 230cm x 300cm z otworem o śr. 7cm z wbudowanymi uchwytami Velcro?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 44**

Pakiet 5, pozycja 3

Czy zamawiający dopuści serwetę z trójwarstwowej hydrofobowej włókniny 200cm x 320cm z otworem 6cm x 8cmz wbudowanymi uchwytami Velcro o gramaturze podstawowej 50g/m2 i chłonności 680% Odporność na przenikanie cieczy 110cm H2O, na rozerwanie na sucho w strefie krytycznej 205,6 kPa?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.


**Pytanie nr 45**

Pakiet 5, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści serwetę nieprzylepną 150cm x 180cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.





**Szpital Wielospecjalistyczny**  
**im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu**  
**88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97**  
województwo kujawsko-pomorskie  
REGON 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 00002494  
Dział Zamówień Publicznych  
tel. 52 35 45 587, 52 35 45 626  
email: zam.pub@szpitalino.pl



**Pytanie nr 46**

Pakiet 5, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści stokinę 30cm x 80cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 47**

Pakiet 5, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści fartuchy bez owinięcia w papier krepowy z rękawem tradycyjnym zakończonym elastycznym mankietem z dzianiny. Zapinany przy szyi na taśmie wielokrotnego użytku typu rzep (lewy 3cm x 13cm, prawy 3cm x 7cm)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 48**

Pakiet 5, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści uchwyt Velcro 2cm x 22cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 49**

Pakiet 5, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści ręczniki z włókniny typu Spunlace 30cm x 30cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.


**Pytanie nr 50**

Pakiet 5, pozycja 3

Czy zamawiający dopuści serwety operacyjne o chłonności laminatu 600% w miejscu padu 680%, łączna chłonność w obszarze krytycznym ponad 900%. Odporność na przenikanie cieczy 197 cm H<sub>2</sub>O, odporność na rozerwanie na sucho w strefie niewzmocnionej 110 kPa i 180 kPa w strefie wzmocnienia?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.





**Szpital Wielospecjalistyczny  
im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu  
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97**

województwo kujawsko-pomorskie  
REGON 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 00002494  
Dział Zamówień Publicznych  
tel. 52 35 45 587, 52 35 45 626  
email: zam.pub@szpitalino.pl



**Pytanie nr 51**

Pakiet 5, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści owinięty zestaw zapakowany w wytrzymałą torebkę plastikową ze wstawką TAWEK

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 52**

Pakiet 5, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stół narzędziowy 150cm x 190cm o gramaturze 63g/m<sup>2</sup> (włóknina 28g/m<sup>2</sup> i folia PE 35g/m<sup>2</sup>) odporność na przenikanie cieczy 188cm H<sub>2</sub>O?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 53**

Pakiet 5, pozycja 4

Czy zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo 80cm x 140cm, wzmocnienie 60cm x 140cm o gramaturze 80g/m<sup>2</sup>, Odporność na rozerwanie na sucho/mokro 108/95 kPa?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 54**

Pakiet 5, pozycja 4

Czy zamawiający dopuści serwetę 230cm x 300cm z otworem o śr. 3,5cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.


**Pytanie nr 55**

Pakiet 5, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści fartuchy bez owinięcia w papier krepowy z rękawem tradycyjnym zakończonym elastycznym mankietem z dzianiny. Zapinany przy szyi na taśmę wielokrotnego użytku typu rzep (lewy 3cm x 13cm, prawy 3cm x 7cm)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.



h



**Szpital Wielospecjalistyczny**  
**im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu**  
**88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97**  
województwo kujawsko-pomorskie  
REGON 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 00002494  
Dział Zamówień Publicznych  
tel. 52 35 45 587, 52 35 45 626  
email: zam.pub@szpitalino.pl



#### Pytanie nr 56

Pakiet 5, pozycja 4

Czy zamawiający dopuści serwetę gazową z nitką RTG?

#### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

#### Pytanie nr 57

Pakiet 5, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści uchwyt Velcro 2cm x 22cm?

#### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

#### Pytanie nr 58

Pakiet 5, pozycja 4

Czy zamawiający dopuści serwety operacyjne o chłonności laminatu 600% w miejscu padu 680%, łączna chłonność w obszarze krytycznym ponad 900%. Odporność na przenikanie cieczy 197 cm H<sub>2</sub>O, odporność na rozerwanie na sucho w strefie niewzmocnionej 110 kPa i 180 kPa w strefie wzmocnienia?

#### Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

#### Pytanie nr 59

Pakiet 5, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści owinięty zestaw zapakowany w wytrzymałą torebkę plastikową ze wstawką TAWEK?

#### Odpowiedź:


Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

#### Pytanie nr 60

Pakiet 5, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści zestaw o następujących parametrach i składzie:

Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m<sup>2</sup> w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>, zintegrowana z dwoma poczwórnymi organizerami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m<sup>2</sup>, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 180/172 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 118/93 N. Odporność na penetrację płynów w





**Szpital Wielospecjalistyczny  
im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu  
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97**

województwo kujawsko-pomorskie  
REGON 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 00002494  
Dział Zamówień Publicznych  
tel. 52 35 45 587, 52 35 45 626  
email: zam.pub@szpitalino.pl



obszarze krytycznym 197 cm H<sub>2</sub>O. Współczynnik pylenia 3.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 680%.

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 61**

Pakiet 5, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści zestaw pakowany do transportu w wewnętrzny worek foliowy oraz karton?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 62**

Pakiet 5, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści fartuch z rękawem wszytym standardowo na prosto?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 63**

Pakiet 5, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści fartuch z szwami wykonanymi techniką tradycyjnego, podwójnego szycia?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.


**Pytanie nr 64**

Pakiet 5, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści zapięcie przy szyi typu rzep: lewy rzep 3cm x 13cm, prawy rzep 3cm x 7cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.



**KIEROWNIK DZIAŁU  
Zamówień Publicznych  
Ewa Sempowicz**