

ZADANIE NR 2
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
- SPECYFIKACJA TECHNICZNA – WYMAGANIA MINIMALNE

Dostawa spektrofotometru UV-VIS wraz z jego montażem dla Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, Zakładu Biologii Rozwoju Zwierząt

A	B	C
	Minimalne parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego	WYPEŁNIA WYKONAWCA poprzez odpowiednie wskazanie oraz wskazuje TAK lub NIE , a w miejscu wykropkowanym określa w sposób jednoznaczny oferowane urządzenie poprzez wpisanie producenta, modelu, nr katalogowego bądź innych cech innych jednoznacznie wskazujących na zaoferowany produkt Właściwa odpowiedź np. dla odpowiedzi TAK powinna zostać zaznaczona w następujący sposób: TAK/NIE
	Minimalne parametry techniczne spektrofotometru – 1 szt	WYPEŁNIA WYKONAWCA: Producent urządzenia: Model: Nr katalogowy*: *Bądź inne cechy jednoznacznie wskazujących na zaoferowany produkt
1.	Zakres pracy spektrofotometru 190-1000 nm	TAK / NIE
2.	Dokładność długości fali +/- 2 nm.	TAK / NIE
3.	Powtarzalność długości fali 0,5 nm	TAK / NIE
4.	Dokładność fotometryczna ± 0, 5 %T	TAK / NIE
5.	Szczelina 4 nm	TAK / NIE

6.	Czteropozycyjny uchwyt na kувety 10 mm	TAK / NIE
7.	Źródło światła: lampa wolframowa i deuterowa	TAK / NIE
8.	Wbudowany port USB do podłączenia spektrofotometru do komputera	TAK / NIE
9.	Menu w języku polskim	TAK / NIE
10.	Pomiary przy stałej długości fali, analiza ilościowa z krzywymi kalibracji	TAK / NIE
11.	Możliwość wykonywania pomiarów widma oraz pomiarów kinetycznych za pomocą oprogramowania komputerowego posiadanego przez Zamawiającego i zainstalowanego na jego komputerze	TAK / NIE
12.	Wyświetlanie krzywych kalibracji, wyników i metod na ekranie LCD	TAK / NIE

Dokument musi być opatrzone odpowiednio przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.