



Znak: AE/ZP-27-85/22

Tarnów, 2022-12-01

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości nie przekraczającej progów unijnych (poniżej 215.000 EURO) na dostawy przyrządów do pobierania płynu i przyrządów do żywienia dojelitowego.


W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1-** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu uniwersalnego do żywienia grawitacyjnego do połączenia worka lub butelki z dietą ze zglębnikiem typu ENFit bez nakręcanej (odkręcanej) końcówki oraz z dodatkowym portem do przepłukiwania i podawania leków za pomocą strzykawki ENFit. Łącze typu ENFit jest obecnie stosowanym standardem u pacjentów żywionych dojelitowo gdyż minimalizuje ryzyko niewłaściwych połączeń oraz jest zgodny z regulacjami ISO i GEDSA.
2. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1-** Czy Zamawiający wymaga koszyczka do mocowania butelki w zestawie uniwersalny w wersji grawitacyjnej? Koszyczek w sposób właściwy, bezpieczny i stabilny umożliwi zawieszenie butelki na stojaku.


1. Butelka stoi



2. Zakładamy zestaw



3. Wieszamy butelkę



3. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1-** Czy Zamawiający dopuści przyrząd do pobierania leków z filtrem powietrza 0,1um oraz filtrem płynu 5um?

**Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:**

**Ad. 1**

Zamawiający w Pakiecie Nr 2 poz. 1 podtrzymuje wymagania SWZ.

**Ad. 2**

Zamawiający w Pakiecie Nr 2 poz. 1 nie wymaga ale dopuszcza również zaoferowanie koszyczka do mocowania butelki w zestawie uniwersalnym w wersji grawitacyjnej pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ.

**Ad. 3**

Zamawiający w Pakiecie Nr 1 poz. 1 podtrzymuje wymagania SWZ.

Otrzymują:

1. Platforma Zamawiającego
2. a/a

Zastępca Dyrektora

mgr Danuta Nosek

