



ISO 9001  
ISO 14001  
PN-N 18001  
ISO 27001

**SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY**  
**85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31**

KONTO: Bank Zachodni WBK Bydgoszcz 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

Bydgoszcz, dnia 13.08.2019 r.

**NZZ/40/P/19**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego oraz wyrobów medycznych.

**Wszyscy Wykonawcy**

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ**

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz.U.2018 r. 1986 z późn. zm.) w związku z pytaniami zadanymi w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w w/w sprawie, Zamawiający udziela odpowiedzi/wyjaśnień.

**Pytanie nr 1 –**

grupa 6 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści Jednopacjentowy trzymacz, do mocowania noworodkowych czujników pulsoksymetrycznych, nieprzylepny (bez zastosowania kleju), wykonany z pianki poliuretanowej która obłożona jest delikatnym, przyjaznym dla skóry materiałem (bawełna + welur), z miękkim mocowaniem na rzep, gładką powierzchnią wewnętrzną umożliwiającą utrzymanie jej w czystości; rozmiar: small: długość 7,5 cm (tolerancja +/- 0,5cm); szerokość 2,0 cm (tolerancja +/- 0,3cm) ?

**Odpowiedź na zapytanie:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 2 –**

grupa 6 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści Jednopacjentowy trzymacz, do mocowania noworodkowych czujników pulsoksymetrycznych, nieprzylepny (bez zastosowania kleju), wykonany z pianki poliuretanowej która obłożona jest delikatnym, przyjaznym dla skóry materiałem (bawełna + welur), z miękkim mocowaniem na rzep, gładką powierzchnią wewnętrzną umożliwiającą utrzymanie jej w czystości; rozmiar: large: długość 12,5 cm (tolerancja +/- 0,5cm); szerokość 2,5 cm (tolerancja +/- 0,3cm)?

**Odpowiedź na zapytanie:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 3 –**

Grupa 6 pozycja 2

Czy Zamawiający z uwagi na niejednorodny charakter produktów zawartych w grupie 6 wydzieli pozycje: 2 i utworzy z nich odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z spośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen.

**Odpowiedź na zapytanie:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 4 –**

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą ?

**Odpowiedź na zapytanie:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

**Pytanie nr 5 –**

Pakiet nr 23

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły z filtrem, która zatrzymuje cząsteczki stałe poniżej 98 %

**Odpowiedź na zapytanie:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 6 –**

Pakiet nr 24

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w pozycji koreczka luer lock typu kombi ( męski – żeński) koreczek do kaniuli i strzykawek.

**Odpowiedź na zapytanie:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.



ISO 9001  
ISO 14001  
PN-N 18001  
ISO 27001

**SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY**  
**85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31**

KONTO: Bank Zachodni WBK Bydgoszcz 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

Pytanie nr 7 –

Pakiet nr 25

Czy Zamawiający dopuści zawór bezigłowy o przepływie 312 ml/min. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź na zapytanie:**

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 8 –

Grupa 21

Czy Zamawiający dopuści fartuch zawinięty w serwetę włókninową, spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Odpowiedź na zapytanie:**

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 9 –

Grupa 22

Czy zamawiający dopuści rękawice o grubości w obszarze dłoni  $0,19 \pm 0,01$  mm, poziomie AQL 0,65?

**Odpowiedź na zapytanie:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 10 –

Grupa 22

Czy zamawiający dopuści rękawice o grubości w obszarze dłoni  $0,18 \pm 0,01$  mm, poziomie AQL 0,65?

**Odpowiedź na zapytanie:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ..

Pytanie nr 11 –

Grupa 25

Czy Zamawiający dopuści adapter o przepływie 350ml/min?

**Odpowiedź na zapytanie:**

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 12 –

Dot. pakietu 34 poz. 1, 2

Biorąc pod uwagę, że produkty opisane przez Zamawiającego w ramach Pakietu nr 34 pozycja nr 1, 2 są pakowane przez wytwórcę po 3 sztuki w opakowaniu a wykonawca jest w stanie realizować dostawy wyłącznie w pełnych opakowaniach (bez podziału), to czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do treści opisu przedmiotu zamówienia zastrzeżenia, że zamówienia będą realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach oraz dokona odpowiedniej zmiany liczby wymaganych sztuk tak, aby łączne zapotrzebowanie Zamawiającego mogło zostać zrealizowane w pełnych opakowaniach (bez konieczności dostarczania pojedynczych sztuk)?

**Odpowiedź na zapytanie:**

Zamawiający nie określił sposobu konfekcjonowania (pakowania). Zamawiający wymaga zaoferowania konkretnej ilości, co wynika z treści załącznika nr 1 – Przedmiot zamówienia / szczegółowy formularz cenowy. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 13 –

Dot. pakietu 35 poz. 1

Biorąc pod uwagę, że produkty opisane przez Zamawiającego w ramach Pakietu nr 35 pozycja nr 1 są pakowane przez wytwórcę po 3 sztuki w opakowaniu a wykonawca jest w stanie realizować dostawy wyłącznie w pełnych opakowaniach (bez podziału), to czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do treści opisu przedmiotu zamówienia zastrzeżenia, że zamówienia będą realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach oraz dokona odpowiedniej zmiany liczby wymaganych sztuk tak, aby łączne zapotrzebowanie Zamawiającego mogło zostać zrealizowane w pełnych opakowaniach (bez konieczności dostarczania pojedynczych sztuk)?

**Odpowiedź na zapytanie:**

Zamawiający nie określił sposobu konfekcjonowania (pakowania). Zamawiający wymaga zaoferowania konkretnej ilości, co wynika z treści załącznika nr 1 – Przedmiot zamówienia / szczegółowy formularz cenowy. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 14 –

Dot. pakietu 36

Biorąc pod uwagę, że produkty opisane przez Zamawiającego w ramach Pakietu nr 36 są pakowane przez wytwórcę po 3 sztuki w opakowaniu a wykonawca jest w stanie realizować dostawy wyłącznie w pełnych opakowaniach (bez podziału), to czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do treści opisu przedmiotu zamówienia zastrzeżenia, że zamówienia będą realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach oraz dokona odpowiedniej zmiany liczby wymaganych sztuk tak, aby łączne zapotrzebowanie Zamawiającego mogło zostać zrealizowane w pełnych opakowaniach (bez konieczności dostarczania pojedynczych sztuk)?



ISO 9001  
ISO 14001  
PN-N 18001  
ISO 27001

**SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY**  
**85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31**

KONTO: Bank Zachodni WBK Bydgoszcz 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

**Odpowiedź na zapytanie:**

Zamawiający nie określił sposobu konfekcjonowania (pakowania). Zamawiający wymaga zaoferowania konkretnej ilości, co wynika z treści załącznika nr 1 – Przedmiot zamówienia / szczegółowy formularz cenowy. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 15 –**

Dot. pakietu 34 poz. 1, 2

Biorąc pod uwagę, że produkty opisane przez Zamawiającego w ramach opisu przedmiotu zamówienia (formularz cenowy) są pakowane przez wytwórcę po 3 sztuki w opakowaniu a wykonawca jest w stanie realizować dostawy wyłącznie w pełnych opakowaniach (bez podziału), to czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do treści opisu przedmiotu zamówienia zastrzeżenia o wielkości depozytu po 3 szt dla każdej z pozycji (w pełnych opakowaniach), aby zapotrzebowanie Zamawiającego mogło zostać zrealizowane (bez konieczności dostarczania pojedynczych sztuk)?

**Odpowiedź na zapytanie:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 16 –**

Dot. pakietu 35 poz. 2

Biorąc pod uwagę, że produkty opisane przez Zamawiającego w ramach opisu przedmiotu zamówienia (formularz cenowy) są pakowane przez wytwórcę po 12 sztuk w opakowaniu a wykonawca jest w stanie realizować dostawy wyłącznie w pełnych opakowaniach (bez podziału), to czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do treści opisu przedmiotu zamówienia zastrzeżenia o wielkości depozytu po 12 szt (w pełnych opakowaniach), aby zapotrzebowanie Zamawiającego mogło zostać zrealizowane (bez konieczności dostarczania pojedynczych sztuk)?

**Odpowiedź na zapytanie:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 17 –**

Dot. pakietu 36

Biorąc pod uwagę, że produkty opisane przez Zamawiającego w ramach opisu przedmiotu zamówienia (formularz cenowy) są pakowane przez wytwórcę po 3 sztuki w opakowaniu a wykonawca jest w stanie realizować dostawy wyłącznie w pełnych opakowaniach (bez podziału), to czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do treści opisu przedmiotu zamówienia zastrzeżenia o wielkości depozytu po 3 szt. (w pełnych opakowaniach), aby zapotrzebowanie Zamawiającego mogło zostać zrealizowane (bez konieczności dostarczania pojedynczych sztuk)?

**Odpowiedź na zapytanie:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 18 –**

Dot. zapisów umowy

Mając na uwadze stabilność ceny zamówienia proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia § 7 ust. 4 pkt. a), wzoru umowy (załącznik nr 3 do SIWZ) w sposób następujący:

„4. W przypadku przedłużenia czasu trwania umowy zgodnie z ust. 1 pkt 4 niniejszego paragrafu strony dopuszczają możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany: (dotyczy grup: ...) / Strony dopuszczają możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany: (dotyczy grup: ...)

a) stawki podatku od towarów i usług, przy czym Strony zastrzegają, iż zmianie ulegnie jedynie cena wynagrodzenia brutto, natomiast cena wynagrodzenia netto pozostanie bez zmian”.

**Odpowiedź na zapytanie:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

**Pytanie nr 19 –**

Prosimy o modyfikację zapisów § 4 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

**Odpowiedź na zapytanie:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 20 –**

Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów do projektu umowy w § 4, mając na względzie zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą.

„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 15% wynagrodzenia netto pozostałego do zapłaty w zakresie części, której, odstąpienie dotyczy..”



ISO 9001  
ISO 14001  
PN-N 18001  
ISO 27001

**SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY**  
**85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31**

KONTO: Bank Zachodni WBK Bydgoszcz 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

Wskazany zapis jest istotny dla należytej realizacji zamówienia publicznego oraz współpracy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. W stosunkach cywilnoprawnych bardzo ważna jest równowaga pomiędzy obiema stronami umowy oraz wzajemne kształtowanie jej postanowień w granicach zasady swobody umów (art. 3531 KC), pozwalające na uznanie wykonawcy za partnera, szanujące jego podstawowe prawa i pozwalające na zrównoważone i partnerskie relacje między zamawiającym i wykonawcą.

**Odpowiedź na zapytanie:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 21 –**

Dotyczy wzoru umowy

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy sformułowania, iż

„Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”?

Mając na względzie czynniki ekologiczne, chcielibyśmy dążyć do ograniczenia liczby opakowań, ilości listów przewozowych i faktur w formie papierowej. W związku z tym prosimy o ustanowienie minimalnej wartości zamówienia w kwocie 150 zł.

**Odpowiedź na zapytanie:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 22 –**

W związku z obecnie (od 18.04.2019r) obowiązującymi przepisami pozwalającymi na stosowanie faktur elektronicznych (art. 2 pkt 32 oraz art. 106n ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług) oraz planowanym w sierpniu br. upowszechnieniem stosowania elektronicznego fakturowania w zamówieniach publicznych dzięki obowiązkowi przyjmowania e-faktur przez Zamawiających (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/55/UE z 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych), zwracamy się z prośbą o wskazanie w umowie w § 3 adresu e-mail, na który Wykonawca może przysyłać fakturę w formie elektronicznej.

**Odpowiedź na zapytanie:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 23 –**

Grupa 15, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie EA-50 posiadającego w składzie light green SF <1%. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź na zapytanie:**

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

**Pytanie nr 24 –**

Grupa 15, poz.6

Prosimy o dopuszczenie: Ottix – substytut ksyleno o składzie mieszanina węglowodorów alifatycznych 50-60%, etanol 30-40%, izopropanol 10-12,5%, 1-3% n-heksan.

**Odpowiedź na zapytanie:**

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

**Pytanie nr 25 –**

Grupa 15, poz.6

Prosimy o dopuszczenie zestawu Masson Trichrome z błękiten anilinowym, który zamiast hematoksyliny Weigerta składnik A i B posiada w składzie hematoksylinę Gilla I 1x75 ml. Czas barwienia 35 min. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź na zapytanie:**

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

**Pytanie nr 26 –**

Grupa 15, poz.7

Prosimy o dopuszczenie zestawu o czasie barwienia do 1 h 25’.

**Odpowiedź na zapytanie:**

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

**Pytanie nr 27 –**

Grupa 15, poz.9

Prosimy o dopuszczenie zestawu:

Alcian Blue P.A.S zestaw; Zestaw na 100 testów Odczynnik przeznaczony do wykrywania mucyny, glikoprotein, glikogenu w tym jednym preparacie.

Skład:

1. Alcian Blue pH 2.5, 1 x 30ml
2. Sodu czteroboran, 1 x 30ml



ISO 9001  
ISO 14001  
PN-N 18001  
ISO 27001

**SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY**  
**85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31**

KONTO: Bank Zachodni WBK Bydgoszcz 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

3. Kwas nadjodowy 1% 1 x 30ml
4. Odczynnik Schiffa, 1 x 30ml
5. Hematoksylina Mayera, 1 x 30ml

Wynik barwienia:

Mucyna – niebiesko-turkusowy

Substancje P.A.S. pozytywne – magneta

Jądro – fioletowo-niebieskie

Mucyna z nabłonka i chrząstki – purpurowy – ciemnoniebieski. Czas barwienia: do 1 h 40'

**Odpowiedź na zapytanie:**

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

**Pytanie nr 28 –**

Grupa 15, poz.10

Prosimy o wydzielenie pozycji 10 do oddzielnego pakietu, co umożliwi Zamawiającemu otrzymanie korzystniejszych cenowo ofert.

**Odpowiedź na zapytanie:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 29 –**

Grupa 12 – barwniki:

poz.1. Czy Zamawiający dopuści barwnik May-Grunwald, którego zawartość metanolu mieści się w przedziale 80-100%?

Opakowanie nie większe niż 1 l.

**Odpowiedź na zapytanie:**

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

**Pytanie nr 30 –**

Grupa 12 – barwniki:

poz.2. Czy Zamawiający dopuści barwnik Giemsa, którego zawartość metanolu mieści się w przedziale 40-60%?. Opakowanie nie większe niż 1 l.

**Odpowiedź na zapytanie:**

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

**Pytanie nr 31 –**

Grupa 13 – odczynniki do odwapniania:

Poz. 1. Czy zamawiający dopuści produkt, spełniający taką samą funkcję jak TBD1, ale posiadający w składzie kwas chlorowodorowy  $\leq 30\%$ , formaldehyd 9-11%, metanol  $< 3\%$ , woda 56-58% ?

**Odpowiedź na zapytanie:**

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

**Pytanie nr 32 –**

Grupa 13 – odczynniki do odwapniania:

Poz. 2. Czy zamawiający dopuści produkt, spełniający taką samą funkcję jak TBD2, ale posiadający w składzie kwas mrówkowy w ilości  $\leq 10\%$ ?

**Odpowiedź na zapytanie:**

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

**Pytanie nr 33 –**

Grupa 17 – alkohol:

Czy zamawiający dopuści alkohol etylowy skażony ketonami tj.: butan-2-on i 5-metyloheptan-3-on?

**Odpowiedź na zapytanie:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 34 –**

Dotyczy Grupy nr 21 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaferowania fartucha chirurgicznego o poniższym opisie:

„Jednorazowy, jałowy fartuch chirurgiczny w rozmiarze L. Rękaw zakończony poliestrowym, elastycznym, bezszwowym, przylegającym do ciała mankietem. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Troki połączone kartonikiem w taki sposób, aby umożliwić aplikację fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Przeznaczenie fartucha – standardowe zabiegi chirurgiczne z małą i średnią ilością płynów. Fartuch wyposażony w dwa ręczniki do wytarcia rąk, dodatkowo zawinięty w serwetę włókninową celem zabezpieczenia przed przypadkowym zabrudzeniem. Opakowanie zewnętrzne folia – papier”.

**Odpowiedź na zapytanie:**

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.



ISO 9001  
ISO 14001  
PN-N 18001  
ISO 27001

**SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY**  
**85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31**

KONTO: Bank Zachodni WBK Bydgoszcz 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

Pytanie nr 35 –

Dotyczy Grupy nr 24 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania koreczków w opakowaniu a'100 z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości na 90 opakowań a'100 szt., tj. 9 000 szt.

**Odpowiedź na zapytanie:**

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 36 –

Dotyczy wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą o dopisanie do umowy adresu mailowego do osoby odpowiedzialnej za składanie zamówień. Umożliwi to szybki kontakt na etapie realizacji zamówień w razie potrzeby.

**Odpowiedź na zapytanie:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 37 –

Dotyczy wzoru umowy §4 punkt 15

W celu miarkowania kar, prosimy o obniżenie kary umownej do 1% wartości brutto niedostarczonego w terminie towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

**Odpowiedź na zapytanie:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 38 –

Dotyczy wzoru umowy §4 punkt 15a

W celu miarkowania kar, prosimy o obniżenie kary umownej do 1% wartości brutto zamówienia. Obecny zapis jest rażąco wygórowany w stosunku do popełnionego błędu.

**Odpowiedź na zapytanie:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 39 –

Dotyczy projektu umowy:

Czy za dni robocze w rozumieniu wzorów umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

**Odpowiedź na zapytanie:**

Tak.

Pytanie nr 40 –

Dotyczy projektu umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 17 wzoru umowy wyrażenie „bez wezwania do jej należytego wykonania” zostało zastąpione wyrażeniem „po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

**Odpowiedź na zapytanie:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 41 –

Dotyczy projektu umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 18 wzoru umowy kara umowna za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy wynosiła 10% wartości niezrealizowanej części umowy?

**Odpowiedź na zapytanie:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 42 –

Grupa 21

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha zawiniętego we włókninę celem zabezpieczenia przed przypadkowym zabrudzeniem, w pozostałym zakresie zgodny z SIWZ.

**Odpowiedź na zapytanie:**

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.





ISO 9001  
ISO 14001  
PN-N 18001  
ISO 27001

**SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY**  
**85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31**

KONTO: Bank Zachodni WBK Bydgoszcz 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

Pytanie nr 43 –

Grupa 22

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic lateksowych, bezpudrowych kolor naturalny lateks, AQL  $\leq 1,0$ , opakowanie jednostkowe podwójne, hermetyczne: zewnętrzne foliowe podciśnieniowe z listkiem w kształcie V i dodatkowym tłoczeniem ułatwiającymi otwieranie, wewnętrzne papierowe.

**Odpowiedź na zapytanie:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 44 –

Grupa 23 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje igły tępej z filtem w dwóch długościach 40 i 50 mm do każdorazowego wyboru przez Zamawiającego podczas składania Zamówienia?

**Odpowiedź na zapytanie:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 45 –

Grupa 24 poz. 1

Prosimy o sprecyzowanie, czy koreczki mają być pakowane pojedynczo (po 1szt) w sposób pozwalający na wyciąganie po jednej sztuce z opakowania zbiorczego zawierającego np. 50, 100 lub 200szt?

**Odpowiedź na zapytanie:**

Zamawiający wymaga wyrobu pakowanego pojedynczo, jak opisano w SIWZ.

Pytanie nr 46 –

Grupa 24 poz. 1

Prosimy o wyjaśnienie, czy koreczki luer lock mają być pakowane pojedynczo (każda sztuka osobno niezłączona z innymi koreczkami) w blister dopasowany do kształtu koreczka uniemożliwiający niezamierzoną zmianę położenia koreczka?

**Odpowiedź na zapytanie:**

Zamawiający wymaga wyrobu pakowanego pojedynczo, jak opisano w SIWZ.

Pytanie nr 47 –

Grupa 25 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łącznika bezigłowego kompatybilnego z końcówką luer i luer lock, o przepływie min. 165 ml/min. możliwość podłączenia u pacjenta min. przez 7 dni lub 216 aktywacji. Długość robocza zaworu 2-2,5 cm, długość całkowita 3 cm. Łącznik posiada przezroczystą obudowę, zawór w postaci bezbarwnej, jednoelementowej, silikonowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer na drodze przepływu płynu), prosty tor przepływu, wnętrze pozbawione części mechanicznych i metalowych. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną, oraz lekami chemioterapeutycznymi. przestrzeń martwa max. 0,04 ml, o wytrzymałości na ciśnienie zwrotne i ciśnienie płynu iniekcyjnego min. 60 psi. Wejście donaczyniowe zabezpieczone protektorem. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Okres ważności min. 12 m-cy od daty dostawy.

**Odpowiedź na zapytanie:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 48 –

Grupa 25 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje łącznika dostępu żylnego z pozytywnym, negatywnym czy neutralnym ciśnieniem?

**Odpowiedź na zapytanie:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 49 –

Grupa 25 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaworu bezigłowego, system bezigłowy pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, żywotność min. 216 użyc, obudowa przezroczysta, nie zawierający metalu oraz lateksu, membrana jednorodna, wykonana z wytrzymałego na odkształcenie silikonu, powierzchnia membrany od strony zaworu wejściowego typu żeński Luer lock płaska – zapewniająca prosty sposób czyszczenia i odkażania (przez przetarcie wacikiem ze środkiem dezynfekującym), wytrzymałość na ciśnienie wewnątrz portu: naciśnienie powyżej 30 psi oraz podciśnienie -12,5 psi. Przestrzeń martwa maksymalnie 0,01 ml, przepływ min. 350 ml/min. przystosowany do pracy z końcówkami luer lock, możliwość pracy z końcówkami luer slip, współpracujący z drenami do infuzji, do pomp strzykawkowych i objętościowych oraz z drenami do kroplówek, przedłużaczami,

**Odpowiedź na zapytanie:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ



ISO 9001  
ISO 14001  
PN-N 18001  
ISO 27001

**SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY**  
**85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31**

---

KONTO: Bank Zachodni WBK Bydgoszcz 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

Pytanie nr 50 –

dot. Pakiet 21

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie fartuchów zawiniętych w serwetę włókninową celem zabezpieczenia przed zabrudzeniem, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

**Odpowiedź na zapytanie:**

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 51 –

dot. Pakiet 22

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu zgodności z normą EN 980. Norma ta została wycofana i zastąpiona przez EN ISO 15223-1

**Odpowiedź na zapytanie:**

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

**Zamawiający**