

COZL/DZP/AW/3412/TP-174/23

Lublin, dnia 09.01.2024 r.

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na :
"Dostawa detektora promieniowania Gamma, wideolaryngoskopu bezprzewodowego oraz głowicy do Aparatu USG na potrzeby COZL"
(znak postępowania: COZL/DZP/AW/3412/TP-174/23)

Działając w oparciu o zapisy art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (tj. Dz. U. 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) informuję, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie 7

Dotyczy: Projekt umowy. §5 ust. 7.

Wykonawca wnosi o wydłużenie maksymalnego terminu naprawy uszkodzonego urządzenia w zakresie części nr 1, z 48 godzin dni roboczych do 7 dni roboczych.

Ze względu na specyfikę urządzenia wszelkie naprawy powinny być wykonywane w punkcie serwisowym Wykonawcy, przez co termin 48 godzinny jest niemożliwy do dotrzymania przez Wykonawcę

Na czas przeprowadzenia koniecznych napraw Wykonawca użycza bezpłatnie sprzęt zastępczy o równorzędnych parametrach.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8

Dotyczy: Projekt umowy. §5 ust. 8

Wnosimy o skrócenie okresu dostępności części zamiennych do min. 7 lat (począwszy od daty przekazania urządzenia do eksploatacji).

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 9

Dotyczy: Projekt umowy. §5 ust.12

Wnosimy o zmianę treści §5 ust.12 na:

„Wykonawca zobowiązuje się do wymiany przedmiotu umowy na nowy, wolny od wad, jeżeli w terminie 21 dni kalendarzowych licząc od daty zgłoszenia wady, awarii lub usterki nie można zrealizować naprawy gwarancyjnej lub jeżeli ten sam podzespół urządzenia będącego przedmiotem umowy był już 3-krotnie nieskutecznie naprawiany”.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 10

Dotyczy: Projekt umowy. §5 ust.13

Wykonawca wnosi o wydłużenie terminu wskazanego w §5 ust.13 do 21 dni kalendarzowych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11

Dotyczy: Projekt umowy. §6 ust.1

Mając na uwadze miarkowanie kar umownych, zwracamy się z wnioskiem o zmniejszenie kary umownej zawartej w §6 ustęp 1 do 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 12

Dotyczy: Projekt umowy. §6 ust.2

Mając na uwadze miarkowanie kar umownych, wnosimy o zmianę treści §6 ust.2 na „Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w przypadku zwłoki w realizacji zobowiązania w terminach, o których mowa w § 5 ust. 7, za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 13

Dotyczy: Projekt umowy. §6 ust.3

Mając na uwadze miarkowanie kar umownych, zwracamy się z wnioskiem o zmniejszenie kary umownej zawartej w §6 ustęp 3, do wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 14

Dotyczy: Projekt umowy. §6 ust.4

Mając na uwadze miarkowanie kar umownych, zwracamy się z wnioskiem o zmniejszenie kary umownej zawartej w §6 ustęp 4, do 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy,

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 15

Dotyczy: Projekt umowy. §6 ust.5

Mając na uwadze miarkowanie kar umownych, wnosimy o zmniejszenie zawartej w §6 ust.5 projektu umowy, maksymalnej łącznej wysokości kar umownych do 20% kwoty, o której mowa w § 3 ust. 1 umowy

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.