



„Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.

19-300 Elk, ul. Baranki 24,
tel. 87 620-95-71 wew. 51 - Automatyczna Centrala
tel. 87 621-96-20 - Sekretariat, Zarząd Spółki

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych
tel. 87 620-95-93
tel. 87 620-95-76
tel. 87 620-96-26

e-mail: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl
e-mail: przetargi@promedica.elk.pl
www.promedica.elk.com.pl

Odpowiedź na Zapytanie 3

Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/DZZP/3052/23

Data: 02.08.2023r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji na Zakup zestawu laparoskopowego wraz z montażem i uruchomieniem na potrzeby „Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o. Znak sprawy: 2851/2023 w ramach realizacji projektu pn. „Doposażenie Szpitala „Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o. Celem wzmocnienia systemu ochrony zdrowia” RPWM.13.02.00-28-0018/22-00 dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Na podstawie art. 284 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

PYTANIE nr 1

1. Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający dopuści do oceny w Załączniku 3 pozycja 2 produkt o następujących parametrach: Procesor obrazu wideo 4K z pracą w trybie NIR. Możliwość obrazowania optyczno-cyfrowego we współpracy z dedykowanym endoskopem kompatybilnym z funkcją obrazowania optyczno-cyfrowego. Tryb obrazowania w podczerwieni. 2 gniazda USB z przodu konsoli do podłączenia dysku zewnętrznego.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 2

2. Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający dopuści do oceny w Załączniku 3 pozycja 3 produkt o następujących parametrach: Procesor obrazu wideo 4K z pracą w trybie NIR. Tryb obrazowania w podczerwieni.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE nr 3

3. Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający dopuści do oceny w Załączniku 3 pozycja 4 produkt o następujących parametrach:

Źródło światła laserowego Synergy:

- Technologia diod laserowych
- Procesor wyposażony w funkcje obrazowania w podczerwieni NIR, obrazowanie wykorzystujące

światło podczerwone. Procesor wyposażone w filtry dodające i odejmujące czerwień.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE nr 4

4. Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający dopuści do oceny w Załączniku 3 pozycja 5 produkt o następujących parametrach: Monitor medyczny, UHD/4K, przekątna ekranu 31.5"

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE nr 5

5. Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający w Załączniku 3 pozycja 9 zrezygnuje z opisanego wymogu celem zwiększenia konkurencyjności ofert.

Odpowiedź: Nie.

PYTANIE nr 6

6. Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający dopuści do oceny w Załączniku 3 pozycja 10 produkt o następujących parametrach: Optyka laparoskopowa 4K przystosowana do pracy z zastosowaniem obrazowania fluoroscencyjnego. Długość 330 mm, średnica 10 mm, kąt patrzenia 0 stopni, autoklawowalna

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 7

7. Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający dopuści do oceny w Załączniku 3 pozycja 11 produkt o następujących parametrach: Optyka laparoskopowa 4K 30 stopni, 10mm x 455mm - bariatryczna.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE nr 8

8. Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający dopuści do oceny w Załączniku 3 pozycja 14 produkt o następujących parametrach:

Światłowód o długości nie mniejszej niż 2,7m

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE nr 9

9. Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający dopuści do oceny w Załączniku 3 pozycja 15 produkt o następujących parametrach:

Pompa ssąco-płuczająca do zabiegów laparoskopowych. Maksymalne ujemne ciśnienie ssania - 60kPa. Maksymalny przepływ w torze płukania wynosi 3L/min.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE nr 10

10. Dotyczy rozdziału IV pkt. 6 SWZ oraz §2 ust. 3 projektu umowy

Czy Zamawiający dopuści przedmiot zamówienia i wszystkie elementy dodatkowe wchodzące w jego skład wyprodukowane minimum w 2022 roku?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE nr 11

11. Dotyczy rozdziału XIII pkt 3 ppkt. 3.2 SWZ

Czy Zamawiający dopuści katalogi wystawione przez autoryzowanego dystrybutora na terenie Polski, który umocowany jest do tworzenia ww. dokumentów w imieniu producenta?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.



PYTANIE nr 12

12. Dotyczy rozdziału XIII pkt 3 SWZ

W związku z tym, że Zamawiający w SWZ nie przewidział wezwania do złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie przedmiotowych środków dowodowych – czy Zamawiający zmieni zapisy SWZ i dopuści złożenie lub uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych, jeżeli Wykonawca nie złożył ich lub są one niekompletne? W/w zapis jest korzystny dla obu stron w razie wystąpienia omyłki.

Odpowiedź: *Rozdział III ust. 15 Specyfikacji Warunków Zamówienia niniejszego postępowania brzmi następująco: „Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych o których mowa w art 107 p.z.p.” Ponad to Zamawiający w Ogłoszeniu o Zamówieniu w Sekcji V – Kwalifikacja Wykonawców umieścił informacje jak niżej:*

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

(1) Oświadczenie Wykonawcy, że posiada dopuszczenia do obrotu na oferowany przedmiot zamówienia (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz Deklarację Zgodności CE wydaną przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy) zgodnie z ustawą z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2022 poz. 974), a w przypadku żądania Zamawiającego przedłoży poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie tych pozwoleń (świadectw) a jeżeli przedmiot zamówienia nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych nie jest objęty deklaracjami zgodności i nie podlega żadnemu wpisowi do rejestru Wykonawca złoży jedynie złożenia stosowne oświadczenie, gdy Zamawiający będzie tego wymagał. – zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SWZ,
(2) Katalogi lub ich strony w języku polskim dla każdego zaoferowanego produktu potwierdzające spełnianie wymagań zgodnie z SWZ (ulotki informacyjne producenta lub karty produktu poświadczające skład, dane identyfikujące produkt itp.)

PYTANIE nr 13

13. Dotyczy §2 ust. 10 projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie gwarancji dostępności części do 7 lat od momentu instalacji sprzętu?

Odpowiedź: *Zamawiający nie wyraża zgody.*

Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SWZ.

Z poważaniem

