



MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI OŚRODEK  
MEDYCYNY PRACY  
SPZOZ

Płock, dnia 14.09.2022 r.

**Do Wykonawców**

Znak sprawy: ZP.264.24.2022

Dotyczy: dostawa sprzętu medycznego w ramach zadania „Organizowanie i udzielenie pierwszej pomocy w nagłych zachorowaniach i wypadkach, które wystąpiły w miejscu pracy, służby lub pobierania nauki”.

W związku z nadesłanymi pytaniami odnośnie wyjaśnienia treści opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu jw. Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytania Wykonawców:

*1. Część II - Defibrylator, wskaźnik, fantom - do nauki - 1 komplet*

*Prosimy o dopuszczenie jako równoważnego defibrylatora renomowanej firmy HeartSine Technologies Inc, model SAMARITAN TRAINER 350*

*Prosty w obsłudze, czytelny dla użytkownika*

*podobnie jak medyczne AED prowadzący użytkownika przez procedurę resuscytacji krążeniowo – oddechowej, bez podawania impulsu defibrylacyjnego, pozwalając dobrze poznać cały schemat udzielania pierwszej pomocy 6 zaprogramowanych scenariuszy akcji ratunkowych, zgodnych z aktualnym protokołem AHA/ERC (jeden wstrząs, dwie minuty RKO)*

*Przycisk pauzy tymczasowo zatrzymuje i ponownie uruchamia scenariusz treningowy, pozwalając trenerowi udzielić dodatkowych informacji*

*Wbudowany w urządzenie metronom oraz migający wskaźnik pozwalają na określenie prawidłowości wykonywanych ucisków klatki piersiowej*

*Cztery poziomy regulacji głośności, pamięć ostatnio wybranego poziomu*

*Posiada wbudowany akumulator, ładowany załączoną ładowarką*

*Wersji językowej polskiej, dodatkowo dwadzieścia dziewięć innych języków*

*W zestawie znajduje się sztywna torba z dwiema kieszeniami na zamek, pilot zdalnego sterowania, 3 pary wymiennych elektrod treningowych wielokrotnego użytku od wzorujących wygląd tradycyjnych elektrod stosowanych zarówno u dorosłych jak i dzieci*

*Akumulator wielokrotnego ładowania zapewniający 7 godzin ciągłej pracy na jednym naładowaniu*

*Wskaźnik stanu akumulatora w postaci diod LED wskazujących stan napięcia (urządzenie nieużywane) i sygnalizujące 1 godzinę pozostałego czasu baterii (urządzenie używane)*

*Waga: 0,6 kg*

*Gwarancja 12 miesięcy*

*Prosimy o dopuszczenie jako równoważnego fantomu do nauki RKO z darmową aplikacją na smartfon lub tablet umożliwiającą uzyskiwanie informacji zwrotnych o jakości wykonywanej RKO, w tym dokładnej oceny ćwiczącego*

*Wizualna prezentacja przepływu krwi z serca do mózgu w darmowej aplikacji na smartfon lub tablet*

*Czujnik głębokości i tempa uciśnień klatki piersiowej*

*Unoszenie się klatki piersiowej przy wdechach*

*Odchylanie głowy, unoszenie podbródka*

*System worków oddechowych na wdmuchiwanie powietrza (bez konieczności wymiany całych dróg oddechowych)*

*Bezpieczny system higieny eliminujących ryzyko zakażeń krzyżowych*

*Punkty anatomiczne (żebra, wyrostek mieczykowaty)*

*Sygnalizacja głębokości uciskania klatki piersiowej za pomocą wbudowanego wskaźnika*

Płock Warszawa Radom	ul. Kolegialna 17 Al. Wojska Polskiego 25 ul. Rodziny Winczewskich 5	24 267 84 52 22 560 00 40 48 330 93 22	24 262 88 42 22 560 00 41 48 330 93 23	plock@mwomp.pl warszawa@mwomp.pl radom@mwomp.pl	NIP: 774 15 46 233 Regon: 000301569 KRS: 0000139991

Długość: 45 cm, waga: 4,5 kg (z bateriami)

Zestaw zawiera: manekin + 25 worków na wdmuchiwane powietrze + wielorazową część twarzową + 2 baterie, torbę do przechowywania i transportu.

2. Czy Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych?

3. Część IV- czy zamawiający dopuści produkty równoważne w pozycjach, w których użyto nazw własnych?

#### Odpowiedź Zamawiającego

Ad. 1 – Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania defibrylatora firmy HeartSine Technologies Inc, model SAMARITAN TRAINER 350 jako równoważnego urządzenia. Zaproponowany defibrylator nie spełnia minimalnych wymogów Zamawiającego, tj. ma jedynie 6 zaprogramowanych scenariuszy akcji ratunkowych, a Zamawiający wymaga 10 zaprogramowanych scenariuszy.

Jednocześnie informujemy, iż Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzeń równoważnych o parametrach nie gorszych lub lepszych od wymaganych dla poszczególnych urządzeń/Części – dotyczy to wszystkich określonych parametrów.

Ad. 2 – Zamawiający dopuszcza składanie ofert przez Wykonawców na wybrane Części. Powyższe jest zapisane w punkcie 2 zapytania ofertowego – pod podziałem na Części.

Ad. 3 - Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych, które będą nie gorsze - pod względem jakościowym i użytkowym - niż podane w Części IV. Wykonawca składając ofertę na tę Część wskaże nazwę zaproponowanego asortymentu równoważnego w tabeli w Załączniku Nr 2.

*Z poważaniem*

#### **Sprawę prowadzi:**

Arkadiusz Majchrzak  
Tel. 24 267 84 53

#### **Otrzymują:**

1. Adresat
2. a/a

					
Płock Warszawa Radom	ul. Kolegialna 17 Al. Wojska Polskiego 25 ul. Rodziny Winczewskich 5	24 267 84 52 22 560 00 40 48 330 93 22	24 262 88 42 22 560 00 41 48 330 93 23	plock@mwomp.pl warszawa@mwomp.pl radom@mwomp.pl	NIP: 774 15 46 233 Regon: 000301569 KRS: 0000139991

**Mazowsze.**  
serce Polski