



„Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.

19-300 Elk, ul. Baranki 24,

tel. 87 620-95-71 wew. 51 - Automatyczna Centrala

tel. 87 621-96-20 - Sekretariat, Zarząd Spółki

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych

tel. 87 620-95-93

tel. 87 620-95-76

tel. 87 620-96-26

e-mail: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl

e-mail: przetargi@promedica.elk.pl

www.promedica.elk.com.pl

Odpowiedź na Zapytanie 35

Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/DZZP/ 1734 / 2889 / 24

Data: 21.08.2024 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby „Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o. Znak Sprawy 2133/2024.

Na podstawie art. 135 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

PYTANIE nr 1 dot. Pakietu 80 poz. 1- Załącznik Nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy

Czy Zamawiający dopuści ustniki o średnicy 22x27 mm zamiast 22x25 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 2 dot. Pakietu 83 poz. 1 - Załącznik Nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy

Czy Zamawiający dopuści kleszcze biopsyjne o średnicach osłonki 1.8 mm, 2.3 mm, 3.0mm, długość robocza 120, 160, 230 cm, z markerami sygnalizacyjnymi? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 3 dot. Pakietu 83 poz. 2 - Załącznik Nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy

Czy Zamawiający dopuści pętłe do polipektomii owalne, drut pleciony o średnicy 0.3 mm dla średnic otwarcia pętli 10, 15 mm oraz 0.47 mm dla średnic pętli 20, 25, 30, 35, 40 mm; średnica osłonki 2.3mm. Dodatkowo pętla z funkcją płynnej rotacji 360 stopni? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 4 dot. Pakietu 83 poz. 4 - Załącznik Nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy

Czy Zamawiający dopuści pętłe z siatką chwytającą jednorazowe, owalne, wersja obrotowa 360 °, z regulacją wysunięcia. Zakres otwarcia pętli do wyboru zamawiającego 30x60 mm oraz wersja powiększona 40x60mm, średnica narzędzia 2.6mm, długość robocza 2300mm, pasująca do kanału roboczego 2.8mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 5 dot. Pakietu 83 poz. 5 - Załącznik Nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy

Czy Zamawiający dopuści zestaw do opaskowania żyłaków przetyku. Skład zestawu: nasadka na endoskop z 6, 7 i 9 opaskami, głowica z nicią o długości 1500 mm, połączone z dwukierunkowym pokrętle do naciągania nici. Zestaw z mechaniczną i dźwiękową sygnalizacją momentu uwolnienia podwiązki. Opaski zapewniają doskonałą widoczność w obrazie endoskopu. Zestaw wyposażony w port Luer/złącze do irygacji. Opaski w kolorze niebieskim, przedostatnia opaska w kolorze czarnym. Zestaw gotowy do bezpośredniego zakładania – nić przewleczona przez rękojęść. Kompatybilne z endoskopami o średnicy zewnętrznej 8.5-13 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.



PYTANIE nr 6 dot. Pakietu 110 poz. 3 - Załącznik Nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy

Czy Zamawiający dopuści cewnik rozpylający o długości roboczej 1200 mm zamiast 1050 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SWZ.

Z poważaniem

