



Szpital Wielospecjalistyczny  
im. dr. Ludwika Błażka  
w Inowrocławiu  
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97  
województwo kujawsko-pomorskie  
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS  
0000002494  
Dział Zamówień Publicznych  
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-  
00  
zam.pub@szpitalino.pl



Inowrocław 12.12.2022 r

EZP 574/2022

Wszyscy Wykonawcy  
Biorący udział w postępowaniu

**Dot. postępowania M-70/2022 Dostawa sprzętu j.u. do angiografii dla Szpitala  
Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu**

Zamawiający na podst. art. 284 ust.2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych  
(Dz.U. 2019 poz. 2019 ze zm.) przedstawia poniżej wyjaśnienia do zadanych pytań.

**Pytanie 1**

Pakiet nr 4

Czy w zakresie pakietu nr 4 Zamawiający dopuści:

Prowadniki do pomiaru FFR w tętnicach wieńcowych przeznaczone do złożonych zmian i krętych naczyń

Warunki:

- prowadniki średnicy 0,014" i długości co najmniej 175 cm posiadające rejestrację do pomiaru FFR w tętnicach wieńcowych
- końcówka prowadnika dobrze widoczna w skopii RTG
- pokrycie hybrydowe: długość powłoki hydrofilowej: 39 cm na dystalnej części przewodu  
długość powłoki hydrofobowej: 146 cm na proksymalnej części drutu – PTFE
- możliwość wykonania angioplastyki z wykorzystaniem prowadnika, a następnie ponownego podłączenia i pomiaru FFR
- Dryft zera: <3 mmHg/h
- konstrukcja prowadnika: Rdzeń dystalny z nitinolu; powłoka polimerowa na elastycznej długości na rdzeniu z nitinolu; Proksymalny rdzeń ze stopu kobaltu
- sygnał ciśnienia przekazywany z czujnika na prowadniku Pizoelektrycznym

W ramach ceny prowadników oferent musi zobowiązać się do nieodpłatnego udostępnienia aparatu do pomiaru FFR na czas trwania umowy

Aparat musi posiadać wyświetlacz pozwalający na obserwację przebiegu krzywych ciśnienia oraz archiwizację wyników

Możliwość wykonania angioplastyki z wykorzystaniem prowadnika, a następnie ponownego podłączenia i pomiaru FFR?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**KIEROWNIK DZIAŁU  
Zamówień Publicznych  
Ewa Sempowicz**



