



Olsztyn, dn. 12 września 2022 r.

Nr sprawy 18/2022

**Wszyscy uczestnicy postępowania**

**DOTYCZY: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST: DOSTAWA ECHOKARDIOGRAFU w ramach projektu: "Rozbudowa Nowego Budyńku Szpitala A o skrzydło północne wraz z nadbudową i przebudową Budyńku Kotłowni nr 31 na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie – etap III".**

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników postępowania.

### **PYTANIA I ODPOWIEDZI**

#### **Zestaw 1**

##### **1. Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ, pkt. 3**

Czy Zamawiający dopuści najwyższej klasy aparat echokardiograficzny o cyfrowym układzie przetwarzania wiązki z 7 071 744 kanałów cyfrowych? W aparatach echokardiograficznych producent określa konkretnie ilość kanałów cyfrowych do określenia jakości obrazowania. Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

##### **2. Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ, pkt. 4**

Czy Zamawiający dopuści najwyższej klasy aparat echokardiograficzny z zakresem dynamiki 320 dB? W aparatach echokardiograficznych producent określa konkretnie zakres dynamiki systemu dla określenia poprawnej jakości obrazowania. Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ.

##### **3. Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ, pkt. 5**

Czy Zamawiający dopuści najwyższej klasy aparat echokardiograficzny z dynamiczną strefą ogniskowania co oznacza, że system automatyzuje się samoistnie i jest rozwiązaniem równoważnym do powyższego. Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

##### **4. Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ, pkt. 9**

Czy Zamawiający dopuści najwyższej klasy aparat echokardiograficzny posiadający monitor na przegubowym ramieniu o przekątnej 21,5"? Przekątna o zmniejszonej

ilości o 1,5 "nie wpływa na pogorszenie jakości obrazu. Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

#### **5. Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ, pkt. 12**

Czy Zamawiający dopuści najwyższej klasy aparat echokardiograficzny z rozwiązaniem tzw. „pływającego blatu”, który odblokowywany jest elektrycznie z możliwością wysuwania i blokady ustawionego położenia oraz regulacji wysokości przy pomocy siłowników pneumatycznych zwalnianych sterownikiem elektrycznym, co wpływa na najwyższy komfort w obsłudze badającego. Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

#### **6. Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ, pkt. 13**

Prosimy o dopuszczenia rozwiązania w postaci aparatu wyposażonego tzw. 'pływający blat', który jest regulowany przy pomocy siłowników pneumatycznych zwalnianych sterownikiem elektrycznym i posiada regulację wysokości w zakresie 25,4 cm? Rozwiązanie to pozwala na bardzo ergonomiczne ustawienie panelu w zakresie jego obrotu o +/- 180 stopni w stosunku do ramienia mocującego panel ale również niezależny obrót panelu względem bazy aparatu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

#### **7. Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ, pkt. 18**

Czy Zamawiający dopuści najwyższej klasy aparat echokardiograficzny o częstotliwości odświeżania obrazu frame rate w obrazowaniu 2D 2800 obrazów/s? Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ.

#### **8. Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ, pkt. 22**

Czy Zamawiający dopuści najwyższej klasy aparat echokardiograficzny z funkcją M-mode i Anatomiczny M-mode w trybie rzeczywistym natomiast nie posiadający funkcji Anatomicznego M-modu na pętłach obrazowych 2D zapisanych w pamięci CINE oraz z archiwum aparatu oraz z krzywej utworzonej przez operatora na pętli obrazów 2D z archiwum aparatu? W praktyce rzadko zachodzi konieczność przetwarzania zapamiętanych obrazów, które nie zawsze zawierają wszystkie potrzebne informacje i zdecydowanie korzystniej jest to robić na obrazach rzeczywistych. Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ.

#### **9. Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ, pkt. 25**

Czy Zamawiający dopuści najwyższej klasy aparat echokardiograficzny o częstotliwości odświeżania obrazu frame rate w obrazowaniu 2D+CF 225 obr/sek w zależności od sondy i ustawień? Według naszej wiedzy powyższe parametry ze SWZ są sztucznie zawyżone i posługuje się nimi tylko jedna firma konkurencyjna. Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ.

#### **10. Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ, pkt. 29**

Prosimy o zaakceptowanie aparatu, który dla trybu 4D z kolorowym dopplerem pozwala na uzyskanie częstotliwości odświeżania obrazu dla sondy przezklatkowej 4D – 38 obr./sek. przy ustawieniach pełnego volume obrazowania i 12 cm głębokości? Podana szybkość obrazowania jest określona dla praktycznych, klinicznych ustawień obrazowych, natomiast wymagana przez Zamawiającego prędkość jest nie do uzyskania dla obrazu diagnostycznego i w związku z powyższym nie daje informacji o prawdziwym potencjale aparatu.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ.

#### **11. Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ, pkt. 30**

Prosimy o zaakceptowanie aparatu, który dla trybu 4D z kolorowym dopplerem pozwala na uzyskanie częstotliwości odświeżania obrazu dla sondy przezprzełykowej 4D – 15 obr./sek. przy ustawieniach parametrów obrazowania 60° x 50° i 8 cm głębokości? Podana szybkość obrazowania jest określona dla praktycznych, klinicznych ustawień obrazowych, natomiast wymagana przez Zamawiającego prędkość jest nie do uzyskania dla obrazu diagnostycznego i w związku z powyższym nie daje informacji o prawdziwym potencjale aparatu.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ.

#### **12. Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ, pkt. 33**

Czy Zamawiający dopuści najwyższej klasy aparat echokardiograficzny bez opcji triplex na głowicy sektorowej? Według naszej wiedzy klinicznej praca w trybie triplex powoduje utratę jakości obrazowania. Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

#### **13. Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ, pkt. 39**

Czy Zamawiający dopuści najwyższej klasy aparat echokardiograficzny bez opcji przetwarzania zapisanych pętli B-mode na zapis M-mode i anatomiczny M-mode? Oferowany system echokardiograficzny realizujące wszystkie pozostałe wymagania postprocesingu dla zapisach obrazów. Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ.

#### **14. Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ, pkt. 49**

Czy Zamawiający dopuści stację roboczą z oprogramowaniem pomiarowym dla analiz wzdłużnych odkształceń lewej i prawej komory serca oraz lewego przedsionka z prezentacją wyników dla lewej komory w formacie wykresu „oko byka” oraz analizą ilościową lewej komory pod kątem odkształceń oraz wyznaczania masy lewej komory na podstawie obrazów objętościowych, powyższe oprogramowanie daje pełną automatyzację wyników analiz ale nie posiada opcji raportowania?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

#### **15. Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ, pkt. 52**

Czy Zamawiający dopuści najwyższej klasy aparat echokardiograficzny z głowicą

sektorową, matrycową do obrazowania objętościowego przezklatkowego o zakresie częstotliwości od 1-5 MHz oraz ilością fizycznych elementów piezoelektrycznych 3000? Każdy z oferentów posiada głowice spełniające te same zadania, lecz o różnej częstotliwości, różnej ilości elementów i różnym polu widzenia. Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ.

**16. Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ**

Czy Zamawiający dopuszcza podłączenie aparatu do zdalnego serwisu online producenta poprzez udostępnioną sieć internetową. Podłączenie do zdalnego serwisu pozwalające na świadczenie zdalnych usług serwisowych na terenie Polski przez autoryzowany serwis producenta umożliwia zapewnienie bezpiecznej i stałej opieki serwisowej szczególnie w przypadku sytuacji epidemiologicznej uniemożliwiającej swobodne przemieszczanie się między państwami bądź regionami.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**17. Dotyczy SWZ, pkt. 52, Termin wykonania zamówienia**

Czy Zamawiający dopuści wydłużony termin realizacji zamówienia do 31 grudnia 2022 roku?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza. Termin dostawy stanowi kryterium oceny ofert. Ostateczny termin zostanie określony przez Wykonawcę.

**18. Dotyczy Załącznika nr 8 do SWZ Umowa – (Projekt)**

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie łącznej wysokości kar umownych do 10% wartości brutto umowy? Wprowadzenie do umowy proponowanej zmiany pozwoli potencjalnym Wykonawcom na oszacowanie ewentualnego ryzyka kontraktowego i uwzględnienie go w treści oferty.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ.

**19. Dotyczy Załącznika nr 8 do SWZ Umowa – (Projekt)**

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do szkody rzeczywistej nieprzekraczającej wartości niniejszej Umowy, a tym samym czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie umowy nową następującą treścią: „Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu naruszenia warunków niniejszej Umowy jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z całkowitym wyłączeniem szkód pośrednich, w tym wszelkich utraconych zysków) do kwoty nieprzekraczającej wynagrodzenia określonego w §.....umowy.” Zaproponowana przez nas treść ma na celu zrównanie interesów przyszłych Stron kontraktu w myśl zasady, iż celem odpowiedzialności odszkodowawczej nie jest wzbogacanie się jednej Strony lecz usunięcie uszczerbku, który może powstać w wyniku ewentualnych, niezamierzonych zdarzeń.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ.

**20. Dotyczy Załącznika nr 8 do SWZ Umowa – (Projekt)**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie poniżej zaproponowanych zmian

w umowie odnośnie naruszenia praw własności intelektualnej?

1. Wykonawca zobowiązuje się zwolnić z odpowiedzialności Zamawiającego wobec roszczeń, zarzucających, że urządzenia wchodzące w skład Przedmiotu umowy („Produkty”) bezpośrednio naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich pod warunkiem, że Zamawiający,

(a) przekaże Wykonawcy bezzwłoczne zawiadomienie o roszczeniu, oraz

(b) udzieli Wykonawcy pełnej i wyczerpującej informacji i pomocy niezbędnej Wykonawcy przy obronie przed roszczeniem, zawarciu ugody w przedmiocie roszczenia lub uniknięciu roszczenia, oraz

(c) przekaże Wykonawcy wyłączną kontrolę nad obroną, ugodą lub uniknięciem roszczenia.

2. Zamawiający zobowiązuje się nie zawierać jakiejkolwiek ugody w związku z roszczeniem ani ponosić kosztów lub wydatków na rachunek Wykonawcy bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy.

3. Wykonawca nie będzie miał żadnego zobowiązania do zwolnienia z odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu jakiegokolwiek roszczenia o naruszenie wynikającego w przypadku gdy takie roszczenie wynika z: (a) zachowania przez Wykonawcę zgodności z projektami, specyfikacjami lub instrukcjami Zamawiającego, (b) skorzystania przez Wykonawcę z informacji technicznych lub technologii dostarczonych przez Zamawiającego; (c) modyfikacji Produktów przez Zamawiającego lub jego przedstawicieli, niezatwierdzonych przez Wykonawcę; wykorzystania Produktów w sposób inny niż zgodnie ze specyfikacjami Produktów lub stosownymi pisemnymi instrukcjami Produktów; (d) wykorzystania Produktów wraz z jakimkolwiek innym produktem lub oprogramowaniem, jeśli naruszenia można było uniknąć poprzez użycie aktualnej niezmienionej wersji któregośkolwiek z Produktów, lub wykorzystania Produktów po tym, jak Wykonawca zalecił Zamawiającemu na piśmie zaprzestanie używania Produktów ze względu na zarzucane naruszenie; (e) niestosowania się przez Zamawiającego do zalecanych harmonogramów konserwacji oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz instrukcji oraz/lub niewprowadzenia obowiązkowych działań (bezpieczeństwa).

4. W przypadku wniesienia roszczenia z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej Wykonawca będzie miał prawo, wedle własnego wyboru, do (a) zapewnienia Zamawiającemu prawa do dalszego korzystania z Produktów, (ii) zastąpienia lub zmodyfikowania Produktów w celu uniknięcia naruszenia lub (iii) zwrócenia Zamawiającemu proporcjonalnej części ceny nabycia Produktów z chwilą zwrócenia oryginalnych Produktów.

5. Odpowiedzialność odszkodowawcza i zobowiązania Wykonawcy w niniejszym punkcie mają zastosowanie do oprogramowania osób trzecich jedynie w takim zakresie, w jakim Wykonawca, na podstawie umowy licencyjnej lub umowy nabycia zawartej z taką osobą trzecią, uprawniony jest do zwolnienia z roszczeń w przypadku takich naruszeń.

6. Zamawiający zobowiązuje się nie dodawać, usuwać lub zmieniać jakichkolwiek oznaczeń na Produktach związanych z patentami, znakami towarowymi lub prawami autorskimi.

7. Warunki niniejszego punktu określają całość zobowiązania Wykonawcy i odpowiedzialności za roszczenia o naruszenie praw własności intelektualnej, a także stanowią wyłączny środek jaki przysługuje Zamawiającemu w przypadku roszczenia o naruszenie praw własności intelektualnej.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy.

#### **21. Dotyczy Załącznika nr 8 do SWZ Umowa – (Projekt)**



Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Przedmiotu Umowy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy.

## Zestaw 2

1. Czy w związku z wdrożonymi zmianami w regulacjach prawnych dotyczących ochrony danych osobowych (RODO) Zamawiający rozważy zawarcie dodatkowej umowy regulującej bezpieczeństwo danych podczas czynności serwisowych wykonywanych w miejscu instalacji bądź zdalnie poprzez sieć komputerową? Z uwagi na fakt, że urządzenia typu echokardiograf to sprzęt medyczny na którym gromadzone są dane pacjentów i mając na względzie bezpieczeństwo takich danych oraz wymóg przeprowadzania np. przeglądów aparatu prosimy o rozważenie możliwości zawarcia takiej umowy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę o ochronie danych osobowych na etapie realizacji przedmiotu zamówienia.

2. **Dotyczy rozdz. V SWZ oraz par. 3 wzoru umowy** Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji do 26 tygodni od daty podpisania umowy. W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją na rynku wyrobów medycznych związaną z brakiem dostępu do komponentów i podzespołów niezbędnych do produkcji dotychczasowe terminy dostaw deklarowane przez producentów uległy wydłużeniu kilkukrotnie na co Wykonawca nie ma żadnego wpływu. Ponieważ sytuacja ta jest niezależna od Wykonawcy, brak zgody Zamawiającego uniemożliwi Wykonawcy złożenie oferty w postępowaniu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający po rozeznaniu możliwości terminu dostawy, wynikającego z obecnej sytuacji producentów importujących różne podzespoły w tym półprzewodnikowe dopuszcza możliwość wydłużenia terminu dostawy do 180 dni od udzielenia zamówienia. Termin dostawy stanowi kryterium oceny ofert. Ostateczny termin zostanie określony przez Wykonawcę z zastrzeżeniem maksymalnego terminu dostawy podanego przez Zamawiającego.

Pytania do załącznika nr 8 – projekt umowy 3. § 6 ust. 6 Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek dostarczenia książki pracy i kontroli jakości aparatury jeśli Wykonawca wraz z dostawą prześle Zamawiającemu paszport techniczny urządzenia?

**Odpowiedź:**

Tak Zamawiający potwierdza.

4. W §4 ust. 8 zd. 1 Zamawiający zastrzegł, iż:

„Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez Strony bez zastrzeżeń protokół zdawczo – odbiorczy przedmiotu Umowy.”

Czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie z ww. postanowienia frazy „bez zastrzeżeń”?

W praktyce tego typu postanowienia mogą prowadzić do nadużyć w postaci zgłaszania nieistotnych uwag do przedmiotu dostawy, które wydłużają w praktyce czas gwarancji, podczas gdy ewentualne niewielkie mankamenty/zastrzeżenia/usterki/wady można usunąć na drodze gwarancji lub rękojmi, która powinna rozpocząć swój bieg od momentu podpisania protokołu odbioru w zwykłym trybie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy.

5. Czy podobnie jak w przypadku §4 ust. 8 zd. 1 wzoru umowy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie w §6 ust. 10 oraz §8 ust. 1 wzoru umowy frazy „bez zastrzeżeń”?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy.

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z §11 ust. 5 wzoru umowy słowa „bezusterkowym”?

Wykonawca podnosi, iż odmowa odbioru nie może być dowolna, ani też błaha. Nie każda bowiem niezgodność z warunkami określony w SWZ, czy też w Umowie będzie uzasadniała odmowę odbioru. Jak wynika z orzecznictwa Sądu Najwyższego nie można uzależniać odbioru przedmiotu umowy od podpisania protokołu bez jakichkolwiek wad/usterek/zastrzeżeń. Przyjęcie odmiennego stanowiska naruszałoby równowagę między zamawiającym a wykonawcą, uzależniając odbiór, a tym samym płatność wynagrodzenia od wykluczenia istnienia jakiejkolwiek wady w chwili oddania przedmiotu zamówienia jak i umożliwiając naliczanie kary umownej za niedotrzymanie terminu realizacji umowy warunkowanej przedstawianiem przedmiotu umowy do odbioru w stanie idealnym, co w praktyce jest trudne do realizacji.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy.

7. §12 - gwarancja jakości dotyczy odpowiedzialności gwaranta za pewnego rodzaju niezgodność towaru z umową, wadliwość towaru. Brzmienie postanowienia nie uwzględnia sytuacji, w których powstała awaria/ustereka spowodowana została np. okolicznościami siły wyższej, normalnego zużycia, ingerencją w sprzęt osób trzecich. Powoduje to niemożność lub istotne utrudnienie wyliczenia kosztu usługi (może prowadzić do zawyżenia kosztu usługi wskutek konieczności objęcia dużego zakresu ryzyka) i ryzyka po stronie Wykonawcy.

Czy w związku z tym Zamawiający wyraża zgodę na dodanie postanowienia precyzującego w/w okoliczności, które odzwierciedla przyjęte rynkowo standardy wyłączające/ograniczające ryzyko Wykonawcy, a także naturę gwarancji:

„Gwarancja określona niniejszą umową nie obejmuje awarii/usterki wynikających z:

*a. niewłaściwego użytkowania urządzenia, w tym niezgodnie z jego przeznaczeniem lub instrukcją użytkowania;*

*b. mechanicznego uszkodzenia urządzenia, powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady;*

*c. samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);*

*d. jakiejkolwiek ingerencji osób trzecich;*

*e. uszkodzenia spowodowane zdarzeniami noszącymi znamiona siły wyższej (pożar, powódź,*

*f. normalnego zużycia wymienionych części”*

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy.

14. § 12 ust. 17 pkt. 1W naszej ocenie przedłużenie okresu gwarancji powinno nastąpić nie o czas napraw, które zapewne nastąpią, a o czas przedłużającej się naprawy ponad terminy określone w umowie. W związku z powyższym prosimy o wprowadzenie stosownej zmiany w treści umowy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy.

15. § 12 ust. 24 Zamawiający zastrzegł prawo skorzystania z usług zastępczych w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy ze zobowiązań gwarancyjnych oraz zobowiązań wynikających z tytułu rękojmi za wady, pomimo wcześniejszego wezwania. Naprawy urządzenia, będącego przedmiotem umowy, ze względu na swoją specyfikę

powinny być wykonywane tylko i wyłącznie przez autoryzowany przez producenta serwis, dlatego zwracamy się z prośbą o dodanie w zapisach umowy zastrzeżenia, że zastępczy wykonawca będzie posiadał autoryzację producenta sprzętu medycznego.

W związku z powyższym proponujemy tego zmianę § 12 ust. 24 w następujący sposób: „Zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania na koszt i ryzyko Wykonawcy z usług zastępczych (z zastrzeżeniem zlecenia wykonania takich usług podmiotowi, który posiada autoryzację producenta sprzętu), w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy ze zobowiązań gwarancyjnych, a także z zobowiązań z tytułu rękojmi za wady, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy z wyznaczeniem odpowiedniego terminu”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy.

16. § 17 Mając na względzie fakt, iż rękojmia jest instytucją niedostosowaną do specyfiki urzędów medycznych i w związku z tym standardem staje się ograniczanie lub wyłączenie rękojmi.

Wskazujemy, że zastosowanie instytucji rękojmi wiąże się z ryzykiem możliwości odstąpienia od umowy przez Zamawiającego co z uwagi na charakter umowy jest niekorzystne i niecelowe również dla Zamawiającego. W związku z tym, w naszej ocenie, zasadne jest wyłączenie prawa do odstąpienia na podstawie rękojmi, które stanowi dodatkowe ryzyko dla Wykonawcy, a rezygnacja z którego dla Zamawiającego nie będzie stanowiła istotnego zmniejszenia jego praw wynikających z Umowy.

Proponujemy wobec tego dodanie następującego postanowienia do § 17: „Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiającemu przysługuje prawo wykorzystania uprawnień z rękojmi – na zasadach ogólnych, z wyłączeniem prawa do odstąpienia od umowy.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy.

---

**Informacje dodatkowe:**

Zamawiający na podstawie art. 135 ust 3 oraz art. 137 ust.4 ustawy Pzp przesuwając termin składania i otwarcia ofert.

Zamawiający po rozeznaniu możliwości terminu dostawy, wynikającego z obecnej sytuacji producentów importujących różne podzespoły w tym półprzewodnikowe dopuszcza możliwość wydłużenia terminu dostawy do 180 dni od udzielenia zamówienia. Termin dostawy stanowi kryterium oceny ofert. Ostateczny termin zostanie określony przez Wykonawcę z zastrzeżeniem maksymalnego terminu dostawy podanego przez Zamawiającego.

**Nowe terminy:**

Składanie ofert – 19.09.2022 r., godz. 10:00

Otwarcie ofert – 19.09.2022 r., godz. 10:15

Termin związania ofertą – 21.11.2022 r.

Powyższe zmiany dotyczą całej dokumentacji przetargowej w tym ogłoszenia oraz SWZ wraz z załącznikami.

---

Informacja przeznaczona do publikacji na stronie Zamawiającego:  
[https://platformazakupowa.pl/pn/usk\\_olsztyn/proceedings](https://platformazakupowa.pl/pn/usk_olsztyn/proceedings)