



**Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny
im. J. Gromkowskiego**

51-149 Wrocław, ul. Koszarowa 5

NIP: 895-16-31-106, Regon: 000290469

tel. cent. 71/325-03-56 do 59; 71/326-13-27 do 31; sekretariat 71/395-74-26; fax 71/326-06-22



**DOLNY
ŚLĄSK**

Wrocław, dnia 03.01.2023 r.

dotyczy: **PN 82/22 dostawa sprzętu jednorazowego użytku IV**

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (TJ Dz.U. z 2022r. poz. 1710; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Czy Zamawiający w zadaniu 1 dopuści elektrody w rozmiarze 25 x 0,40 mm w kolorze żółtym, pozostałe parametry wg SWZ?

ODP- ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA NIE WYMAGA POZOSTAŁE SWZ

Czy Zamawiający w zadaniu 1 dopuści elektrody oznaczone kolorem czarnym, pozostałe parametry wg SWZ?

ODP- ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA NIE WYMAGA POZOSTAŁE SWZ

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 1 elektrody w rozmiarze 30 x 0,45 mm (pozostałe wymagane parametry bez zmian)?

ODP- ZAMAWIAJĄCY PODTRZYMUJE ZAPISY SWZ 03