



L.dz. W/1846./2021

Olsztyn, 10.11.2021 r.

Nr postępowania: 325/2021/TP/DZP

*Do wszystkich Wykonawców  
uczestniczących w postępowaniu*

## PYTANIA I ODPOWIEDZI

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie podstawowym pt. **Dostawa różnego sprzętu, w tym sprzętu badawczego i laboratoryjnego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.** Nr postępowania: 325/2021/TP/DZP.

Zamawiający, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 t.j. ze zm.) przedstawia wyjaśnienia dotyczące postawionych przez wykonawców pytań w ww. postępowaniu:

Pytania od 1 do 14 dotyczą części 6 zamówienia: dostawa wraz z instalacją, uruchomieniem i instruktażem pionowej zamrażarki niskotemperaturowej do -86 st. C – 1 sztuka.

### **Pytanie nr 1:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia z układem True Dual, tj. dwoma oddzielnymi układami kompresorów działających niezależnie. W przypadku awarii jednego z układów drugi automatycznie podtrzymuje temperaturę w urządzeniu na poziomie -70st.C. Jest to rozwiązanie nowocześniejsze, bardziej bezpieczne dla materiału i Użytkownika.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że nie wymaga, ale dopuszcza ww. urządzenie z układem True Dual.

### **Pytanie nr 2:**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach zewnętrznych szerokość x głębokość x wysokość 755 x 859,5 x 1999 mm?

### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza urządzenia o ww. wymiarach.

### **Pytanie nr 3:**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z wyświetlaczem dotykowym LCD bez wyświetlacza LED? Proponujemy rozwiązanie nowocześniejsze i bardziej niezawodne.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza urządzenia bez wyświetlacza LED.

### **Pytanie nr 4:**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z wyświetlaniem temperatury nastawy, ale bez jednoczesnego wyświetlania temperatury otoczenia? Wymagana funkcjonalność nie wpływa



w żaden sposób na możliwości chłodnicze urządzenia, gdyż mikroprocesor reguluje automatycznie pracę kompresorów, a zatem prosimy o zniesienie tego wymogu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza ww. urządzenia.

**Pytanie nr 5:**

Prosimy Zamawiającego o odstąpienia od wymogu: - wykrywanie i stabilizacja napięcia AC - wybór napięcia i wybór częstotliwości AC. Swoją prośbę motywujemy faktem, iż urządzenie, które chcemy zaoferować jest podpięte do sieci 230V 50/60 Hz i ma możliwość stabilizacji napięcia przez dodatkowy moduł. Nie ma możliwości wyboru napięcia i częstotliwości AC, gdyż jest ustawione fabrycznie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że nie odstąpi od ww. wymogu.

**Pytanie nr 6:**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z portem dostępu o średnicy 12 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza ww. urządzenia.

**Pytanie nr 7:**

Czy zamawiający dopuści urządzenie z izolacją o szerokości 120 mm? Mniejsza grubość ścianki nie ma wpływu na pogorszenie właściwości termoizolacyjnych urządzenia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza ww. urządzenia.

**Pytanie nr 8:**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z pojedynczą uszczelką drzwi głównych podgrzewanych poprzez odzysk ciepła z kompresora?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza ww. urządzenia.

**Pytanie nr 9:**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z półkami ze stali nierdzewnej z dwustopniową regulacją wysokości położenia w zamrażarce i jedną umieszczoną w połowie komory bez możliwości regulacji?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza ww. urządzenia.

**Pytanie nr 10:**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z możliwością umieszczenia 168 szt. pudełek o wysokość 3”?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza ww. urządzenia.



**Pytanie nr 11:**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z komorą zewnętrzną wykonaną ze stali malowanej bez pokrycia antybakteryjnego? Prosimy o doprecyzowanie w jaki sposób ma być realizowane zabezpieczenie antybakteryjne?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza ww. urządzenia.

**Pytanie nr 12:**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z komorą podzieloną na 4 części? Jest to rozwiązanie, które zapewnia takie samo zminimalizowanie strat chłodu w przypadku otwarcia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza ww. urządzenia.

**Pytanie nr 13:**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie wykonane w technologii bezfiltrowej, bez filtra skraplacza? W najnowszej generacji zamrażarek niskotemperaturowych nie montuje się już takich filtrów. Proponujemy rozwiązanie lepsze i bezpieczniejsze dla urządzenia oraz zwiększające wygodę Użytkownika.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza ww. urządzenia.

**Pytanie nr 14:**

Czy zamawiający wymaga urządzenia o mniejszym zużyciu energii na poziomie 10,6 kWh/24h? Ma to znaczenie w przypadku długotrwałego użytkowania urządzenia i znacząco przekłada się na koszty eksploatacji.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że wymaga urządzenia o maksymalnym zużyciu energii elektrycznej 16kwh/24h.

Pytania od 15 do 19 dotyczą części 14 zamówienia: dostawa nożyków mikrotomowych przeznaczonych do skrawania wycinków parafinowych- 25 opakowań.

**Pytanie nr 15:**

Poz. 1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie żyłek niskoprofilowych o poniższych parametrach użytkowych:

- długość 80 mm
- wysokość 8 mm
- grubość 0,25 mm
- kąt ostrza 35o
- przeznaczone do skrawania twardych wycinków parafinowych
- dozownik 50 szt.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że nie dopuści żyłek o powyższych parametrach.



**Pytanie nr 16:**

Poz. 2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie żyłek wysokoprofilowych o poniższych parametrach użytkowych:

- długość 80 mm
- wysokość 14 mm
- grubość 0,25 mm
- kąt ostrza 35o
- przeznaczone do skrawanie ekstremalnie twardych wycinków parafinowych
- dozownik 50 szt.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że nie dopuści żyłek o powyższych parametrach.

**Pytanie nr 17:**

Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie? Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zamierza zrealizować zamówienie jednorazową dostawą.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że realizacja przedmiotu zamówienia jest dostawą jednorazową realizowaną na poziomie 100%.

**Pytanie nr 18:**

Pozycja 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nożyków niskoprofilowych o standardowych wymiarach: długość 80 mm x wysokość 8 mm x grubość 0,25 mm. Tak niewielka różnica w długości ostrzy nie ma wpływu na funkcjonalność ostrzy, a długość 80 mm jest standardową długością dla ostrzy mikrotomowych oferowanych na rynku. Pozostałe parametry zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że nie dopuści nożyków o powyższych parametrach.

**Pytanie nr 19:**

poz. 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nożyków wysokoprofilowych o wymiarach: długość 75 mm x wysokość 14 mm x grubość 0,31 mm. Tak niewielka różnica w wymiarach ostrzy nie ma wpływu na funkcjonalność ostrzy. Pozostałe parametry zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

**Odpowiedź:**


Zamawiający informuje, że nie dopuści nożyków o powyższych parametrach.

**Pytanie nr 20:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pozostawienie w formularzu ofertowym wyłącznie tych pakietów, na które będzie składana oferta?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na pozostawienie w formularzu ofertowym wyłącznie tych pakietów, na które wykonawca składa ofertę.



Pytania od 21 do 24 dotyczą części 2 zamówienia: dostawa i montaż homogenizatora laboratoryjnego ogólnego zastosowania wraz z akcesoriami – 1 zestaw.

**Pytanie nr 21:**

Czy Zamawiający dopuści homogenizator z zasilaniem 230V?.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że dopuści homogenizator z zasilaniem 230V.

**Pytanie nr 22:**

Czy Zamawiający dopuści homogenizator z możliwością pracy w objętościach roztworów od 0,2 do 2000 ml?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że dopuści homogenizator z możliwością pracy w objętościach roztworów od 0,2 do 2000 ml.

**Pytanie nr 23:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 45 dni roboczych od dnia podpisania umowy?.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wydłużenie terminu dostawy do 45 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

**Pytanie nr 24:**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu rozpakowania, instalacji, uruchomienia, wykazania poprawności działania wszystkich podzespołów danego urządzenia, ustawienia odpowiedniej konfiguracji dostarczonego sprzętu, sprawdzenia należytego działania sprzętu lub instalacji lub systemu oraz posprzątania, udostępnionych pomieszczeń po zakończeniu prac związanych z montażem wraz z usunięciem opakowań? Urządzenie jest proste w obsłudze i zawiera instrukcję obsługi.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że odstąpi od powyższych czynności w części nr 2 zamówienia.

**Pytanie nr 25:**

Pytania do wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu usunięcia usterki do 10 dni roboczych?.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe.

**Pytanie nr 26:**

Pytania do wzoru umowy

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego na czas trwania usterki?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że nie odstąpi od powyższego wymogu. Jednocześnie zgodnie z zapisami § 4 ust. 4 wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia zamawiającemu sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych niż sprzęt uszkodzony, jeśli zamawiający z takim wnioskiem wystąpi.



**Pytanie nr 27:**

Pytania do wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę

na zmianę § 4 p 5 wzoru umowy na: W przypadku ponownego wystąpienia usterki po wykonaniu trzech napraw tego samego elementu, wykonawca zobowiązuje się do wymiany przedmiotu umowy na nowy, wolny od wad w terminie 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki przez zamawiającego. ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zmianę ww. zapisu umowy.

**Pytanie nr 28:**

Czy Zamawiający uznaje, że warunki trwającej pandemii stanowią okoliczności siły wyższej?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że co do zasady uznaje, iż trwająca pandemia nie stanowi okoliczności siły wyższej, jednak każdy przypadek z nią związany będzie rozpatrywany indywidualnie.

**Pytanie nr 29:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do wzoru umowy postanowienia o dopuszczalności wprowadzenia w trakcie trwania umowy zamiennika danego produktu wchodzącego w skład przedmiotu umowy, na podstawie pisemnego zawiadomienia, bez konieczności zawierania pisemnego aneksu, przy spełnieniu oczywiście dodatkowych założeń? Propozycja postanowienia poniżej:

„Strony dopuszczają w trakcie trwania umowy zamianę danego produktu wchodzącego w skład przedmiotu umowy w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę odpowiedniego zamiennika lub produktu zmodyfikowanego, w szczególności udoskonalonego, o ile zamiennik ten jest produktem o właściwościach równoważnych bądź lepszych w stosunku do zamienianego, odpowiadających charakterystyce pierwotnego produktu.

W przypadku, gdy nie ulegnie zmianie cena jednostkowa, a tym samym nie wpłynie to na zmianę wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy i jednocześnie zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego, nie wymaga ona zawarcia pisemnego aneksu, lecz jest skuteczna na podstawie pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w tym zakresie przez Wykonawcę. Zmiana uznawana będzie za skuteczną w chwili otrzymania przez Zamawiającego zawiadomienia, chyba że została wskazana w nim inna data.”

Uzasadnienie:

Zmiana opisana powyżej jest korzystna dla Zamawiającego i może usprawnić proces wprowadzania zmian korzystnych dla Zamawiającego, także po stronie wykonawcy, ponieważ w przypadku zastąpienia danego produktu udoskonalonym, wymaga to wprowadzania zmian w bardzo wielu umowach. Dopuszczenie w takich sytuacjach formy pisemnego zawiadomienia dla skuteczności tej zmiany byłoby racjonalnym postępowaniem.

**Odpowiedź:**


Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do umowy zaproponowanego zapisu.

**Pytanie nr 30:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy we wskazanej formie.



**Pytanie nr 31:**

Par. 1 ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dostarczone zostały dokumenty w formie elektronicznej (CD, email, strona internetowa).

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że powyższe będzie możliwe po wcześniejszym otrzymaniu zgody od przedstawiciela zamawiającego wskazanego w § 5 umowy.

**Pytanie nr 32:**

Par. 4 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „bezpłatny” na „ w ramach wynagrodzenia”?

**Odpowiedź:**

Zamawiający zmienia § 4 ust. 1 załącznika nr 4 do SWZ w ten sposób, że nadaje mu następującą treść: „Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia napraw gwarancyjnych w okresie gwarancyjnym w ramach wynagrodzenia, bez dodatkowych opłat za transport i dojazd”.

**Pytanie nr 33:**

Par. 6 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wyrażenia "z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy" na "z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę"?

Zgodnie z art. 471 k.c. dłużnik odpowiada za nienależyte wykonanie umowy jeżeli wynika ono z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność.

**Odpowiedź:**

Zamawiający zmienia § 6 ust. 1 lit. a) załącznika nr 4 do SWZ w ten sposób, że nadaje mu następującą treść:

„za odstąpienie od umowy przez zamawiającego z przyczyn zawinionych przez wykonawcę w wysokości 10% ceny określonej w § 3 ust. 1”

**Pytanie nr 34:**

Par. 6 ust. 4 Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie "do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody?"

**Odpowiedź:**

Zamawiający odmawia zmiany powyższego zapisu.

**Pytanie nr 35:**

Par. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do rozwiązania / odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, nie krótszego niż 5 dni roboczych, wyznaczonego w pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy?


**Odpowiedź:**

Zamawiający odmawia zmiany powyższego zapisu.

Jednocześnie zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 t.j. ze zm.) dokonuje zmiany treści SWZ poprzez modyfikację:

- Załącznika nr 4 do SWZ - projektowane postanowienia umowy. Zmieniony załącznik w załączeniu (zmiany naniesiono czerwoną czcionką).

Zamawiający informuje, że w przypadku gdzie dopuścił w niniejszych odpowiedziach na pytania zastosowanie rozwiązań odmiennych niż te wskazane w SWZ i załącznikach, to wykonawca składając ofertę winien zaznaczyć w formularzu cenowym, które z pozycji zgodne są z udzielonymi przez zamawiającego odpowiedziami na pytania.

KANCLERZ  
mgr inż. Bogusław Stec  
  
\_\_\_\_\_  
(podpis osoby upoważnionej)

Sporządzili: Anna Zalewska, Adrian Horodecki, Łukasz Graban, Cezary Zwoliński, Marta Kamińska

SPECJALISTA  
  
mgr Anna Zalewska