

Główny Inspektorat Jakości Handlowej
Artykułów Rolno-Spożywczych
Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa

Warszawa, 10 sierpnia 2023 roku

BAD.241.2.7.2023

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu laboratoryjnego do laboratoriów Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Działając w trybie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 r., poz. 1710, ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający przekazuje treść pytań do specyfikacji warunków zamówienia oraz swoje wyjaśnienia.

Pytanie 1:

Dotyczy Rozdziału 10 – termocykler z funkcją gradientu

Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie o znacznie lepszych parametrach wg broszury <https://www.analytik-jena.ru/en/life-science/products/prod/cat/pcr/prod/biometra-tadvanced.html> m.in. w

zakresie szybkości chłodzenia, grzania oraz wielu innych z wskazanej przez Zamawiającego specyfikacji, jednak o wadze 12kg, a nie 15kg.

Odpowiedź:

Zamawiający w pkt. 3.3. SWZ dopuścił oferowanie przedmiotu zamówienia równoważnego w stosunku do przedmiotu opisanego w formularzu warunków technicznych, stanowiącym załącznik nr 2J do SWZ, t. j. o parametrach nie gorszych niż określono w SWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do opisanych przez Zamawiającego jest zobowiązany udowodnić, że proponowane przez niego rozwiązania (produkty) w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia –

należy przez to rozumieć, że każdy parametr wskazany przez Zamawiającego w SWZ musi zostać uwzględniony w specyfikacji technicznej termocyklera z funkcją gradientu przedstawionej przez Wykonawcę wraz z ofertą.

Sprzęt, którego specyfikacja została przedstawiona w pytaniu pod linkiem:

<https://www.analytik-jena.ru/en/life-science/products/prod/cat/pcr/prod/biometra-tadvanced.html> nie spełnia wymagań Zamawiającego. W odniesieniu do pkt. 6

formularza warunków technicznych, stanowiącego załącznik nr 2J do SWZ – szybkości ogrzewania bloku, w formularzu jest: nie mniej niż 10°C/s, w sprzęcie będącym przedmiotem zapytania jest: średnio 7,0°C/s, maksymalnie 8,0°C/s.

Ponadto sprzęt, o którym mowa w pytaniu Wykonawcy ma wagę 15 kg, podczas gdy Zamawiający, ze względu na organizację stanowiska pracy, w pkt. 16 wymaga aby waga urządzenia nie była większa niż 12 kg.

Zamawiający podtrzymuje wymagania z formularza warunków technicznych, stanowiącego załącznik nr 2J do SWZ.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie. Zamawiający podtrzymuje termin składania ofert ustalony **na 31 sierpnia 2023 roku na godz. 9:30** oraz otwarcia ofert ustalony **na 31 sierpnia 2023 roku na godz. 10:00**.

Jolanta Przyborowska

Dyrektor

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/