

4.1 Wytyczne dla wentylacji:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 21.08.2006 r. W sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi pomieszczenia radiologii powinny być wyposażone w wentylację zabezpieczającą co najmniej 1,5 krotną wymianę powietrza.

5.1 Dodatkowe środki ochrony przed promieniowaniem

- pracownię należy oznakować znakiem ostrzegającym przed promieniowaniem jonizującym ,
- znakiem ostrzegającym o szczególnej szkodliwości dla kobiet w ciąży ,
- nad drzwiami (w punktach PK2 , PK 3,) wejściowymi na teren pracowni Rtg umieścić w światła ostrzegawcze z napisem nie wchodzić świecące w czasie włączenia generatora
- należy zapewnić łączność głosową z pacjentem ,

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 21.08.2006 r. W sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi .