

ZESTAWIENIE OSŁON STAŁYCH						
			INWENTARYZACJA		OBLICZONA	
PRZEGRODA			WYKONANIE	RÓWNOWAŻNIK		WYKONAĆ
AB	PK1	ściana AB	cegła pełna 12 cm + 13 mm barytobeton	co najmniej 1,5 mm Pb	0,15 mm Pb	nie wymagana dodatkowa osłona
BC	PK2	drzwi w ścianie BC	nowe	0,5 mm Pb	0,2 mm Pb	nie wymagana dodatkowa osłona
CD	PK4	ściana CD	cegła pełna 12 cm + 13 mm barytobeton	co najmniej 1,5 mm Pb	0,15 mm Pb	nie wymagana dodatkowa osłona
ED	PK3	drzwi w ścianie ED	nowe	0,5 mm Pb	0,15 mm Pb	nie wymagana dodatkowa osłona
ED	PK3	ściana DC	24cm cegła kratówka	ok. 1,6 mm Pb	0,15 mm Pb	nie wymagana dodatkowa osłona
Podłoga	PK5	strop	beton 30 cm	ok. 3 mm Pb	0,3 mm Pb	nie wymagana dodatkowa osłona
sufit	PK6	strop+ barytobeton	beton 30 cm	ok. 3 mm Pb	0,35 mm Pb	nie wymagana dodatkowa osłona
osłona konsoli	PK7	szkło ołowiane		0,5 mm Pb	0,2 mm Pb	nie wymagana dodatkowa osłona

25.06.2010

MAŁOPOLSKI
PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR SANITARNY
31-202 Kraków, ul. Pradnicka 76
tel. 012 416 21 24, 012 420 64 30, 012 254 95 00
fax 012 416 20 93
WSE.NNZ. 432 1317110
Uzgodniono na podstawie Ustawy
z dnia 14.03.1985 r. o Inspekcji
Sanitarnej (jedn. tekst Dz.U. nr 122
poz. 851)
Kraków 3.06.2010

MAŁOPOLSKI
PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR
SANITARNY

Z upr. dr. Michał Seweryn
Zastępca Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego

mgr inż. Zdzisław Małek		ul Parkowa 30/27 33 100 Tarnów	
Nazwa i adres obiektu	MOŚCICKIE CENTRUM MEDYCZNE SP ZOZ ul KWIATKOWSKIEGO 33 101 Tarnów		
Temat rysunku	Plan sytuacyjny Pracowni MAMMOGRAFI z aparatem LORAD M -IV	skala	1:50
Autor projektu	mgr inż. Zdzisław Małek	Data	22.05.2010
		Podpis	INSPEKTOR