



Warszawa, 12 WRZ. 2023

Wydział Zamówień Publicznych
Komendy Stołecznej Policji

WZP - 2344/2248/23

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na „Dostawę 4 sztuk analizatorów do wstępnego wykrywania w ślinie, osób badanych, środków działających podobnie do alkoholu, wraz z uzupełnieniem i kasetami testującymi”, nr ref. WZP-2248/23/141/Z.

Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego, zgodnie z art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), informuje o treści pytań zadanych przez Wykonawców i udzielonych przez Zamawiającego odpowiedziach:

Pytanie nr 3:

Czy zamawiający dopuszcza urządzenie wyposażone w drukarkę, która zasilana jest jedynie zestawem bateryjnym?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza urządzenia wyposażonego w drukarkę zasilaną jedynie zestawem baterii. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 4:

Czy zamawiający dopuszcza urządzenie z drukarką która nie podaje informacji o aktualnym stanie urządzenia dotyczącym kalibracji – jednoznacznej informacja czy urządzenie w momencie badania jest sprawne do użytkowania. Proponowane urządzenia wyświetla komunikat o terminie przeglądu na wyświetlaczu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza urządzenie wyświetlające komunikat o terminie następnego przeglądu na wyświetlaczu.

Wyjaśnienia zapisów SWZ należy traktować wiążąco dla Stron.

ZASTĘPCA NACZELNIKA
Wydziału Zamówień Publicznych
Komendy Stołecznej Policji

mgr Katarzyna JACAK

Wykonano w 1 egz. (a/a)

Wysłano za pośrednictwem platformazakupowa.pl

Wyk.: J. Gruszczyńska, tel. 47 72 378 62

Komenda Stołeczna Policji
Wydział Zamówień Publicznych

00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2, tel. 47 72 303 13, faks 47 72 376 42