



WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. **dostawa produktów do dializy otrzewnowej**
Nr sprawy: ZP-24-138UN

Dyrektor

dr n. med.
Włodzimierz Dziubdziela

ul. Francuska 20-24
40-027 Katowice

RETARIAT
tel.: (32) 259-16-50
fax.: (32) 255 46 33

spskm@spskm.katowice.pl
www.spskm.katowice.pl

CENTRALA :
Tel. (32) 259-12-00

W związku z pytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

- 1) Pakiet 1, poz. 3 - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy nie zaszła omyłka pisarska i Zamawiający oczekuje worków z ikodekstryną CADO i/lub ADO, tak jak w poz. 8?
Odp.: Tak, jest to omyłka pisarska Zamawiający oczekuje worków z ikodekstryną CADO i/lib ADO
- 2) Pakiet 1 - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający przewiduje zakup „Adaptora tytanowego” do podłączenia cewnika do dializy otrzewnowej? Brak tego elementu uniemożliwi prowadzenie terapii. **Odp.: Tak, Zamawiający planuje taki zakup w pozycji Nr 11. Zamawiający koryguje Załącznik Nr 1 zgodnie z umieszczonym wzorem.**
- 3) Pytanie do DZIERŻAWY CYKLERÓW: Informujemy, że oferowane przez Wykonawcę urządzenia – cyklery - umożliwiają pracę z wykorzystaniem systemu zdalnego monitorowania terapii („Portalu klinicznego”). Czy Zamawiający przewiduje korzystanie z portalu klinicznego w przypadku Automatycznej Dializy Otrzewnowej (ADO)? Cyklery wyposażone w system zdalnego zarządzania terapią umożliwiają wczesne wykrycie problemu związanego z realizacją zabiegu, co umożliwia podjęcie odpowiednich działań i pozwala zapobiegać kłopotliwym zdarzeniom. Pragniemy także nadmienić, iż dodatkowa, nieodpłatna funkcja jaką jest zdalne monitorowanie terapii zmniejsza liczbę hospitalizacji, wizyt w oddziałach ratunkowych oraz nieplanowych wizyt ambulatoryjnych, co skutkuje oszczędnościami dla szpitala. Co równie ważne, zdalny monitoring sprawia, że pacjenci czują się pewniej w wykonywaniu zabiegów samodzielnie. **Odp.: Tak, Zamawiający ma możliwość takiej współpracy.**
- 4) Czy we wzorze umowy (Załącznik nr 7 do SWZ), możemy dodać, jako par. 1 ust. 11, postanowienie: „Bezpośrednim odbiorcą zamówienia może być osoba fizyczna (pacjent) lub Zamawiający, wskazany w Zamówieniu, z zastrzeżeniem, że te części zestawu, których wykorzystanie może nastąpić jedynie w warunkach szpitalnych, m.in. adaptory, przedłużacze i inny sprzęt, dostarczane będą bezpośrednio do Zamawiającego (Apteka Szpitalna Zamawiającego).”? **Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę i uzupełnia wzór umowy o podany zapis jako ust. 13.**
- 5) Czy we wzorze umowy użyczenia (Załącznik nr 8 do SWZ), możemy dodać, jako par. 2 ust. 4, postanowienie: „Biorący do używania zobowiązuje się poinformować Oferenta na piśmie o zmianie lokalizacji Sprzętu najpóźniej w dniu, w którym zmiana lokalizacji zostanie dokonana.”? **Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**
- 6) Dotyczy: Pakiet 1, poz. 14 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie alternatywnie cewników Tenckhoffa, uniwersalnych, 2 mankiety o dł. 47 cm. **Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza..**