



Szczecin, dnia 06.10.2022 r.

Znak sprawy Nr RPoZP 25/2022

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów medycznych oraz sprzętu medycznego jednorazowego użytku do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie

Pytania i odpowiedzi do SWZ nr 27

Zadanie 1, poz. 1-3

1. Czy zamawiający wydzieli poz.1-3 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odp. Zamawiający nie wydziela ww pozycji do osobnego pakietu.

Zdanie 1, poz. 8-11

2. Czy Zamawiający dopuści siatki opatrunkowe elastyczne wykonane 70 % - 80 % z przędzy poliamidowej teksturowanej (nazwa zamienna nylon, elastil, poliamid) oraz 20 % - 30 % poliuretanowej przędzy elastomerowej (nazwa zamienna lycra, spandex, elastan, dorlastan)?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza ww asortymentu.

3. Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie zawierające 25 mb siatki opatrunkowej w stanie rozciągniętym natomiast 10 mb w stanie spoczynku?

Odp. Zgodnie z SWZ.

4. Czy zamawiający wymaga siatek o rozmiarach odpowiadającym poszczególnym częściom ciała, rozmiary przedstawione poniżej – szerokość w milimetrach w stanie swobodnym?

Rozmiar 1 – max 15 mm - palec

Rozmiar 2 – 10-25 mm-dłoń, palec

Rozmiar 3 -15-35 mm-dłoń , stopa

Rozmiar 4 – 25-45 mm- Podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć

Rozmiar 6-głowa, ramię, podudzie, kolano – 40-65 mm j.w.

Rozmiar 8 – udo, głowa, biodra – 50-95 mm, j.w.

Rozmiar 10 – biodra, brzuch – 65-135 mm. J.w.

Rozmiar 14 – klatka piersiowa , brzuch – 80-140 mm, j.w.

Odp. Zamawiający dopuszcza ww rozwiązanie.

Zadanie 1, poz. 5-6

5. Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza ww asortymentu.

Zadanie 3, poz. 4-17, poz. Jałowe

6. Wnosimy do Zamawiającego o odstąpienie od zaferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie w parze wodnej i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych innymi metodami m.in. tlenkiem etylenu, , które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych. Dopuszczenie innych metod sterylizacji zapewni zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców zgodnie z zapisami ustawy PZP dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia.



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Odp. W zadaniu 3 w pozycjach od 12 do 17 zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu inną metodą m.in. tlenkiem etylenu. W pozostałych pozycjach Zamawiający oczekuje zaoferowania asortymentu sterylizowanego parą wodną.

Zadanie 3, poz. 25-26

7. Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie zawierające 1 szt. serwety?

Odp. Zamawiający dopuszcza ww rozwiązanie przy przeliczeniu ilości umieszczonych w SWZ.

8. Czy zamawiający dopuści serwetę gazową bez wstępnego prania i/lub technologicznego?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza ww rozwiązania.

9. Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4 ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza ww rozwiązania.

Zadanie 3, poz. 1-3;21-23

10. Czy zamawiający wydzieli poz. 1-3,21-23 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odp. Zamawiający nie wydziela ww pozycji do osobnego pakietu.

Zadanie 7, poz. 20

11. Czy zamawiający dopuści wymiar 6 cm x 8 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza ww asortyment.

12. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp. Zamawiający dopuszcza przeliczenie ilości z wyceną ilości umieszczonej w SWZ.

13. Czy zamawiający dopuści opatrunek do mocowania kaniul bez dodatkowej luźnej podkładki?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza ww asortymentu.

Zadanie 19, poz. 3-4

14. Czy zamawiający wydzieli poz. 3-4 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odp. Zamawiający nie wydziela ww pozycji do osobnego pakietu.

15. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp. Zamawiający dopuszcza przeliczenie ilości z wyceną ilości umieszczonej w SWZ.

Zadanie 19, poz. 4

16. Czy zamawiający dopuści koreczki z trzpieniem powyżej krawędzi, którego konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze standardowym portem, w kolorze białym, pakowane indywidualnie, zbiorczo po 100 szt. w opakowaniu w formie kartonika, opakowanie jednostkowe typu Tyvec?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza ww asortymentu.

Zadanie 28, poz. 1

17. Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 79,8 mt, perforacja co 38 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza ww asortymentu.

18. Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65,36 mt, perforacja co 38 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza ww asortymentu.

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin,
Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy
numer KRS 0000002667

NIP 851 25 43 558, REGON 810200960

tel. 91 810 58 00, fax. 91 810 58 02

www.109szpital.pl, e-mail sekretariat@109szpital.pl



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

19. Czy jeżeli zamawiający dopuści inną długość, to czy z przeliczeniem za rolkę z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odp. Zamawiający dopuszcza przeliczenie ilości z wyceną ilości umieszczonej w SWZ.

Zadanie 28, poz. 2

20. Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 79,8 mt, perforacja co 38 cm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza ww asortymentu.

21. Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65,36 mt, perforacja co 38 cm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza ww asortymentu.

22. Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 45,9 mt, perforacja co 34 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza ww asortyment.

23. Czy jeżeli zamawiający dopuści inną długość, to czy z przeliczeniem za rolkę z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odp. Zamawiający dopuszcza przeliczenie ilości z wyceną ilości umieszczonej w SWZ.

Zadanie 28, poz. 4

24. Czy zamawiający dopuści przedniak wykonany z folii polietylenowej o grubości 16 mikronów?

Odp. Zamawiający dopuszcza ww asortyment.

Zadanie 28, poz. 3

25. Czy zamawiający dopuści osłonę co najmniej 25 mikronów?

Odp. Zamawiający dopuszcza ww asortyment.

Zadanie 35, poz. 1-2

26. Czy zamawiający wymaga zaofiarowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odp. Zamawiający dopuszcza ww asortyment.

27. Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepek na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolekcja igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Odp. Zamawiający dopuszcza ww asortyment.

Zadanie 35, poz. 3

28. Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z zaczepek na zacisku rolkowym, bez miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolekcja igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Odp. Zamawiający dopuszcza ww asortyment.

29. Czy zamawiający wymaga zaofiarowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odp. Zamawiający dopuszcza ww asortyment.

Zadanie 35, poz. 1-3

30. Czy zamawiający wydzieli poz. 1-3 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odp. Zamawiający nie wydzieli ww pozycji do osobnego pakietu.

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin,
Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy
numer KRS 0000002667

NIP 851 25 43 558, REGON 810200960

tel. 91 810 58 00, fax. 91 810 58 02

www.109szpital.pl, e-mail sekretariat@109szpital.pl



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



LL-C
Certification
Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

31. Zadanie 44, poz. 4-6, 10-11, 15, 20-21, 27

Czy zamawiający wydzieli poz. 4-6, 10-11, 15, 20-21, 27 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odp. Zamawiający nie wydziela ww pozycji do osobnego pakietu.

32. Zadanie 44, poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 75 szt. lub 80 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp. Zamawiający dopuszcza przeliczenie ilości z wyceną ilości umieszczonej w SWZ.

33. Zadanie 44, poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp. Zamawiający dopuszcza przeliczenie ilości z wyceną ilości umieszczonej w SWZ.

34. Zadanie 44, poz. 10, 21, 22,

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp. Zamawiający dopuszcza przeliczenie ilości z wyceną ilości umieszczonej w SWZ.

35. Zadanie 44, poz. 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 144 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp. Zamawiający dopuszcza przeliczenie ilości z wyceną ilości umieszczonej w SWZ.

36. Zadanie 47

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp. Zamawiający dopuszcza przeliczenie ilości z wyceną ilości umieszczonej w SWZ.

KOMENDANT


płk mgr Krzysztof Jurkowski

I.B 91/ 810 59 82

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin,
Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy
numer KRS 0000002667

NIP 851 25 43 558, REGON 810200960
tel. 91 810 58 00, fax. 91 810 58 02
www.109szpital.pl, e-mail sekretariat@109szpital.pl