

Gdańsk, dnia 16 czerwca 2020 r.

D10.251.37.M.2020

**WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP, zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na:

**DOSTAWĘ TORÓW WIZYJNYCH
ORAZ
URZĄDZENIA DO BEZKONTAKTOWEJ CHIRURGII TKANEK MIĘKKICH**

W związku z pytaniami ze strony Wykonawców Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w następujący sposób:

ZESTAW 1

Dot. Urządzenie do bezkontaktowej chirurgii tkanek miękkich
Pytania do wymagań ogólnych:

Pytanie do pkt. 6

Czy zamawiający dopuszcza rozwiązanie gdzie ilość uderzeń na sekundę (częstotliwość) regulowana jest za pomocą czasu trwania impulsu oraz czasu przerwy między impulsami. W tym aspekcie zakres pracy lasera Bixel wynosi od 2 do 250Hz.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie do pkt. 8

Czy zamawiający dopuści laser na podstawie jezdnej o wadze 51 kg.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie do pkt. 13

Czy zamawiający dopuszcza „system prowadzenia wiązki: 7-mio przegubowe ramie optyczne, o zasięgu roboczym 110cm z rotacją 360st.”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie do pkt. 15

Czy zamawiający dopuszcza Laser wyposażony w system chłodzenia wodny oraz wszelkie zabezpieczenia umożliwiające bezpieczne wykonanie zabiegu. Ponadto istotą zabiegu wykonanego laserem CO2 jest oparzenie skóry (dostarczenie odpowiedniej ilości energii by zapoczątkować proces przebudowy skóry).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

ZESTAW 2

dot. Pakiet nr 1 Zadanie nr 1 - zał. Nr 1b do SIWZ

Czy Zamawiający w zadaniu 1 poz. 3 „dopuszcza opcjonalnie wyjście 3G-SDI?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, o ile w dalszym ciągu jest spełniony warunek pełnej integracji sprzętu z systemem zintegrowanym na Bloku Operacyjnym bez obniżenia wymaganych parametrów jakościowych, w tym prędkości przesyłu danych i jakości obrazu.

Pytanie nr 3

dot. Pakiet nr 1 Zadanie nr 1 i 2 - zał. Nr 1b do SIWZ

Czy Zamawiający oczekuje, aby oferowany w poz. 44 zadania 1 i poz. 46 zadania 2 insuflator, posiadał możliwość podłączenia do posiadanej przez Zamawiającego diatermii tego samego producenta, co daje możliwość uruchomienia funkcji automatycznego oddymiania pola operacyjnego bez konieczności użytkowania innych urządzeń zewnętrznych oraz bez angażowania pracy personelu medycznego?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga urządzenia zgodnego z OPZ.

Pytanie nr 4

dot. Pakiet nr 1 Zadanie nr 1 i 2 - zał. Nr 1b do SIWZ

Czy Zamawiający w poz. 56 zadania 1 i poz. 58 zadania 2 ma na myśli wielorazowe dreny do oddymiania pola operacyjnego, które dają możliwość bez kosztowego stworzenia zamkniętego systemu oddymiania pola operacyjnego z możliwością ewakuacji gazów z pola operacyjnego poza salę operacyjną. Możliwość taką daje wykorzystanie łącznika „Y” będącego składową kpl. drenów do oddymiania. Jest to istotna ze względów bezpieczeństwa funkcja, która nie wymaga dodatkowych nakładów kosztowych?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania pakietów startowych opisanych odpowiednio w punkcie 56 i 58. Zamawiający dopuszcza jednak rozwiązanie opisane w pytaniu 4.

Pytanie nr 5

dot. Pakiet nr 1 Zadanie nr 1 i 2 - zał. Nr 1b do SIWZ

Czy Zamawiający oczekuje, aby oferowana pompa do zabiegów laparoskopowych w pozycji 57 Zadania 1 i pozycji 59 Zadania 2 posiadała funkcję jednoczesnego i jednoczesnego toru ssania i płukania? Oznacza to, że oferowana pompa powinna być wyposażona w moduł wytwarzający próżnię, a co za tym idzie pozawalała na wykorzystywanie funkcji ssania i płukania bez konieczności używania próżni z kolumny medycznej lub ssaka podłogowego?

Odpowiedź: Zgodnie z OPZ Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 6

dot. Pakiet nr 1 Zadanie nr 2 - zał. Nr 1b do SIWZ

Czy Zamawiający w pozycji 6 zadania 2 dopuszcza menu sterownika kamery sterowane przez ekran dotykowy lub zewnętrzną klawiaturę podłączoną do sterownika oraz zaprogramowane funkcje wywoływane z głowicy kamery?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7

dot. Pakiet nr 1 Zadanie nr 1 i 2 - zał. Nr 1b do SIWZ

Prosimy o doprecyzowanie w pozycji 18 zadania 1 i pozycji 16 zadania 2 w jakiej formie Zamawiający oczekuje potwierdzenia wymaganego parametru: Czy wystarczą skrócone wersje badań zawierające nazwę badania, data i miejsce publikacji oraz krótkie streszczenie badania?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga potwierdzenia spełnienia parametrów opisanych w punktach 18 (zad. 1) i 16 (zad. 2) poprzez uzupełnienie zał. nr 1 B w tych pozycjach. Wykonawca potwierdza spełnienie parametru wpisując „TAK” lub oświadcza brak spełnienia parametru wpisując „NIE”, a



także opisuje oferowany parametr.

Pytanie nr 8

dot. Pakiet nr 1 Zadanie nr 2 – zał. Nr 1b do SIWZ

Czy Zamawiający w pozycji 17 zadania 2 – głowica kamery: wymaga aby zaoferowana głowica kamery dawała możliwość regulacji ostrości i jakości obrazu min. na dwa sposoby, np.; ręczny i automatyczny. W przypadku systemu wizyjnego o rozdzielczości 4k UHD, jest to bardzo istotna funkcja, gdyż ludzkie oko nie jest w stanie wybrać optymalnie najlepszej jakości obrazu ze względu na zbyt dużą rozdzielczość. Funkcja 'one touch autofocus' pozwala na automatyczną regulację bieżącego obrazu i przeprowadzanie procedury laparoskopowej w najwyższej możliwej do wykorzystania rozdzielczości. Technologia obrazowania 4k, jest technologią, która wykorzystuje tzw „chirurgię wielkoobrazową” stąd bardzo istotna jest możliwość uzyskania maksymalnie najlepszej rozdzielczości, szybko i bezproblemowo?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 9

dot. Pakiet nr 1 Zadanie nr 2 – zał. Nr 1b do SIWZ

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie wymaganego okresu dostępności, bezpłatnej możliwości zamawiania przez Zamawiającego żarówek xenon w pozycji 38 zadania 2. Czy Zamawiający wymaga zabezpieczenia pracy zaoferowanego źródła światła przez okres 60 miesięcy, bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego kosztów eksploatacyjnych związanych z utratą żywotności żarówki xenon?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z OPZ.

Pytanie nr 10

dot. Pakiet nr 1 Zadanie nr 2 – zał. Nr 1b do SIWZ

Czy Zamawiający w pozycji 67 zadania 2 wymaga aby zaoferowane optyki zbudowane były z soczewek ze szkła ED, które zapewniają ultra niską rozpraszalność światła poprzez system optyczny dedykowany do rozdzielczości 4K? Optyki 4K z soczewkami o ultra niskiej dyspersji zapewniają mniejszą aberrację chromatyczną co znacząco wpływa na ostrość i jakość obrazu. Optyki 4K zapewniają wysoki kontrast przy wysokich częstotliwościach przestrzennych, szersze pole widzenia o 20% w porównaniu z konwencjonalnymi endoskopami HD, jasność dzięki której łatwiej zidentyfikować miejsce krwawienia, konieczność równomiernego doświetlenia całej powierzchni matrycy światłoczułej dzięki czemu można uzyskać ostry obraz i odwzorowanie kolorów na maksymalnej powierzchni ekranu przy pracy w oddaleniu lub przybliżeniu (zoom). Optyki 4K są bardzo znaczącym elementem jak procesor czy przetworniki obrazu które w pełni zapewniają rozdzielczość Full 4K.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 11

dot. Pakiet nr 1 Zadanie nr 2 – zał. Nr 1b do SIWZ

Czy Zamawiający w pozycji 68 zadania 2 wymaga, aby zaoferowane optyki zbudowane były z soczewek ze szkła ED które zapewniają ultra niską rozpraszalność światła poprzez system optyczny dedykowany do rozdzielczości 4K? Optyki 4K z soczewkami o ultra niskiej dyspersji zapewniają mniejszą aberrację chromatyczną co znacząco wpływa na ostrość i jakość obrazu. Optyki 4K zapewniają wysoki kontrast przy wysokich częstotliwościach przestrzennych, szersze pole widzenia o 20% w porównaniu z konwencjonalnymi endoskopami HD, jasność dzięki której łatwiej zidentyfikować miejsce krwawienia, konieczność równomiernego doświetlenia całej powierzchni matrycy światłoczułej dzięki czemu można uzyskać ostry obraz i odwzorowanie kolorów na maksymalnej powierzchni ekranu przy pracy w oddaleniu lub przybliżeniu (zoom). Optyki 4K są bardzo znaczącym elementem jak procesor czy przetworniki obrazu które w pełni zapewniają rozdzielczość Full 4K.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.



Pytanie nr 12

dot. Pakiet nr 1 Zadanie nr 1 i 2 – zał. Nr 1b do SIWZ

Czy Zamawiający w zadaniach 1 i 2 wymaga, aby oferowane do pomp i insuflatorów dreny wielorazowe, były drenami dedykowanymi do pracy z oferowanym urządzeniem, co potwierdzi katalog lub instrukcja obsługi?

Odpowiedź: Zgodnie z OPZ.

Pytanie nr 13

dot. Pakiet nr 1 Zadanie nr 1 i 2 – zał. Nr 1b do SIWZ

Czy Zamawiający wymaga aby oferowane w zadaniach 1 i 2 insuflatory posiadały możliwość opcjonalnego podłączenia przycisku nożnego, co daje operatorowi możliwość oddymiania pola operacyjnego „na żądanie” bez angażowania osób trzecich. W przypadku pozytywnej odpowiedzi Czy Zamawiający wymaga zaoferowania takiego przycisku nożnego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 14

dot. Pakiet nr 1 Zadanie nr 1 i 2

Czy Zamawiający na potwierdzenie spełniania wymaganych parametrów będzie wymagał przedstawienia materiałów informacyjnych w postaci ulotek, folderów, instrukcji obsługi etc.?

Odpowiedź: Zgodnie SIWZ. Zamawiający zwraca uwagę, że zgodnie z § 4 ust. 2 projektu umowy: „Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia, wraz ze Sprzętem Medycznym, kompletnej dokumentacji sporządzonej w języku polskim, obejmującej min. paszport techniczny, świadectwo stanu technicznego z informacją o przeglądach technicznych, instrukcję obsługi w wersji papierowej i elektronicznej, wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania serwisu i przeglądów zalecanych przez producenta oraz dostawców części zamiennych, części zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych określonych przez wytwórcę, jak również dokumenty upoważniające do obrotu i używania na terenie Polski.”

Pytanie nr 15

dot. zapisów SIWZ paragraf III pkt. 4-6, zapisów umowy (załącznik 1C) oraz opisu przedmiotu zamówienia pakiet 1 zadanie 1 i 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sprzętu / asortymentu (np. podstawa/stojak do monitora, baterie, uchwyt), który nie jest wyrobem medycznym (stawka VAT 23%) w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych i nie będzie wymagał dokumentów wymienionych w SIWZ – SIWZ paragraf III pkt. 5, 6?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 16

Dot. wzoru umowy - załącznik nr 1c do SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wymiany towaru na wolny od wad w §6 ust. 4 do 12 dni roboczych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 17

Dot. wzoru umowy - załącznik nr 1c do SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę §6 ust. 8 na następujący:

„Wykonawca w okresie gwarancji, w przypadku trzykrotnej uznanej jako gwarancyjna uzasadnionej reklamacji tej samej części urządzenia wymieni tę część na nową w terminie 12 dni roboczych od daty zgłoszenia trzeciej reklamacji, a w przypadku uznanej jako gwarancyjna 5 uzasadnionych reklamacji tej samej części urządzenia wymieni urządzenie na nowe w terminie 12 dni roboczych od daty zgłoszenia piątej reklamacji. Reklamacje będą zgłaszane pisemnie na adres wskazany w umowie lub faksem na numer wskazany w ust. 7 lub e - mailem na adres wskazany w ust.7



Reklamacje mogą być następstwem zarówno wady tkwiącej w urządzeniu jak i nieprawidłowego użytkowania bądź celowego uszkodzenia. Obowiązek wymiany części/urządzenia bądź podzespołu wynikających z nieprawidłowego użytkowania bądź celowego uszkodzenia byłby naruszeniem zasady równości stron
Odpowiedź: SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 18 dotyczące opisu przedmiotu zamówienia pakiet 1, zadanie 2

Zał. nr 1_B_do_SIWZ_-_OPZ - Kolumna sufitowa na monitor medyczny - pkt 32

Czy Zamawiający dopuści dwuramienną kolumnę o całkowitym zasięgu ramion 175 cm (pierwsze ramię 75 cm, drugie 100 cm) z zakresem pionowej regulacji 60 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 19 dotyczące opisu przedmiotu zamówienia pakiet 1, zadanie 2

Zał. nr 1_B_do_SIWZ_-_OPZ - Kolumna sufitowa na monitor medyczny - pkt 33

Czy do miejsca mocowania kolumny będzie doprowadzony obwód elektryczny do zasilania monitora przez Generalnego Wykonawcę robót budowlanych? Do istniejącego obwodu Wykonawca poprowadzi kable i dokona stosownych podłączeń.

Odpowiedź: Nie, w miejsce mocowania kolumn nie będą doprowadzone przez Zamawiającego żadne obwody elektryczne.

W zakresie przedmiotu zamówienia jest wykonanie wszelkich prac budowlanych oraz instalacyjnych jak również montażowych w celu montażu, podłączenia oraz uruchomienia przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający wymaga przygotowania dokumentacji projektowej i uzyskania wszelkich koniecznych do wykonania zgód i akceptacji. Zamawiający w celu nieograniczania konkurencyjności dopuszcza wykonanie wskazanego zakresu przez inny podmiot niż Generalny Wykonawca jednak pod warunkiem uzyskania akceptacji prac przez generalnego Wykonawcę lub pod warunkiem przejęcia gwarancji na elementy, w które konieczna była ingerencja.

Pytanie nr 20 dotyczące opisu przedmiotu zamówienia pakiet 1, zadanie 2

Zał. nr 1_B_do_SIWZ_-_OPZ - Kolumna sufitowa na monitor medyczny - pkt 32

Czy dla lepszej sterowności ruchem monitora 55 cali Zamawiający będzie wymagał, aby kolumna posiadała ramię uchylne do pionowej regulacji działające na zasadzie sprężyny gazowej umożliwiającej użytkownikowi obniżenie i podniesienie głowicy wraz z monitorem w czasie poniżej 5 sekund?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 21 dotyczące opisu przedmiotu zamówienia pakiet 1, zadanie 2

Zał. nr 1_B_do_SIWZ_-_OPZ - Kolumna sufitowa na monitor medyczny - pkt 30

Czy do miejsca mocowania kolumny będzie doprowadzona instalacja sprężonego powietrza (AIR 5) przez Generalnego Wykonawcę robót budowlanych zasilająca hamulce pneumatyczne w kolumnie oraz sprężynę gazową?

Odpowiedź: Nie, w miejsce mocowania kolumn nie będzie doprowadzona przez Zamawiającego żadna instalacja sprężonego powietrza.

W zakresie przedmiotu zamówienia jest wykonanie wszelkich prac budowlanych oraz instalacyjnych jak również montażowych w celu montażu, podłączenia oraz uruchomienia przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający wymaga przygotowania dokumentacji projektowej i uzyskania wszelkich koniecznych do wykonania zgód i akceptacji. Zamawiający w celu nieograniczania konkurencyjności dopuszcza wykonanie wskazanego zakresu przez inny podmiot niż Generalny Wykonawca jednak pod warunkiem uzyskania akceptacji prac przez generalnego Wykonawcę lub pod warunkiem przejęcia gwarancji na elementy, w które konieczna była ingerencja.

Pytanie nr 22 dotyczące opisu przedmiotu zamówienia pakiet 1, zadanie 2

Zał. nr 1_B_do_SIWZ_-_OPZ - Kolumna sufitowa na monitor medyczny - pkt 30

Czy dla lepszej sterowności ruchem monitora 55 cali Zamawiający będzie wymagał, aby kolumna była wyposażona w wygodny dwuręczny uchwyt z przyciskami do zwalniania hamulców oraz regulacji wysokości zamontowany z tyłu głowicy kolumny?

Odpowiedź: Zgodnie z OPZ. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 23 dotyczące opisu przedmiotu zamówienia pakiet 1, zadanie 2

Zał. nr 1_B_do_SIWZ_-_OPZ - Kolumna sufitowa na monitor medyczny - pkt 30

Czy strop w miejscu mocowania kolumny przeniesienie następujące obciążenia:

- ciężar: 2 750 N

- moment: 2 310 Nm

Jeśli nie prosimy o wyjaśnienie czy ewentualne wzmocnienie stropu będzie wykonane przez Generalnego Wykonawcę robót budowlanych?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający informuje, iż przy wskazanych parametrach konieczne jest wzmocnienia stropu, co pozostaje w zakresie przedmiotu zamówienia po stronie Wykonawcy.

ZESTAW 3

Dot. Pakiet nr 1 Zadanie 1 punkty 18, 25 i 34 - Czy Zamawiający w ramach spełnienia wymogów w punktach 18, 25 i 34 dopuści nieinwazyjną technologię obrazowania SPECTRA wzmacniającą wczesne różnicowanie unaczynienia onkologicznie podejrzanych struktur tkankowych poprzez cyfrowe odfiltrowanie koloru czerwonego z obrazu wyświetlanego na ekranie monitora, bez konieczności poddawania pacjenta dodatkowym procedurom jak np. podawanie czynnika wykrywającego, farmakologicznego, czy kontrastującego? Oferowana technologia obrazowania SPECTRA realizowana jest w sposób w pełni cyfrowy przez sterownik i głowicę kamery, niezależnie od wykorzystywanego źródła światła i nie wymaga wykorzystania dodatkowych funkcji w źródle światła np. specjalnych filtrów.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Dot. Pakiet nr 1 Zadanie 1 punkty 35-36 - Czy z racji oczywistych powodów ekonomicznych i technologicznych Zamawiający będzie dodatkowo punktował gwarantowany czas pracy lampy na poziomie min. 30 000h?

Odpowiedź: OPZ bez zmian.

Dot. Pakiet nr 1 Zadanie 1 punkt 67 - Czy Zamawiający w ramach punktu 67 dopuści do zaferowania proktoskop wielorazowy typu Morgan o długości 70 mm i średnicy 27 mm ? Oferowany proktoskop wyposażony jest w wymienny oświetlacz światłowodowy mocowany do proktoskopu (zamiast pierścieniowego oświetlenia), kompatybilny z oferowanym zestawem oraz niezbędne adaptory do połączenia ze światłowodami i źródłami światła innych firm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Dot. Pakiet nr 1 Zadanie 2 punkty 16, 21 i 37 - Czy Zamawiający w ramach spełnienia wymogów w punktach 16, 21 i 37 dopuści nieinwazyjną technologię obrazowania SPECTRA wzmacniającą wczesne różnicowanie unaczynienia onkologicznie podejrzanych struktur tkankowych poprzez cyfrowe odfiltrowanie koloru czerwonego z obrazu wyświetlanego na ekranie monitora, bez konieczności poddawania pacjenta dodatkowym procedurom jak np. podawanie czynnika wykrywającego, farmakologicznego, czy kontrastującego ? Oferowana technologia obrazowania SPECTRA realizowana jest w sposób w pełni cyfrowy przez sterownik i głowicę kamery, niezależnie od wykorzystywanego źródła światła i nie wymaga wykorzystania dodatkowych funkcji w źródle światła np. specjalnych filtrów.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.



Dotyczy Pakiet nr 1 Zadanie nr 2 pkt. 30 - 35 - Czy w związku z koniecznością instalacji i montażu zawieszenia sufitowego na monitor i związanymi z tym warunkami gwarancyjnymi, Zamawiający wymaga dołączenia do oferty oświadczenia Generalnego Wykonawcy Bloku Operacyjnego o przedstawieniu i zaakceptowaniu przez GW projektu wykonawczego dotyczącego ww. instalacji?

Czy w związku z koniecznością montażu sufitowego zawieszenia na monitor oferent ma obowiązek usunięcia kolizji w przestrzeni pomiędzy stropem a sufitem w zakresie wentylacji, gazów medycznych, okablowania teletechnicznego, elektrycznego oraz kolumnami anestezjologicznymi i chirurgicznymi? Czy w związku z powyższym, oferent jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia potwierdzającego ww. obowiązek, zaakceptowanego przez Generalnego Wykonawcę Bloku Operacyjnego?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty oświadczeń Generalnego Wykonawcy. Tak oferent ma obowiązek usunięcia wszelkich kolizji w przestrzeni pomiędzy sufitem a stropem. Oferent nie ma obowiązku składania oświadczenia potwierdzającego ww. obowiązek.

Zamawiający zwraca uwagę, iż w zakresie przedmiotu zamówienia jest wykonanie wszelkich prac budowlanych oraz instalacyjnych jak również montażowych w celu montażu, podłączenia oraz uruchomienia przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający wymaga przygotowania dokumentacji projektowej i uzyskania wszelkich koniecznych do wykonania zgód i akceptacji. Zamawiający w celu nieograniczania konkurencyjności dopuszcza wykonanie wskazanego zakresu przez inny podmiot niż Generalny Wykonawca jednak pod warunkiem uzyskania akceptacji prac przez generalnego Wykonawcę lub pod warunkiem przejścia gwarancji na elementy, w które konieczna była ingerencja.

Dot. Pakiet nr 1 Zadanie 2 punkty 36 do 39 - Czy Zamawiający wymaga, aby oferowane źródło światła było kompatybilne z technologią obrazowania w bliskiej podczerwieni (ICG) lub będzie wymagał zaoferowania dodatkowego źródła światła z ICG by realizować tę funkcję?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Dot. Pakiet nr 1 Zadanie 2 punkt 38 - Czy z racji oczywistych powodów ekonomicznych i technologicznych Zamawiający będzie dodatkowo punktował gwarantowany czas pracy lampy na poziomie min. 30 000h?

Odpowiedź: OPZ bez zmian.

Dot. Pakiet nr 1 Zadanie 2 punkt 38 - Czy Zamawiający wymaga wyszczególnienia w ofercie wartości oferowanych żarówek typu XENON zabezpieczających okres 60 miesięcy, oraz podania opisu, numeru katalogowego i materiału technicznego oferowanych żarówek?

Odpowiedź: Zgodnie z OPZ.

Dot. Pakiet nr 1 Zadanie 2 punkty 67, 68 - Czy Zamawiający w ramach spełnienia zapisu "Optyka 4K laparoskopowa" w punktach 67, 68 dopuszcza optyki laparoskopowe HOPKINS dedykowane do pracy z torem wizyjnym 4K ? Zauważyć należy, że określenie 4K zazwyczaj wskazuje na rozdzielczość wyrażaną w postaci konkretnej ilości pikseli matryc obrazowych wykorzystywanych przez urządzenia wizyjne takie jak monitory, czy kamery. W przypadku optyk, które w swojej budowie nie posiadają matryc obrazowych, trudno doszukiwać się parametru rozdzielczości wyrażonego ilością pikseli.

Odpowiedź: Zgodnie z OPZ - pakiet nr 1 zadanie 2, wymagania ogólne punkt 1.

Dot. Pakiet nr 1 Zadanie 2 - Czy z racji posiadania przez Zamawiającego systemu zintegrowanego sal operacyjnych opartego na najnowszej technologii transmisji sygnału 4K w najnowszym technologicznie standardzie 12G, Zamawiający wymaga gniazda 12G SDI w procesorze obrazu, co wyeliminuje konieczność zastosowania dodatkowych adapterów i konwerterów sygnału

powodujących szkodliwe opóźnienia w transmisji obrazu podczas operacji lub będzie dodatkowo punktualne takie rozwiązanie?

Odpowiedź: OPZ bez zmian.

Dot. Pakiet nr 1- Czy ofertowany zestaw ma być wyposażony w wielorazowy uchwyt shavera ginekologicznego (1 szt.) kompatybilny z posiadaną przez Zamawiającego konsolą typu Unidrive?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Dot. Pakiet nr 1- Czy Zamawiający dopuści stawkę vat 23% na nieliczne, niektóre elementy oferowanych zestawu (np. elementy mocujące, baterie/akumulatory itp.)?

Nie są one wyrobami medycznymi w rozumieniu ustawy dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych (Dz. U. 10.107.679), nie podlegają wymogom dyrektywy dla urządzeń medycznych CE 93/42/EWG i posiadają stawkę podatku VAT 23%.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.


Dot. Pakiet nr 1 - Czy ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia oraz fakt, iż dany towar znajduje się na magazynie zewnętrznym poza granicami kraju oraz trudności produkcyjno-logistyczne wynikające z pandemii COVID-19, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 42 dni roboczych?

Odpowiedź: Zamawiający zmienia SIWZ oraz projekt umowy w zakresie terminu wykonania zamówienia.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 pzp modyfikuje treść SIWZ w w/w zakresie. Wszelkie wyjaśnienia, dopuszczenia i zmiany SIWZ stanowią integralną część SIWZ, należy je uwzględnić i zaznaczyć przy sporządzaniu oferty. Jednocześnie Zamawiający załącza aktualną treść SIWZ oraz zmodyfikowane załączniki do SIWZ.

W związku z powyższym Zamawiający wyznacza nowy termin składania ofert tj. 03.07.2020 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert w tym samym dniu o godz. 11:00.

Zatwierdził:


WICEPREZES
ds. ekonomicznych
Piotr Wróblewski

Załączniki:

- SIWZ po zmianach
- zał. 1 B do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia) po zmianach
- zał. 1 C do SIWZ (projekt umowy) po zmianach
- zmodyfikowane ogłoszenie o zamówieniu

Sporządził Sekretarz komisji
Marta Muszyńska-Orciuch