

Pabianice, dnia 7 listopada 2024 roku

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

WYJAŚNIENIE DO ODPOWIEDZI Z DNIA 06.11.2024 R.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) na realizację zadania pn.: „Dzierżawa analizatora hematologicznego wraz z sukcesywną dostawą odczynników na potrzeby PCM Sp. z o.o.”, znak: 44/ZP/TP1/D/24

Zamawiający, na wniosek jednego z Wykonawców wyjaśnia, iż odpowiedziami z dnia 06.11.2024 r. wyraźnie wskazał (w odpowiedzi na Pytanie nr 1 z dnia 06.11.2024 r.), że ostateczny zapis załącznika nr 2 do SWZ – Zestawienie parametrów granicznych analizatora hematologicznego – aparat bazowy, pkt 29 wygląda następująco:

„Zamawiający wymaga, aby oferowany analizator posiadał dodatkowo wbudowaną w oprogramowanie własne analizatora instrukcję w języku polskim posiadającą funkcję inteligentnego i automatycznego przekierowania do opisu działań naprawczych, dotyczących aktualnie pojawiającego się błędu (komunikatu), bez konieczności manualnego wyszukiwania kodu lub opisu błędu w pliku PDF lub WORD na zewnętrznym komputerze (oprogramowaniu).”

W związku z powyższym w celu złożenia oferty do niniejszego postępowania należy wykorzystać zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania ZMODYFIKOWANY Załącznik nr 2 do SWZ - Zestawienie parametrów granicznych, ilości, formularz asortymentowo cenowy.ods. (data publikacji: 05.11.2024 r.) Załącznik ten posiada treść aktualnie obowiązującą.

**Z upoważnienia
Z – ca Kierownika Działu Zamówień
Publicznych**