

Wszyscy Wykonawcy

Na podstawie Art. 284 ust. 2 Prawa Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r w nawiązaniu do SWZ dotyczącej postępowania w trybie podstawowym na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie. nr sprawy: EK-ZZ/ZP.261.39.D.2022, odpowiadamy na pytania Wykonawców:

Pytanie 1: zadanie 8: Prosimy o dopuszczenie elektrody o powierzchni 107cm² bez pierścienia ekwipotencjalnego .

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 2: zadanie 8 . Prosimy o odstąpienie od wymogu etykiety samoprzylepnej.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Z poważaniem