

PAKIET 3

LP.	WYMAGANE PARAMETRY
I.	Rotator
1.	Typ ruchu: 1) obrotowy 2) drgający
2.	Ułożenie próbek w płaszczyźnie pionowej
3.	Prędkość nastawna w zakresie co najmniej 1-99 obr./min
4.	Cyfrowa kontrola prędkości i czasu
5.	Mieszanie i wytrząsanie jednocześnie co najmniej: 20 probówek o pojemności 1,5/2 ml, 8 probówek o pojemności 5/15 ml i 2 probówek o pojemności 50 ml
6.	Programy pracy o różnych ustawieniach nachylenia próbek, prędkości, czasu i amplitudy – co najmniej 10
7.	Warunki otoczenia: 1) temperatura w zakresie co najmniej od 4 – 50°C 2) wilgotność do co najmniej 80%
8.	Zasilanie 230 V / 50 Hz
9.	Okres gwarancji min. 12 mies. od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo-odbiorczego