



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00

Inowrocław, 23.11.2021r.

EZP 518/2021

**Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu**

dot. przetargu nr M-48/2021 na dzierżawę dwóch analizatorów hematologicznych oraz zakup odczynników i materiałów eksploatacyjnych do wykonywania morfologii krwi „5 diff „ (automatyczny rozdział leukocytów na 5 grup) na potrzeby Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr Ludwika Błażka w Inowrocławiu

Zamawiający działając na podst. art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przedstawia poniżej wyjaśnienia do zadanych pytań:

Pytanie 1

Dotyczy SWZ, Rozdział II. Wymagania stawiane Wykonawcy, pkt 1 Przedmiot zamówienia, ppkt 9 lit. b):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin ważności odczynników do badań hematologicznych wynosił co najmniej 6 miesięcy, z wyłączeniem krwi kontrolnej, dla której termin ważności jest zgodny z harmonogramem dostaw materiału kontrolnego dostępnym na stronie internetowej Wykonawcy? Jeżeli tak prosimy o uzupełnienie ww. zapisu o treść:

„z wyłączeniem krwi kontrolnej, dla której termin ważności wynosi do 2 miesięcy, w przypadku, gdy ta będzie rozdysponowana wg harmonogramu dostaw materiału kontrolnego, dostępnym na stronie www.....pl”.

Uprzejmie prosimy również o tożsamą modyfikację w pkt 3. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych, ppkt 1 oraz w formularzu ofertowy – Załącznik nr 1 do SWZ, pkt 5).

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe, jednocześnie Zamawiający uzupełnia zapis w SWZ, Rozdział II pkt.9 lit.b)

„z wyłączeniem krwi kontrolnej, dla której termin ważności wynosi do 2 miesięcy, w przypadku, gdy ta będzie rozdysponowana wg harmonogramu dostaw materiału kontrolnego, dostępnym na stronie www.....pl”.

Zamawiający modyfikuje zapis w SWZ, Rozdział II pkt 3 ppkt 1

1) oświadczenie o terminie ważności przedmiotu dzierżawy (minimum 20 miesięcy-analizator, minimum 2 miesiące – oznaczenia)

oraz w formularzu ofertowym – Załącznik nr 1 do SWZ, pkt 5)



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00

Pytanie 2

Dotyczy SWZ, Rozdział II. Wymagania stawiane Wykonawcy, pkt 3 Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych, ppkt 4:

Uprzejmie prosimy o usunięcie niniejszego zapisu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla produktów określonych w przedmiocie zamówienia tj. wyrobów do diagnostyki in vitro, innymi niż wyroby medyczne do diagnostyki in vitro z wykazu A i z wykazu B, czyli tzw. wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro „niesklasyfikowanych” nie jest wymagane posiadanie zaświadczenia / certyfikatu wystawionego przez jednostkę notyfikowaną.

W celu oznakowania wyrobu znakiem CE wytwórca przeprowadza ocenę zgodności z zastosowaniem procedury deklaracji zgodności WE oraz sporządza deklarację zgodności przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu. W rezultacie sporządzona przez wytwórcę Deklaracja Zgodności potwierdza oznakowanie wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro znakiem CE oraz dopuszczenie do obrotu i używania. Ponadto wytwórca lub jego autoryzowany przedstawiciel poprzez Deklarację Zgodności zapewnia i oświadcza, że wyrób medyczny do diagnostyki in vitro, dla którego Deklaracja Zgodności została wystawiona spełnia odnoszące się do tego wyrobu wymagania.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga certyfikatu wystawionego przez jednostkę notyfikowaną.

Pytanie 3

Dotyczy Formularza oferty – Załącznik nr 1 do SWZ, pkt 3):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie wskazanego zapisu, w sytuacji gdy Wykonawca przenosi na siebie obowiązek ubezpieczenia wydzierżawianych urządzeń?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 4

Dotyczy Umowy:

Czy Zamawiający dopuści możliwość podpisania umowy w formie elektronicznej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 5

Dotyczy Wzór Umowy Sprzedaży Odczynników, Załącznik nr 6 do SWZ: §2 ust. 2:

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby do każdej dostawy nie była dołączana faktura VAT?



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00

Ze względu na stosowaną przez Wykonawcę politykę bezpieczeństwa i ochronę danych stanowiących informację handlowe, faktury wystawiane są przez pracownika Wykonawcy w biurze w dniu dostawy towaru do Zamawiającego, a sam przedmiot dostawy jest wysyłany do Zamawiającego z magazynu Wykonawcy, który znajduje się w innej lokalizacji niż biuro. Nie istnieje zatem fizycznie możliwość by faktura była dostarczona Zamawiającemu wraz z zamówionym i dostarczonym towarem. Wraz z towarem Wykonawca załącza dokument dostawy, potwierdzający ilość, rodzaj towaru będącego przedmiotem dostawy, natomiast faktura VAT wysyłana jest pocztą po wykonaniu zamówienia. Ponadto Wykonawca zgodnie z treścią art. 106i. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT nie później niż piętnastego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę, nie ma zatem obowiązku wystawiania faktury i dostarczania jej wraz z chwilą wydania towaru.

Ewentualnie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie wraz z towarem elektronicznej faktury VAT na wskazany adres poczty elektronicznej?

Jeżeli tak prosimy o zmianę ww. postanowienia poprzez dodanie zapisu „Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur elektronicznych na następujący adres poczty elektronicznej.....”.

Odowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur elektronicznych za pośrednictwem Platformy: <https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl>

Pytanie 6

Dotyczy Wzór Umowy Sprzedaży Odczynników, Załącznik nr 6 do SWZ: §2 ust. 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności wynosił 30 dni i był liczony od daty wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę?

Warto pamiętać, że nadmierne wydłużanie terminów płatności jest kosztowne, a koszty te muszą być przerzucane na klientów przedsiębiorcy, wśród których jest i Zamawiający. Jako że przyjętą praktyką jest regulowanie faktur w terminie 2 tygodni, odstępować od tej zasady winno się tylko z ważnych powodów.

Jeżeli tak, to prosimy o tożsamą modyfikację w Załączniku nr 7 do SWZ (Wzór umowy dzierżawy §5 ust. 4.

Odowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgodny na powyższe. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 7

Dotyczy Wzór Umowy Dzierżawy, Załącznik nr 7 do SWZ: §1 ust. 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie wskazanego zapisu, w sytuacji gdy Wykonawca przenosi na siebie obowiązek ubezpieczenia wydzierżawianych urządzeń? Jeżeli tak proponujemy zapis:

„Obowiązek ubezpieczenia wydzierżawianego urządzenia od wszystkich ryzyk leży po stronie Wydzierżawiającego (Wykonawcy).”

Odowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00

Pytanie 8

Dotyczy Wzór Umowy Sprzedaży Odczynników, Załącznik nr 6 do SWZ: §2 ust. 4:

Czy Zamawiający dopuści modyfikację zamiast „dwa egzemplarze” na: „jeden egzemplarz”?

Wykonawca motywuje swoją prośbę powodami technicznymi.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.



Pytanie 9

Dotyczy Wzór Umowy Sprzedaży Odczynników, Załącznik nr 6 do SWZ: §2 ust. 5 pkt 5.3:

Czy Zamawiający dopuści dostanie deklaracji zgodności *wraz z umową*?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.




Pytanie 10

Dotyczy Wzór Umowy Sprzedaży Odczynników, Załącznik nr 6 do SWZ: §7 ust. 6:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej z 500,00 PLN na 300,00 PLN?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zgodnie z SWZ



Pytanie 11


Dotyczy Wzór Umowy Sprzedaży Odczynników, Załącznik nr 6 do SWZ: §9 ust. 1

Prosimy o usunięcie zapisu.

§9 ust. 1 dubluje karę w §8 ust. 6 zgodnie z zasadą łac. „Ne bis in idem” - tł. Nie można karać dwa razy za to samo.

Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla zapis §7 ust. 6.



Pytanie 12

Dotyczy Formularza cenowego – Oznaczenia – Załącznik nr 2a do SWZ:

Uprzejmie prosimy o usunięcie kolumny „ilość ozn**”.

Zapewniamy, iż ilość zaoferowanych opakowań Wykonawca określi tak, by spełnione były wymagania Zamawiającego i zapewni odpowiednią ilość odczynników pozwalającą na wykonanie wymaganej przez Zamawiającego liczby badań.

Odpowiedź:

Zamawiający usuwa kolumnę „ilość ozn**”.

Pytanie 13

Dotyczy Formularza cenowego – Oznaczenia – Załącznik nr 2a do SWZ:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie kolumny „Nr katalogowy”?

W



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00

Podanie numeru katalogowego pozwoli usprawnić proces składania zamówień.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 14

Dotyczy Formularza cenowego – Oznaczenia – Załącznik nr 2a do SWZ:

Prosimy Zamawiającego o wyspecyfikowanie ilości badań CBC-DIFF+RET, jakie Zamawiający ma zamiar wykonać w okresie 20 miesięcy, w celu dokładnego oszacowania odczynników do wykonania w/w oznaczeń.

Odpowiedź:

Zamawiający ma zamiar wykonać w okresie trwania umowy 4000 badań.

Pytanie 15

Dotyczy Wzoru Umowy Dzierżawy – Załącznik nr 7 do SWZ: §2 ust. 2:

Uprzejmie prosimy o usunięcie zwrotu: „wraz z użyczeniem stacji uzdatniania wody”.

Odpowiedź:

Zamawiający usuwa zapis „wraz z użyczeniem stacji uzdatniania wody”.

Z poważaniem

KIEROWNIK DZIAŁU
Zamówień Publicznych
Ewa Tompowicz