

Łódź, 1 grudnia 2021 r.

**Wykonawcy postępowania**

Sygnatura: **ZP/95/2021**

Sprawa: ***Dostawa wirówek, termocyklera i mikroskopów dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi***

Działając w oparciu art. 135 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**Pytanie 1**

Pytanie do Pakietu II poz. 20: czy Zamawiający wyrazi zgodę na rotor wychylny o maksymalnej sile wirowania do 2250xg przy zachowaniu pozostałych parametrów wirnika?

**Odpowiedź**

Dla Pakietu II poz. 20:

Zamawiający wyraża zgodę na rotor wychylny dedykowany do dwóch mikro płytek, płytek PCR lub płytek o wysokim profilu o maksymalnej sile wirowania **od 2250xg do 3234xg** z zachowaniem pozostałych parametrów wirnika.

**Ponadto Zamawiający informuje, że pozostałe postanowienia SWZ oraz Załączników do SWZ pozostają bez zmian.**

***Jak również Zamawiający informuje, że zamieszcza **Załącznik nr 2 do SWZ- ZMODYFIKOWANY** na stronie internetowej postępowania.***

Kanclerz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi  
**dr n. med. Jacek Grabowski**