



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel. 52/354-55-87: 52/354-56-26: centrala tel./fax 52/354-55-00

Pytanie nr 5

Czy oba analizatory powinny pracować w oparciu o te same materiały zużywalne (płyny obsługowe, kuwety)?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż oba analizatory powinny pracować w oparciu o te same materiały zużywalne (płyny obsługowe, kuwety).

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art.284 p.3 ustawy Pzp (Dz.U. 2019 poz. 2019 ze zm.).przedłuża termin składania ofert do dnia 18.03.2021r. godz.11:00. Termin otwarcia ofert: 18.03.2021r. godz. 11:05.

KIEROWNIK DZIAŁU
Zamówień Publicznych

Ewa Sempowicz



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel. 52/354-55-87; 52/354-56-26; centrala tel./fax 52/354-55-00

Inowrocław, dnia 15.03.2021r.


Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu



EZP 85/2021

dot. przetargu nieograniczonego nr M-6-/2021 na dostawę odczynników do badań koagulologicznych wraz z dzierżawą analizatorów automatycznych na potrzeby Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

Zamawiający na podst. art.284 ust.2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 ze zm.) przedstawia poniżej wyjaśnienia do zadanych pytań.



Pytanie nr 1

Prosimy o sprecyzowanie czy w pkt. 21 Parametrów granicznych chodzi o certyfikat dla D-dimerów poświadczający możliwość zastosowania testu do wykluczania ŻCHZZ wydany przez jednostkę niezależną od producenta np. FDA lub europejską jednostkę notyfikowaną?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.



Pytanie nr 2

Czy oferowane odczynniki powinny pochodzić od producenta analizatora?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby oferowane odczynniki pochodziły od producenta analizatora.

Pytanie nr 3

Czy badania CITO powinny być możliwe do wykonania w każdej pozycji próbkowej?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż badania CITO powinny być możliwe do wykonania w każdej pozycji próbkowej, bez konieczności ręcznego przemieszczania statywów z próbkami w celu ich ustawienia w pierwszej kolejności do pipetowania.

Pytanie nr 4

Czy poprzez wewnętrzny czytnik dla próbek badanych Zamawiający rozumie wbudowany czytnik nie wymagający manualnego skanowania próbek wkładanych do aparatu?

Odpowiedź:

Poprzez wewnętrzny czytnik dla próbek badanych Zamawiający rozumie czytnik nie wymagający kolejnego, manualnego skanowania pojedynczych próbek.