



Olsztyn, dn. 28.06.2021 r.

Nr sprawy 10/2021

Dyrektor
Uniwersyteckiego Szpitala
Klinicznego w Olsztynie

Dotyczy: propozycja udzielenia odpowiedzi na: Usługa polegająca na wykonaniu przeglądów okresowych i konserwacji urządzeń i aparatury medycznej, usługa wykonania testów specjalistycznych aparatów RTG, gammakamery i monitorów medycznych oraz usługa wzorcowania mierników, dozymetrów oraz testera bezpieczeństwa.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników postępowania.

PYTANIA I ODPOWIEDZI cz.2

Pytania zestaw 1:

1. Czy Pakiet 1 Par 3 pkt 1: Czy w związku z brzmieniem par 3 pkt Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadając niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponując osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu Umowy oraz aby osoby te dokonujące czynności serwisowe posiadają niezbędne uprawnienia nadane przez producenta sprzętu – czyli w przypadku pakietu 1 posiadają imienne, ważne (ograniczone czasowo) certyfikaty na każde z urządzeń/grupy urządzeń z pakietu 1 wystawione przez producenta lub autoryzowany przez niego podmiot?

Odpowiedź:

Podmiot realizujący usługę przeglądów okresowych aparatury medycznej winien spełniać warunki opisane w Ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, Używanie i utrzymywanie wyrobów, Art. 90.

2. Pakiet 1 Par 3 pkt 2: Czy Zamawiający oczekuje, aby przeglądy odbyły się zgodnie z wymaganiami producenta czyli np. w przypadku myjni ETD-4 BASIC GA Wykonawca wykonał:?

1. Kontrola wizualna stanu komponentów zewnętrznych myjni (komora, obudowa, przewód zasilający, kosz).

2. Kontrola parametrów myjni – liczniki lampy UV, serwisowy, czas, data, licznik czasu pracy.
3. Sprawdzenie ostatnich błędów zapisanych w pamięci.
4. Sprawdzenie zgodności używanych preparatów chemicznych i soli na zgodność z zaleceniami producenta.
5. Regeneracja przyłączy do mycia endoskopów (wymiana uszczelek zatrzasków i drenów).
6. Sprawdzenie układu kontroli szczelności endoskopów z wymianą uszczelek i drenów spiralnych.
7. Czyszczenie filtrów wody oraz sprawdzenie stanu zaworu bezzwrotnego.
8. Pomiar temperatury wody napływającej.
9. Wymiana filtra lampy UV, jeśli konieczna.
10. Wymian nakrętek i uszczelek bloku dystrybucji wody.
11. Wymiana osłonek bocznych komory.
12. Wymiana dysz układu skraplacza oparów.
13. Czyszczenie i sprawdzenie układu skraplacza oparów.
14. Sprawdzenie działania suszarki, kontrola filtrów suszarki.
15. Sprawdzenie działania układu zmiękczenia wody (tylko ETD3).
16. Kontrola i ewentualna wymiana uszczelek drzwi.
17. Kontrola działania drzwi i zamka.
18. Kontrola stanu klapki i uszczelki w wózku na endoskopy.
19. Wymiana zestawu pomp dozujących środki chemiczne i części drenów.
20. Wymian pompy i drenów układu płukania kanału elewatora.
21. Kontrola poprawności podłączenia drenów układu dozowania.
22. Pomiar wydajności pomp dozujących i kalibracja układów dozowania.
23. TUE test (test układu zabezpieczającego przed przegrzaniem).
24. Wykonanie procesu próbnego z pomiarem temperatur i czasów trwania poszczególnych faz procesu mycia i dezynfekcji.
25. Reset licznika serwisowego.
26. Wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego urządzenia zgodnie z normą EN 61010.
27. Umieszczenie naklejki potwierdzającej przegląd.

Odpowiedź:

Podmiot realizujący usługę przeglądów okresowych aparatury medycznej winien spełniać warunki opisane w Ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, Używanie i utrzymywanie wyrobów, Art. 90.

3. Pakiet 1 Par 7 pkt 1.2: Czy Zamawiający zgodzi się w przypadku niedotrzymania uzgodnionego terminu, o którym mowa w § 3 ust. 8 lub w §3 ust. 9 lub §3 ust. 14, w wysokości 0,2 % za każdy dzień zwłoki licząc wartość od kwoty brutto danego urzędnika z umowy

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ.

W związku z odpowiedziami na powyższe pytania Zamawiający informuje, że na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy Pzp przedłuży termin:

- składanie ofert na 30.06.2021 r., godz. 10:00
- otwarcie ofert na 30.06.2021 r., godz. 10:15
- termin związania ofertą do 29.07.2021

Informacja przeznaczona do publikacji na stronie postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/usk_olsztyn/proceedings