



# WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. L. RYDYGIERA W TORUNIU



DYREKTOR tel. 56 679 35 00

NIP: 956-19-49-580, REGON: 000316068, BDO: 000014564

ul. Św. Józefa 53-59, 87-107 Toruń 9  
skrytka pocztowa 7, [www.wszz.torun.pl](http://www.wszz.torun.pl)

NACZELNY LEKARZ tel. 56 679 35 01

tel. 56 679 31 00, fax 56 654 40 54, 56 659 61 28

Z-CA DYREKTORA DS. ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH tel. 56 654 33 77

Toruń, dnia 05-12-2023 r.

**W.Sz.Z: TZ-280-124/23**

dotyczy: postępowania na dostawę materiałów zużywalnych do chromatografów: GC-2010, GC 2014/HS, GCMS 2030, do spektrofotometru UV 6000 Shimadzu, do chromatografu HP 6890 Agilent, odczynników i wzorców do analiz metodą chromatografii gazowej oraz płytek do chromatografii cienkowarstwowej.

W związku z otrzymanymi zapytaniem do Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) zwanej dalej Pzp, udziela poniższych odpowiedzi:

**Pytanie Nr 1:**

Czy Zamawiający w części 1. pozycji 12 mógłby podać wymiary kolumny SMS?

**Odpowiedź:**

Kolumna chromatograficzna do chromatografu GCMS: SH-Rxi-5ms, L 30m, ID 0,25, DF 0,25 temp. 330/350 st. C.

**Pytanie Nr 2:**

Czy Zamawiający zgodziłby się na wydzielenie do osobnego wspólnego pakietu następujących pozycji:

Część 1.:

Pozycja 3, 4, 9, 10, 11, 12

Część 2.:

Pozycja 1, 3

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie ww. pozycji do osobnego pakietu.

Z poważaniem

W trybie art 52 ust. 2 ustawy  
Prawo zamówień publicznych  
z up. Dyrektora Wojewódzkiego  
Szpitala Zespołowego w Toruniu

**KIEROWNIK**  
Działu Zamówień Publicznych  
i Zapędzenia

*Anna Wujtych-Krajewska*



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie