



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-31/21

Tarnów, 23-08-2021r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej progi unijne (powyżej 214.000 EURO) na dostawę zestawu do artroskopii 1 kpl.

W związku z zapytaniami Wykonawcy o następującej treści:

1. **Dotyczy pkt. 16 Załącznika Nr 5 do SWZ** - Czy w punkcie nr 16, Zamawiający wymaga dostarczenia plastikowej osłony na matrycę monitora LCD?
2. **Dotyczy pkt. 43 Załącznika Nr 5 do SWZ** - Czy w punkcie nr 43, Zamawiający wymaga aby zaoferowana konsola shavera miała możliwość programowania maksymalnej prędkości obrotowej dla danego typu ostrza i frezu artroskopowego?
3. **Dotyczy pkt. 67 Załącznika Nr 5 do SWZ** - Czy w punkcie nr 67, Zamawiający wymaga aby zaoferowane urządzenie rejestrujące dysponowało wbudowaną pamięcią 1Tb?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również zaoferowanie plastikowej osłony na matrycę monitora LCD.

Ad. 2

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również zaoferowanie konsoli shavera, która posiada możliwość programowania maksymalnej prędkości obrotowej dla danego typu ostrza i frezu artroskopowego.

Ad. 3

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Otrzymują:

1. Platforma Zamawiającego
2. a/a

DYREKTOR
Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika
w Tarnowie
Marcin Kuta