



Słupsk, dnia 30.10.2023 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: „Dostawa kardiowerterów, stymulatorów oraz cewników ablacyjnych, elektrod oraz monopolarnego noża plazmowego do cięcia tkanek miękkich”- nr postępowania 102/PN/2023

Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zmianami), [zwanej dalej także „PZP”] Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

„Pytanie do części nr 8:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie generatora, który nie jest fabrycznie nowy, ale jest w pełni sprawny, co zostanie potwierdzone przeglądem technicznym, a do tej pory był dzierżawiony przez Zamawiającego?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2:

„Czy Zamawiający w części 3 pkt 2 dopuści rejestrator arytmii z długością rejestracji 24 m-ce?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3:

„Część nr 2 - Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie urządzenia z dodatkowym sensorem, który automatycznie dostosowuje częstość rytmu stymulacji do aktywności dobowej pacjenta?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4:

„Pytanie 1 do pakietu 5

Zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie elektrod 10 połowych sterowalnych o następujących parametrach:

- elektrody jednokierunkowe, symetryczne, 1 mechanizm sterowania za pomocą pokrętkła



- dostępne odległości między pierścieniami : 2-5-2 mm, 2 mm, 5 mm, 2-8-2 mm dla standardowych elektrod , dla krzywizny 3 D Sinus Flex odległość między pierścieniami 2-5-2 mm - dostępne 4 krzywizny, w tym unikatowa krzywizna 3 D Sinus Flex

WSZYSTKIE POZOSTAŁE WARUNKI SIWZ SPEŁNIONE.”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5:

„Pytanie 1 do pakietu 5

zwracam się do Zamawiającego o usunięcie punktacji z pozycji 5 i 6 co pozwoli na dopuszczenie w/w wariantów i możliwość zaoferowania produktów konkurencyjnych cenowo. Proponowana elektroda znana jest już w pracowni Zamawiającego.

Poniżej zdjęcie unikatowej krzywizny 3 D:”



Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 6:

„Pytanie 2 do pakietu 6

Zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie introducerów udowych 5 F, 6 F, 7 F, 8 F, 9 F i 10 F. Pozostałe warunki SIWZ spełnione.”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7:

„Zad.7:

pytanie 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ICD DR, VR, CRTD i CRTP bez trybu VDD?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8:

„Zad.7:

pytanie 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ICD VR i DR bez funkcji pomiarów impedancji klatki piersiowej?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9:

„Zad.7:

pytanie 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie urządzenia CRTD z impulsem dwufazowym podczas dostarczania terapii HV z możliwością zmiany polarności AX/B i B/AX?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10:

„Zad.7:

pytanie 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu do CRTD i CRTP nie zawierającego balona do CS?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11:

„Zad.7:

pytanie 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w zestawach do CRTD i CRTP przewodników o średnicach 0,035 cala oraz 0,014 cala?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12:

„Zad.7:

pytanie 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie elektrod defibrylacyjnych o średnicy 8,6 F?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13:

„Zad.7:

pytanie 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie urządzenia CRTP o częstotliwości 30-150 ppm?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 14:

„Zad.nr 2

pytanie 8: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie urządzenia posiadającego algorytm automatycznie wykrywający próg stymulacji i automatycznie dostosowujący amplitudę impulsu do zmierzonego progu w interwałach minimalnych wykonania testu co 1 godzinę w kanale przedsionkowym i komorowym?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 15:

„Zad.nr 2

pytanie 9: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie urządzenia o czułości przedsionkowej od 0,25 do 4 mV?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 16:

„Zad.nr 2

pytanie 10: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia o czułości komorowej w zakresie od 1 do 11,2 mV?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 17:

„Zad.nr 2

pytanie 11.: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia z pamięcią epizodów arytmii 48 sek?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 18:

„W zakresie umowy depozytu:

pytanie 12.:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu 2 wzoru umowy depozytu (załącznik do SWZ) zapisów dotyczących zapewnienia warunków przechowywania i transportu, o których mowa w art. 14 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych:

„Zamawiający zapewni, aby wyroby medyczne objęte zakresem przedmiotowej umowy były przechowywane i transportowane wewnątrz w ramach ośrodka zgodnie z warunkami określonymi przez producenta.””

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

KIEROWNIK
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych
Piotr Feszak