	<b>Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu®</b> <b>ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg</b> tel. 55 230-41-97 , fax. 55 230-41-50 e-mail: <a href="mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl">zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</a> , <a href="http://www.szpitalspecialistyczny.elblag.pl">www.szpitalspecialistyczny.elblag.pl</a>	Nr sprawy: ZP/17/2021
	Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy asortymentu stosowanego w chirurgii urazowo-ortopedycznej	

Elbląg, dnia 14.07.2021r.

### Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy asortymentu stosowanego w chirurgii urazowo-ortopedycznej. Nr sprawy **ZP/17/2021**.

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu, ul. Komeńskiego 35 informuje, że zgodnie z art. 135 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. ustawy Pzp udziela wyjaśnień na pytania, które wpłynęły od Wykonawców zgodnie z art. 135 ust. 1 ustawy Pzp o poniższej treści:

**Pytanie nr 1 – dot. Pakiet nr 7 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 7 poz. 2 śruby kaniulowane o średnicy  $\varnothing$  4,5 mm, długość 24 mm – 72 mm ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 2 – dot. Pakiet nr 7 poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 7 poz. 5 wkręt do kości korowej samogwintujący  $\varnothing$  4.5 mm o długości 14 – 90 mm ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 3 – dot. Pakiet nr 7 poz. 12 i 13**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 7 poz. 12,13 drut kostny co cerklarzu o długości 10 m z adekwatnym przeliczeniem zapotrzebowanej ilości ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 4 – dot. Pakiet nr 7 poz. 7-13**

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z Pakietu 7 pozycji 7 – 13 i utworzenie odrębnego pakietu np. Pakiet 7A ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 5 – dot. Pakiet nr 7**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie oferty częściowej co umożliwi otrzymanie korzystniejszej oferty oraz nie ograniczy konkurencji ? Pakiet Nr 7 składałby się z pozycji Nr. 10-13. Pozostałe pozycje do osobnego pakietu.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 6 – dot. Pakiet nr 4**

Czy zamawiający dopuści ofertę równoważną, implantów tytanowych wysokiej jakości.

Lp	Nazwa artykułu
1	<p><b>Tytanowy gwóźdź śródszpikowy krótki</b> do złamań przezkrętarzowych kości udowej, kaniulowany, sterylny. Długość gwoźdźca 180 mm, średnica części bliższej gwoźdźca 15.5 mm, średnica części dalszej gwoźdźca 11 mm. Kąt szyjkowo-trzonowy 120°,125° i 130°. Wygięcie gwoźdźca w części bliższej o wartości 4° na valgus. Śruba antyrotacyjna kompresyjna <math>\varnothing</math> 8 mm. <b>Tytanowy gwóźdź śródszpikowy długi</b> do złamań przezkrętarzowych kości udowej, kaniulowany, sterylny. Długość gwoźdźca 280-460 mm ze skokiem co 20 mm, średnica części bliższej gwoźdźca 15.5 mm, średnica części dalszej gwoźdźca 11 mm. Kąt szyjkowo-trzonowy 120°,125° i 130°. Wygięcie gwoźdźca w części bliższej o wartości 4° na valgus. Promień wygięcia trzonu długich gwoździ 1500 mm. Śruba antyrotacyjna kompresyjna <math>\varnothing</math> 8 mm. Gwoździe prawe/lewe.W komplecie: gwóźdź, śruba doszyjkowa, śruba blokująca, zaślepka</p>



**Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu®**  
**ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg**  
tel. 55 230-41-97 , fax. 55 230-41-50  
e-mail: [zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl](mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl) , [www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl](http://www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl)

Nr sprawy:  
ZP/17/2021

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy asortymentu stosowanego w chirurgii urazowo-ortopedycznej

2	<b>Tytanowy gwóźdź śródszpikowy udowy</b> , kaniulowany, sterylny. Długość gwoźdźca od 140-480 mm ze skokiem co 20 mm, średnica gwoźdźca 9-15 mm. Możliwość wprowadzenia gwoźdźca antegrade i retrograde. Możliwość zastosowania kompresji w zakresie do 10 mm. Ostatni otwór w części dalszej w odległości 15 mm od końca gwoźdźca. Możliwość użycia śrub kondylarnych o średnicy 5 mm. zestaw : gwóźdź, trzy śruby plus zaśleпка
3	<b>Tytanowy gwóźdź śródszpikowy podudziowy</b> , kaniulowany, sterylny. Długość gwoźdźca od 240-420 mm ze skokiem co 15 mm, średnica gwoźdźca 8-15 mm. Możliwość zastosowania kompresji w zakresie do 7 mm. Wygięcie gwoźdźca w części bliższej o wartości 10° a w części dalszej o wartości 4°. Otwory w części dalszej w odległości 5, 15 i 25 mm od końca gwoźdźca. Możliwość zastosowania celownika z dostępu nadrzepkowego. Zestaw : gwóźdź, 4 śruby plus zaśleпка
4	Tytanowy gwóźdź śródszpikowy do artrodezy stawu skokowego, kaniulowany, sterylny. Długość gwoźdźca 150, 200 i 300 mm. Średnica gwoźdźca 10-12 mm. Wygięcie gwoźdźca w części dalszej o wartości 5° na valgus. Gwoździe prawe/lewe.. W zestawie : Gwoźdź, 4 śruby ,zaśleпка)
5	Tytanowy gwóźdź śródszpikowy ramienny proksymalny, kaniulowany, sterylny. Blokowany w części bliższej w 4 płaszczyznach. Otwory w bliższej części gwoźdźca gwintowane. Długość gwoźdźca 150 mm oraz 220-300 mm ze skokiem co 20 mm, średnica części bliższej gwoźdźca 10 mm, a części dalszej gwoźdźca 8 mm. Wygięcie gwoźdźca w części bliższej o wartości 6°. Możliwość dynamizacji w części dalszej gwoźdźca. Gwoździe prawe/lewe. W zestawie : gwóźdź, cztery śruby plus zaśleпка.
6	Tytanowy gwóźdź śródszpikowy ramienny proksymalny, kaniulowany, sterylny. Blokowany w części bliższej w 4 płaszczyznach. Otwory w bliższej części gwoźdźca gwintowane. Długość gwoźdźca 150 mm oraz 220-300 mm ze skokiem co 20 mm, średnica części bliższej gwoźdźca 10 mm, a części dalszej gwoźdźca 8 mm. Wygięcie gwoźdźca w części bliższej o wartości 6°. Możliwość dynamizacji w części dalszej gwoźdźca. Gwoździe prawe/lewe. W zestawie gwóźdź, 6 śrub, zaśleпка.

Udostępniamy na czas umowy wysokiej jakości instrumentarium, oraz bank implantów, szkolenie personelu w ośrodkach szkoleniowych w Europie.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 7 – dot. Pakiet nr 2**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyłączenie pozycji nr 30 - spacer do biodra z pakietu nr 2 do oddzielnego zadania.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 8 – dot. Pakiet nr 10**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyłączenie pozycji nr 14 - spacer do do kolana, udo i piszczel z pakietu nr 10 do oddzielnego zadania.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 9 – dot. Pakiet nr 2**


Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 wymaga zaoferowania również ostrzy? W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o dodanie do formularza asortymentowo-cenowego takiej pozycji celem jej wyceny wraz z podaniem ilości wymaganego asortymentu.

**Odpowiedź: Ostrza do piły ujęte są w pkt I poz. 18).**

**Pytanie nr 10 – dot. Pakiet nr 10**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 10 wymaga zaoferowania również ostrzy? W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o dodanie do formularza asortymentowo-cenowego takiej pozycji celem jej wyceny wraz z podaniem ilości wymaganego asortymentu.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania ostrzy. Poprawiony formularz wraz z ilościami w załączeniu.**

	<b>Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu®</b> <b>ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg</b> tel. 55 230-41-97 , fax. 55 230-41-50 e-mail: <a href="mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl">zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</a> , <a href="http://www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl">www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl</a>	Nr sprawy: ZP/17/2021
	Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy asortymentu stosowanego w chirurgii urazowo-ortopedycznej	

**Pytanie nr 11 – dot. faktur**

Czy wyrażają Państwo zgodę na przysyłanie wystawionych faktur VAT w formie elektronicznej (zapis w formacie PDF?) W celu zabezpieczenia autentyczności faktury i jej integralności, Wykonawca zobowiązuje się do przysyłania faktur na wskazany przez Zamawiającego adres e-mailowy. W przypadku pozytywnej odpowiedzi, zwracamy się z prośbą o podanie stosownego adresu e-mailowego.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przysyłanie faktur elektronicznych na adres e-mail: [apтека@szpitalmiejski.elblag.pl](mailto:apтека@szpitalmiejski.elblag.pl)**

**Pytanie nr 12 – dot. Pakiet nr 17 poz. 1**

Czy Zamawiający, w celu otrzymania najlepszej oferty oraz zachowania zasad uczciwej konkurencji wyłączy z pakietu nr 17 („Biomateriały do regeneracji tkanki łącznej”) pozycję 1 i dopuści zestaw pozwalający na pozyskanie 3 ml osocza bogatopłytkowego z 11 ml krwi przy jednokrotnym wirowaniu z możliwością płynnej regulacji koncentracji. Bariera żelowa pozwala na usunięcie do 100% erytrocytów, oraz ponad 92% granulocytów. Czas wirowania wynosi 10 minut. Filtr, który wchodzi w skład zestawu usuwa z PRP wszystkie niepożądane komórki o wielkości powyżej 10µm takie jak granulocyty oraz fragmenty żeluz separującego.

W skład zestawu wchodzi: 1 probówka podciśnieniowa do pobrania 11 ml krwi zawierająca barierę żelową, środek przeciwkrzepliwy (cytrynian z fizjologicznym poziomem Ph, o stężeniu 2,98%), tłok z MONOCAP filtrem, 1 zestaw VACU-10 do pobierania krwi, 1 kaniule 18Gx100mm, 1 strzykawka 10ml.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 13 – dot. Pakiet nr 17 poz. 3**

Czy Zamawiający, w celu otrzymania najlepszej oferty oraz zachowania zasad uczciwej konkurencji wyłączy z pakietu nr 17 („Biomateriały do regeneracji tkanki łącznej”) pozycję nr 3 i dopuści materiał kośćcozastępczy zbudowany w 60% z hydroksyapatytu i 40% z trójfosforanu wapnia. Preparat jest biokompatybilny, zapewnia szybką osteointegrację oraz późniejszą resorpcję. Parametry techniczne: porowatość: 83% połączonych ze sobą porów o rozmiarach 200-800 µm. Proponujemy odpowiadające specyfikacji granulki 1-4 mm o objętości 10cm<sup>3</sup>.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyłącza poz. nr 3 ale dopuszcza produkt.**

**Pytanie nr 14 – dot. Pakiet nr 10 poz. 11 i 12**

<b>11</b>	Zestaw do mieszania próżniowego pojedynczy z dostarczeniem mechanizmu do mieszania próżniowego (butla z próżnią)	<b>szt</b>	<b>100</b>
<b>12</b>	Zestaw do mieszania próżniowego podwójny z dostarczeniem mechanizmu do mieszania próżniowego (butla z próżnią)	<b>szt</b>	<b>300</b>

Czy butla z próżnią wymieniona w poz. 11 i 12 ma być wyceniona czy użyczona bezpłatnie wraz z instrumentarium?

Czy ze względu na inną stawkę VAT (23%) dla butli z próżnią, która nie jest wyrobem medycznym, Zamawiający pozwoli na jej wycenę w osobnej pozycji?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga użyczenia butli bezpłatnie.**

**Pytanie nr 15 – dot. Pakiet nr 7 poz. 1**

Czy Zamawiający w Pakiecie 7 poz. 1 dopuści możliwość zaferowania wkrętów o długości 20mm – 70mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 16 – dot. Pakiet nr 7 poz. 2**


Czy Zamawiający w Pakiecie 7 poz. 2 dopuści możliwość zaferowania wkrętów o długości 20mm – 80mm (krótki lub pełen gwint)?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 17 – dot. Pakiet nr 7 poz. 2**

Czy Zamawiający w Pakiecie 8 poz. 1 dopuści możliwość zaferowania: Płytki tytanowa stabilna kątowno. Płytki 2,4,5,6 i 8 otworowe , anatomiczne, w kształtach : prosta, T, X, H, L z przewężeniami między otworami pozwalającymi na wielopłaszczyznowe modelowanie płytek. Wymagane otwory do tymczasowej stabilizacji płytki drutami Kirschnera. Grubość płytek – 1,8 mm, otwory z gwintem z zastosowaniem śrub do stabilizacji kątownej. Możliwość użycia wkrętów zmiennie—kątownych. Otwory dla śrub śr. 2,4; 2,7 mm . Zestaw rozmiarowy różnych długości płyt?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

	<b>Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu®</b> <b>ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg</b> tel. 55 230-41-97 , fax. 55 230-41-50 e-mail: <a href="mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl">zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</a> , <a href="http://www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl">www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl</a>	Nr sprawy: ZP/17/2021
	Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy asortymentu stosowanego w chirurgii urazowo-ortopedycznej	

**Pytanie nr 18 – dot. Pakiet nr 8 poz. 2**

Czy Zamawiający w Pakiecie 8 poz. 2 dopuści możliwość zaferowania: Płytki do Halluxa z zastosowaniem śrub do stabilizacji kątowej, prawa i lewa. Płytki w kształcie litery T, skośna. W części nasadowej płytki 2 otwory stożkowe gwintowane do śrub blokowanych 2,4; 2,7 oraz otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. W części trzonowej płytki 2 otwory stożkowe gwintowane do śrub blokowanych 2,4; 2,7 oraz otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. Część trzonowa wyposażona w trapezowy klin o zmiennej wysokości. Śruby blokowane w płytce 2,4; 2,7 mm samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego. Wysokość klina od 0 do 7 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 19 – dot. Pakiet nr 8 poz. 3**

Czy Zamawiający w Pakiecie 8 poz. 3 dopuści możliwość zaferowania: Wkręty kątowo-stabilne, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem sześciokątnym – średnice: 2,4mm, 2,7mm, głowa 4,5 mm, pełny gwint, samogwintujące, tytanowe, długość 10-30 mm, skok co 2 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 20 – dot. Pakiet nr 8 poz. 5**

Czy Zamawiający w Pakiecie 8 poz. 5 dopuści możliwość zaferowania: Śruba kaniulowana typu Herberta kompresyjna bez głowy. Śruba kompresyjna do złamań. Wykonana z tytanu. Śruba o średnicy 3,9 mm/3,0 mm i długościach od 12 mm do 30 mm ze skokiem co 2mm. Śruba samowiercząca, kaniulowana. Śruba posiadająca 2 różne skoki gwintu?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 21 – dot. Pakiet nr 8 poz. 6**

Czy Zamawiający w Pakiecie 8 poz. 6 dopuści możliwość zaferowania: Wkręty kaniulowane samowierzące 2,4 mm, długość gwintu 4-14 mm, długość śruby 10-30 mm, , wykonane z tytanu?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 22 – dot. Pakiet nr 14 poz. 2, 4-6, 10,23**

Czy Zamawiający w Pakiecie 14 poz. 2, 4-6, 10, 23 dopuści możliwość zaferowania wkrętów blokowanych gąbczastych Ø 3,5 mm zamiast Ø 3,9 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 23 – dot. Pakiet nr 14 poz. 3,13, 17,18, 24**

Czy Zamawiający w Pakiecie 14 poz. 3, 13, 17, 18, 24 dopuści możliwość zaferowania płytek z otworami blokowanymi i blokująco-kompresyjnymi z gwintem stożkowym?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 24 – dot. Pakiet nr 14 poz. 13**

Czy Zamawiający w Pakiecie 14 poz. 13 dopuści możliwość zaferowania płytek o długości 56-76 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 25 – dot. Pakiet nr 14 poz. 14**

Czy Zamawiający w Pakiecie 14 poz. 14 dopuści możliwość zaferowania płytek o długości 117-252 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 26 – dot. Pakiet nr 14 poz. 16**


Czy Zamawiający w Pakiecie 14 poz. 16 dopuści możliwość zaferowania płytek o długości 80-288 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 27 – dot. Pakiet nr 14 poz. 27**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 14 poz. 27 dopuści możliwość zaferowania wkrętów Herberta kaniulowanych o średnicy: 3,9/3,0 oraz 3,5/3,0?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

	<p style="text-align: center;"><b>Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu®</b>  <b>ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg</b>          tel. 55 230-41-97 , fax. 55 230-41-50          e-mail: <a href="mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl">zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</a> , <a href="http://www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl">www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl</a></p>	<p style="text-align: right;">Nr sprawy: ZP/17/2021</p>
<p style="text-align: center;">Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy asortymentu stosowanego w chirurgii urazowo-ortopedycznej</p>		

**Pytanie nr 28 – dot. Pakiet nr 7 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie Śruby kaniulowane (samowierzące, samogwintujące), średnica 4,0 mm, długość 24mm - 60mm

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 29 – dot. Pakiet nr 7 poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie Śruby kaniulowane (samowierzące, samogwintujące) średnica 6,5 mm, długość 60mm - 120mm (długi gwint) Śruby kaniulowane (samowierzące, samogwintujące) średnica 4,5 mm, długość 30 mm - 75mm (długi gwint)

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 30 – dot. Pakiet nr 4 poz. 1**

Krótki - długość L=180÷200mm (ze skokiem co 20mm) z 4 stopniowym odgięciem, pokryty celownikiem, średnica d=10÷12mm (ze skokiem co 1mm). Kąt szyjkowo – trzonowy 125°, 130° oraz 135°, wersja kaniulowana, uniwersalny do kości lewej i prawej. Gwóźdź o przekroju okrągłym. Długi - długość L=340÷420mm (ze skokiem co 20mm), z 4 stopniowym odgięciem, do długości 420mm pokryty celownikiem dalszym, średnica części dalszej d=10÷12mm (ze skokiem co 1mm). Kąt szyjkowo – trzonowy 125°, 130° oraz 135°, wersja kaniulowana, lewa i prawa. Gwóźdź o przekroju okrągłym na całej długości. Blokowany w części bliższej śrubą zespalającą o średnicy 10,5mm. Możliwość opcjonalnego blokowania w części bliższej przy pomocy dodatkowego pina antyrotacyjnego o średnicy 5mm. Możliwość jednoczesnego zablokowania śruby zespalającej 10,5mm i pinu antyrotacyjnego 5mm. W części dalszej blokowany wkretami blokującymi o średnicy 5,0 lub 5,5. W części dalszej blokowany dynamicznie oraz statycznie. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoźdźcia w przynajmniej 4 rozmiarach w zakresie 0÷15mm stopniowane co 5mm. Gniazda we wszystkich elementach blokujących typu TORX. System wykonany ze stopu tytanu. Skład zestawu wg ilości SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 31 – dot. Pakiet nr 4 poz. 2**

Gwóźdź śródszpikowy udowy jeden uniwersalny gwóźdź przeznaczony do leczenia złamań kości udowej (używany przy metodzie kompresyjnej, rekonstrukcyjnej oraz wstecznej) wprowadzany metodą ante i retrograde. Długość L=200÷460mm (ze skokiem co 20mm) do długości 440mm pokryty celownikiem dalszym, średnica d=9÷12mm ze skokiem (co 1mm) wersji kaniulowanej, lewy i prawy. W części dalszej posiadający min. 4 otwory w co najmniej 2 płaszczyznach (w tym co najmniej 1 dynamiczny). W części bliższej posiadający min. 6 otworów w tym: 2 rekonstrukcyjne, 2 do blokowania wstecznego i 2 do blokowania statycznego i kompresyjnego. W części dalszej blokowany ryglami o średnicy  $\varnothing$ 4,5. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalających na wydłużenie części bliższej gwoźdźcia w przynajmniej 4 rozmiarach w zakresie 0÷15mm stopniowane co 5mm. System wykonany ze stopu tytanu. Skład zestawu wg ilości SWZ. Skład zestawu wg ilości SWZ


**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 32 – dot. Pakiet nr 4 poz. 3**

Gwóźdź śródszpikowy piszczelowy długość L=270-390mm (ze skokiem co 15mm) w całości pokryty celownikiem dalszym, średnica d=8-12mm ze skokiem (co 1mm), w wersji kaniulowanej. Profilowane przejście części bliższej w stosunku do dalszej w przedziale 9-10°. 3° zagięcie części dalszej gwoźdźcia. Instrumentarium zapewniające wykonanie kompresji odłamów bez demontażu celownika. W części bliższej co najmniej 5 otworów (w tym 2 gwintowane obwodowe otwory rekonstrukcyjne oraz jeden dynamiczny) zapewniających opcje blokowania w przynajmniej trzech różnych płaszczyznach. W części dalszej posiadający min. 5 otworów (w tym 4 otwory gwintowane oraz jeden dynamiczny) zapewniających co najmniej trzy płaszczyznową stabilizację, z bardzo niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5 mm od końca gwoźdźcia. Spłaszczone dwie boczne powierzchnie gwoźdźcia w części dalszej zapewniające obniżenie ciśnienia śródszpikowego w trakcie implantacji. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoźdźcia w przynajmniej 4 rozmiarach w zakresie 0-15mm stopniowane co 5mm. Gniazda we wszystkich elementach blokujących typu TORX. System wykonany ze stopu tytanu. Skład zestawu wg ilości SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**



	<b>Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu®</b> <b>ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg</b> tel. 55 230-41-97 , fax. 55 230-41-50 e-mail: <a href="mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl">zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</a> , <a href="http://www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl">www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl</a>	Nr sprawy: ZP/17/2021
	Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy asortymentu stosowanego w chirurgii urazowo-ortopedycznej	

**Pytanie nr 33 – dot. Pakiet nr 4 poz. 4**

Gwóźdź piszczelowy wsteczny kaniulowany przeznaczony do stabilnej osteosyntezy kości stępu oraz dalszej części kości piszczelowej, do leczenia zwyrodnień oraz deformacji stawów stępu. Gwóźdź do prawej i lewej kończyny. Anatomiczne odgięcie gwoźdźnia po promieniu w części piętowej. Długość L=180÷320 stopniowana co 20 mm. Średnica 10÷12mm stopniowana co 1mm. Przekrój gwoźdźnia okrągły na całej długości. W części piętowej 3 otwory: 2 otwory gwintowane i otwór podłużny (kompresyjny) zapewniające opcje blokowania w przynajmniej dwóch różnych płaszczyznach. W części piszczelowej 3 otwory: 2 otwory gwintowane i otwór podłużny (kompresyjny) zapewniające opcje blokowania w przynajmniej dwóch różnych płaszczyznach.

Gniazda we wszystkich elementach blokujących typu TORX.

System wykonany ze stopu tytanu. Skład zestawu wg ilości SWZ

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 34 – dot. Pakiet nr 4 poz. 5**

Gwóźdź ramienny uniwersalny: jeden do prawej i lewej kończyny. Anatomiczne odgięcie gwoźdźnia wynoszące 4°. Długość L=180÷320 stopniowana co 20mm, średnica 6÷9mm stopniowana co 1mm, dla gwoździ krótkich długość L=150mm, średnica 8÷9mm stopniowana co 1mm. Przekrój gwoźdźnia okrągły na całej długości. W części bliższej ścięcie anatomiczne. W części bliższej co najmniej 6 otworów do blokowania zapewniających opcje blokowania w przynajmniej trzech różnych płaszczyznach, w tym jeden fasolkowy. W środkowej części otworu fasolkowego gwint dla śruby 5,5mm. W części dalszej przynajmniej 4 otwory do blokowania dla gwoździ długich oraz 2 otwory dla gwoździ krótkich. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoźdźnia w przynajmniej 3 rozmiarach w zakresie 0-5mm stopniowane co 2,5mm.

Gniazda we wszystkich elementach blokujących typu TORX.

System wykonany ze stopu tytanu. Skład zestawu wg ilości SWZ

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 35 – dot. Pakiet nr 4 poz. 6**

Gwóźdź ramienny uniwersalny: jeden do prawej i lewej kończyny. Anatomiczne odgięcie gwoźdźnia wynoszące 4°. Długość L=180÷320 stopniowana co 20mm, średnica 6÷9mm stopniowana co 1mm, dla gwoździ krótkich długość L=150mm, średnica 8÷9mm stopniowana co 1mm. Przekrój gwoźdźnia okrągły na całej długości. W części bliższej ścięcie anatomiczne. W części bliższej co najmniej 6 otworów do blokowania zapewniających opcje blokowania w przynajmniej trzech różnych płaszczyznach, w tym jeden fasolkowy. W środkowej części otworu fasolkowego gwint dla śruby 5,5mm. W części dalszej przynajmniej 4 otwory do blokowania dla gwoździ długich oraz 2 otwory dla gwoździ krótkich.

Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoźdźnia w przynajmniej 3 rozmiarach w zakresie 0-5mm stopniowane co 2,5mm.

Gniazda we wszystkich elementach blokujących typu TORX.

System wykonany ze stopu tytanu. Skład zestawu wg ilości SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 36 – dot. Pakiet nr 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na oferowanie śrubopłytek dynamicznych o potrójnym dynamicznym mocowaniu odłamu bliższego przy pomocy śrub teleskopowych zamiast poczwórnym?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 37 – dot. Pakiet nr 14 poz. 13**


Czy Zamawiający dopuści długość płytek 53-75mm zamiast 55-75mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 38 – dot. Pakiet nr 14 poz. 14**

Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania płytek do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej o następujących parametrach:

Płytką kształtowa blokowana do dalszej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony przyśrodkowej, tytanowa, w systemie śrub 3,5. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej 4 do 14 par rozdzielnych otworów –blokowanego i kompresyjnego. W części nasadowej 9 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji

	<b>Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu®</b> <b>ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg</b> tel. 55 230-41-97 , fax. 55 230-41-50 e-mail: <a href="mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl">zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</a> , <a href="http://www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl">www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl</a>	Nr sprawy: ZP/17/2021
	Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy asortymentu stosowanego w chirurgii urazowo-ortopedycznej	

odłamów blokowanych, w tym 1 do stabilizacji kostki przyśrodkowej. Ustalono kątowno ustawienie wkretów. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca otwory pod druty Kirschnera do tymczasowego ustalenia płytki.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 39 – dot. Pakiet nr 14 poz. 16**

Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania płytek o długości 120-300mm zamiast 125-250mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 40 – dot. Pakiet nr 14 poz. 23**

Czy Zamawiający dopuści wkret gąbczasty tytanowy samogwintujący Ø 3,9mm x 35-60mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 41 – dot. Pakiet nr 14 poz. 28**

Czy Zamawiający dopuści mikrowkręt o rozmiarze 14-18mm zamiast 14-22mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 42 – dot. projektu umowy**

§4 ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na utworzenie depozytu do 5 dni roboczych?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.**

**Pytanie nr 43 – dot. projektu umowy**

Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w §5:

- a) Ust. 1 z 1% na 0,5%,
- b) Ust. 2 z 1% na 0,5%?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.**

**Pytanie nr 44 – dot. Pakiet nr 3 poz. 7**

Czy Zamawiający w pakiecie 3 pkt 7 zgodzi się dopuścić :

Wkładka polietylenowa XLPE o średnicy wew. 32mm w roz. 48-66; o średnicy wew. 36 w roz. 52-66; o średnicy wew. 40mm w roz. 56-76mm opcje neutralna, lateralizowana 4mm, lateralizowana 4mm z 10st reorientacją?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 45 – dot. Pakiet nr 4 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuszcza w pakiecie 1 pozycja 1 w miejscu „ Możliwość zastosowania zwykłej śruby doszyjkowej z gwintem owalnym lub śruby doszyjkowej z ostrzem , w długości: od 70mm do 100mm” zaoferowanie : LUB, Możliwość zastosowania zwykłej śruby doszyjkowej z gwintem owalnym lub śruby doszyjkowej z ostrzem , w długości: od 70mm do 130mm”, co pozwoli na szersze zabezpieczenie potrzeb w trakcie zabiegu i nie wpływa w sposób istotny na zapis SIWZ?


**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 46 – dot. Pakiet nr 4 poz. 3**

Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza w pozycji 3 zaoferowanie gwoździ zgodnie z SIWZ:

„Gwóźdź o średnicy od 8mm do 13mm, w długościach od 280 mm do 400 mm” LUB „Gwóźdź o średnicy od 8mm do 13mm, w długościach od 255-460mm” oraz czy Zamawiający w miejscu: „Śruby blokujące o średnicy 4.0-5.0 w długościach 30-80 mm” dopuści LUB „Śruby 4.0-5.0 w zakresie między 18-100mm”,co nie zmieni w sposób istotny zapisów SIWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

	<b>Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu®</b> <b>ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg</b> tel. 55 230-41-97 , fax. 55 230-41-50 e-mail: <a href="mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl">zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</a> , <a href="http://www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl">www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl</a>	Nr sprawy: ZP/17/2021
	Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy asortymentu stosowanego w chirurgii urazowo-ortopedycznej	

**Pytanie nr 47 – dot. Pakiet nr 4 poz. 5**

Czy Zamawiający w pakiecie 4 pozycji 5 mówiącej : „ Średnice gwoźdźcia; 8 -11mm” dopuści LUB „Średnice gwoźdźcia; 7-11mm”, pozostała część wymogów SIWZ w pozycji 5 bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 48 – dot. Pakiet nr 4 poz. 6**

Czy Zamawiający zgodzi się, aby punkt 6 pakietu 4 był systemem na żądanie?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 49 – dot. Pakiet nr 6 poz. 22**

Zwracamy się z prośbą by Zamawiający w pakiecie 6 pozycja 22 brzmiącej:

„Śruby 2,4mm blokowane stało lub zmiennokątowe o długości od 6mm do 60mm, samogwintujące, stal”, dopuścił LUB: „Śruby 2,7mm blokowane stało lub zmiennokątowe o długości od 10mm do 60mm, samogwintujące, stal”. Czy zamawiający dopuszcza?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 50 – dot. Pakiet nr 15 poz. 6c)**

Zwracamy się z prośbą by Zamawiający w pakiecie 15 pozycja 6c) brzmiącej: „śruby 5,5 mm”, dopuścił LUB: „ śruby 5,0mm”. Czy Zamawiający dopuszcza?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 51 – dot. Pakiet nr 12**

Zgodnie z Załącznikiem nr 1.12 do SWZ – Formularzem asortymentowo-cenowym Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia instrumentarium (pakiet 12).

Natomiast zarówno postanowienia SWZ oraz Załącznika nr 3 do SWZ – Projektu umowy nie wskazują, że w zakresie pakietu 12 wymagane jest dostarczenie instrumentarium.

Mając na uwadze powyższe rozbieżności prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga dostarczenia instrumentarium do pakietu 12.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia instrumentarium do Pakietu nr 12. Poprawiony projekt umowy wraz SWZ w załączeniu.**

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu, ul. Komeńskiego 35 informuje, że zgodnie z art. 286 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. ustawy Pzp zmienia treść SWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert.

**Termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień 22.07.2021r. godz. 9:00**

**Termin otwarcia ofert zostaje przesunięty na dzień 22.07.2021r. godz. 9:05**

**Termin związania z oferta zostaje zmieniony na 19.10.2021r.**

Dyrektor

Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu

(-)

lek. Mirosław Gorbaczewski