

Gdańsk, dnia 10.10.2022 r.

GUM2022ZP0114

Do uczestników postępowania

Dotyczy: Dostawa sprzętu laboratoryjnego w 4 pakietach dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Gdański Uniwersytet Medyczny, jako Zamawiający zawiadamia, iż na zgłoszone pisemnie pytania udziela odpowiedzi w oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych jak niżej:

Pytanie 1:

Pakiet 3: czy Zamawiający dopuści urządzenie, które ma częstotliwość 37 kHz (zakres regulacji -2,5/+5,5 kHz), wymiary wewnętrzne wanny 220 / 120 / 95 (h) mm oraz pojemność roboczą 2,75 litra?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza urządzenie o częstotliwości 37kHz oraz wymiary wewnętrzne wanny 220/120/95 (h). Zamawiający nie dopuszcza pojemności roboczej mniejszej niż 3L.

Pytanie 2:

Pakiet 3: Czy Zamawiający zrezygnuje z konieczności wniesienia, rozładunku, instalacji, uruchomienia i przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi sprzętu? Myjka jest małym urządzeniem, nie wymaga instalacji - dysponujemy instrukcją obsługi w języku polskim. Klienci bezproblemowo obsługują myjkę samodzielnie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 3:

Pakiet 1: Czy Zamawiający dopuści dwa rotory - jeden o pojemności 12 x 1,5 ml i drugi o pojemności 12 x 0,5 ml plus 12 x 0,2 ml (np. w wirówce BIOSAN model MSC-6000)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4:

Pakiet 1: Przy wymaganiu zabezpieczenia przed otwarciem pokrywy w trakcie pracy (pkt 10) jednoczesne spełnienie wymagania automatycznego zatrzymania pracy po otwarciu pokrywy jest niemożliwe, gdyż obie te funkcje wykluczają się wzajemnie (jeśli urządzenie posiada funkcję zabezpieczenia przed otwarciem pokrywy w trakcie pracy, to otwarcie pokrywy w trakcie pracy jest niemożliwe). Dlatego prosimy o wyjaśnienie czy dopuszczają Państwo wirówkę bez funkcji automatycznego zatrzymania pracy po otwarciu pokrywy i spełniającą pozostałe wymagania (np. model BIOSAN MSC-6000).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza o ile w przypadku awarii systemu blokady pokrywa pracy wirówki nie będzie kontynuowana.

Pytanie 5: Czy w odniesieniu do Pakietów 1 i 2 zrezygnują Państwo z wymagania instalacji, uruchomienia oraz przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi sprzętu? Oferowane w tych Pakietach urządzenia są proste w obsłudze i nie wymagają specjalistycznej instalacji, a wszelkie informacje dotyczące ich eksploatacji są zawarte w instrukcji obsługi w języku polskim, a wykonawca zapewni niezbędne wsparcie on-line w tym zakresie?

Odpowiedź: Zamawiając wyraża zgodę.

*p.o. Kanclerza
/-/
Prof. dr hab. Jacek Bigda*