



Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny  
im. prof. Witolda Orłowskiego  
Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego  
00-416 Warszawa, ul. Czerniakowska 231  
Dział Zamówień Publicznych  
☎ +4822 584-11-10 ☎ +4822 584-11-09



[www.szpital-orlowskiego.pl](http://www.szpital-orlowskiego.pl) e-mail: [zamowienia@szpital-orlowskiego.pl](mailto:zamowienia@szpital-orlowskiego.pl)

Warszawa, dnia 26.10.2020 r.

## MODYFIKACJA SIWZ

Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę wraz z montażem i uruchomieniem tomografu komputerowego oraz aparatu USG z gwarantowanym finansowaniem instrumentem finansowym dostawy przez Wykonawcę”. Numer postępowania : 22/8/2020

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający informuje, że dokonał zmiany w SIWZ tj. w Załączniku nr 2 stanowiącym Specyfikację techniczną na dostawę i montaż Tomografu komputerowego wraz z aparatem USG, jak poniżej:

### 1. Modyfikuje w tabeli Poniższe zapisy:

I.5.	Pochylenie gantry w zakresie min. - 30° do + 28°	TAK/podać
I.37.	Szybkość rekonstrukcji obrazów matrycy 512x512 z najlepszą jakością ze skanu $\geq 40$ obrazów/s.	TAK/podać
I.13.	Wskaźniki informujące pacjenta w trakcie akwizycji o konieczności zatrzymania oddechu wraz z cyfrowymi licznikami czasu w sekundach odliczającego czas do końca skanowania umieszczone z przodu i z tyłu gantry.	TAK/NIE podać
I.15.	Tryb badań nagłych umożliwiający wybór pacjenta i protokołu badania oraz jego modyfikację bezpośrednio na panelu gantry oraz uruchomienie badania z pokoju badań.	TAK/NIE
I.30.	Zmniejszone skolimowane pole skanowania równe max. 30cm $\pm 10\%$ umożliwiające ograniczenie dawki promieniowania w osi XY w przypadku badań głowy.	TAK/NIE podać rozmiar pola skanowania
II.1	Serwer aplikacyjny: <ul style="list-style-type: none"><li>• pamięć RAM: min. 256 GB</li><li>• pojemności macierzy dyskowej: min. 7 TB</li><li>• integracja serwera aplikacyjnego z systemem PACS posiadanym przez Zamawiającego</li></ul>	TAK/podać parametry

### 2. Usuwa z tabeli, zawartej w Załączniku nr 2 do SIWZ punkty II.78 oraz II86

78.	Oprogramowanie do wirtualnej endoskopii naczyń z przekrojami w trzech głównych płaszczyznach (wraz z interaktywną synchronizacją położenia kursora).	TAK/ podać nazwę i producenta oprogramowania
86.	Wizualizacja map perfuzyjnych w 3D i VRT.	TAK/ podać nazwę i producenta oprogramowania

Pozostałe zapisy SIWZ, termin składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. **Dyrektor..**

W załączeniu zmodyfikowany załącznik nr 2 do SIWZ

Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego  
im. prof. Witolda Orłowskiego CMK