

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Zamawiający, Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu p/t „**Modernizacja rezonansu magnetycznego**” wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści siwz. Poniżej zamieszczamy pytania Wykonawców w formie niezmienionej i odpowiedzi Zamawiającego.

### **Pytanie 1**

Opis przedmiotu zamówienia - punkt VIII.7:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zaoferowania jedynie oprogramowania postprocessingowego do wymienionych w punkcie aplikacji.

### **Odpowiedź**

Zamawiający potwierdza powyższe.

### **Pytanie 2**

Opis przedmiotu zamówienia - punkt IX.1:

Zamawiający w niniejszym punkcie wymaga „Rozbudowy posiadanej stacji diagnostycznej IntelliSpace IX do najnowszej wersji serwera aplikacji”. Prosimy o potwierdzenie, że po rozbudowie systemu do wersji z serwerem aplikacji, posiadany sprzęt komputerowy stacji diagnostycznej IntelliSpace IX będzie wykorzystany przez Zamawiającego jako jedna z trzech stacji diagnostycznych w ramach rozbudowanego systemu (z licencją na trzech jednoczesnych użytkowników) w architekturze klient-serwer.

### **Odpowiedź**

Zamawiający potwierdza powyższe.

### **Pytanie 3**

Opis przedmiotu zamówienia - punkt IX.2:

Zamawiający w niniejszym punkcie wymaga „możliwości wykorzystania licencji aplikacji klinicznych z aktualnie posiadanych stacji lekarskich”. Prosimy o potwierdzenie, że po rozbudowie systemu do wersji z serwerem aplikacji, Zamawiający dopuszcza wykorzystanie posiadanych i przeniesionych licencji aplikacji klinicznych do spełnienia wymogów określonych w punktach: X.1 – X.7, X.10, X.11, X.16 – X.24, XI.3 – XI.6.

### **Odpowiedź**

Zamawiający potwierdza powyższe.

### **Pytanie 4**

Opis przedmiotu zamówienia - punkt XIII.1:

Prosimy o określenie, jaki system PACS znajduje się w posiadaniu Zamawiającego, z którym to wymagana jest integracja dla modernizowanego rezonansu magnetycznego.

### **Odpowiedź**

Zgodnie z opisem w p. XIII.1. Zamawiający jest w posiadaniu dostępu do serwera. wszelkie połączenia będą wykonywane we współpracy z Działem IT Zamawiającego.

### **Pytanie 5**

Opis przedmiotu zamówienia - punkt XIII.6:

Zamawiający w niniejszym punkcie wymaga „w okresie trwania gwarancji zapewnienia w cenie oferty wsparcia i dostępności do aktualizacji i poprawek producenta dostarczonego oprogramowania”. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga powyższego wsparcia i dostępności do aktualizacji i poprawek (poprawki bezpieczeństwa, aktualizacje poprawiające błędy typu bugfix) w ramach dostarczonej w niniejszym postępowaniu wersji oprogramowania.

### **Odpowiedź**

Zamawiający potwierdza powyższe.

### **Pytanie 6**

Wzór umowy § 6 ust. 3:

Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku przeprowadzenie aktualizacji oprogramowania (w okresie gwarancji) polegającej na instalacji oprogramowania zgodnie z zaleceniami serwisu, tj. nowych wersji eliminujących wszelkie błędy i dysfunkcje oprogramowania czy wprowadzające usprawnienia, ale bez instalacji nowych funkcjonalności? Wynika to z faktu, że instalacja nowych funkcji jest rozbudową, a nie aktualizacją systemu.

### **Odpowiedź**

Zamawiający potwierdza powyższe.

### **Pytanie 7**

Wzór umowy § 6 ust. 6:

Mając na względzie wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie obowiązku udostępnienia kodów serwisowych po upływie gwarancji i zastąpienie powołanego wymagania odpowiednim szkoleniem pracowników technicznych zamawiającego. (...)

### **Odpowiedź**

Zamawiający odstępuje od wymogu dostarczenia kodów serwisowych pod warunkiem przeprowadzenia odpowiedniego szkolenia pracowników technicznych Zamawiającego.

Zamawiający dokona odpowiedniej zmiany we wzorze umowy poprzez wykreślenie zapisów § 6 ust. 6, wraz ze zmianą numeracji kolejnych ustępów.

### **Pytanie 8**

Wzór umowy § 1 ust. 6:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w następujący sposób: „Wykonawca oświadcza, że gwarantuje Zamawiającemu i jego następcom prawnym dostęp do części zamiennych modernizowanego rezonansu przez okres co najmniej 10-ciu lat po upływie okresu gwarancji jakości. Wykonawca gwarantuje, że dostępność serwisu i części zamiennych oraz wsparcie informatyczne (aktualizacja, rozbudowa oprogramowania) dla rozbudowywanych stacji diagnostycznych wynosić będzie lat 5.”? (...)

### **Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i dokona odpowiedniej zmiany we wzorze umowy..

### **Pytanie 9**

Opis przedmiotu zamówienia - punkt XIII.7:

Zamawiający wymaga: „Dostarczenie danych do logowania na uprawnieniach administracyjnych dających możliwość samodzielnej konfiguracji dostarczonego sprzętu.” Prosimy o wskazanie jaki zakres konfiguracji Zamawiający ma na myśli. Nie możemy dostarczyć danych do logowania na uprawnieniach administracyjnych bez przeszkolenia personelu technicznego w autoryzowanym ośrodku.

### **Odpowiedź**

Uprawnienia administracyjne mają umożliwić podstawowe działania z zakresu IT takie jak skonfigurowanie połączenia z serwerem PACS, reinstalacja systemu operacyjnego, wymiana podzespołów, itp.

### **Pytanie 10**

Wzór umowy § 2 ustęp 4:

Wnosimy o usunięcie powyższego ustępu z umowy. W niniejszym postępowaniu nie będą dostarczane odrębne licencje do oprogramowania. Oprogramowanie jest wbudowane i przypisane do sprzętu. Udzielamy na nie licencji z chwilą odbioru systemu rezonansu magnetycznego i serwera aplikacyjnego.

### **Odpowiedź**

Wykonawca winien dostarczyć dokument potwierdzający prawo Zamawiającego do korzystania z zainstalowanego oprogramowania.

### **Pytanie 11**

Załącznik nr 4 do SIWZ:

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do szkody rzeczywistej nieprzekraczającej wartości niniejszej Umowy (...)

### **Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

### **Pytanie 12**

Załącznik nr 4 do SIWZ:

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie łącznej wysokości kar umownych do 10% wartości brutto umowy? Wprowadzenie do umowy proponowanej zmiany pozwoli potencjalnym Wykonawcom na oszacowanie ewentualnego ryzyka kontraktowego i uwzględnienie go w treści oferty.

### **Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

### **Pytanie 13**

Załącznik nr 4 do SIWZ:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie poniżej zaproponowanych zmian w umowie odnośnie naruszenia praw własności intelektualnej? (...)

### **Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie 14**

Załącznik nr 4 do SIWZ:

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Przedmiotu Umowy?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie 15**

Prosimy Zamawiającego o jednoznaczną odpowiedź, czy środki na sfinansowanie przedmiotu zamówienia pochodzą z dotacji celowej? Jeśli tak, prosimy o przedstawienie dokumentu potwierdzającego przyznanie Zamawiającemu dotacji.

**Odpowiedź**

Środki przewidziane na sfinansowanie zamówienia nie pochodzą z dotacji celowej.

**Pytanie 16**

Prosimy Zamawiającego o jednoznaczną odpowiedź, czy inwestycja będąca przedmiotem postępowania została ujęta w planie inwestycji na rok 2020, wskazanie w jaki sposób Zamawiający pozyska środki na jej sfinansowanie oraz przedłożenie stosownej dokumentacji.

**Odpowiedź**

Przedmiotowa inwestycja przewidziana jest w projekcie Planu finansowego na 2020 rok. Zamawiający posiada zabezpieczone środki finansowe na pokrycie zobowiązań z tego tytułu.

**Pytanie 17**

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgodny na ustanowieniu zastawu rejestrowego na zmodernizowanym sprzęcie jako zabezpieczenie płatności? Jest to najbardziej wygodna forma zabezpieczenia dla Zamawiającego nie mająca wpływu na korzystanie z przedmiotu zamówienia.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie 18**

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zabezpieczenie terminowej spłaty w postaci weksla in blanco. Jednocześnie prosimy Zamawiającego o odpowiedź, czy wyraża zgodę, aby weksel i deklaracja były wzorami Wykonawcy (lub przedłożenie wraz z odpowiedziami własnego wzoru) oraz potwierdzenie, że na prośbę Wykonawcy Zamawiający przekaze weksel In blanco wraz deklaracją w dniu podpisania umowy.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie 19**

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na cesję praw z polisy ubezpieczeniowej do kwoty stanowiącej równowartość przedmiotu zamówienia.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie 20**

Czy w celu zabezpieczenia terminowej zapłaty Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zabezpieczenia w postaci poręczenia Organu Założycielskiego

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie 21**

Prosimy o ujednoczenie warunków udziału w postępowaniu dla wszystkich Wykonawców i dokonanie modyfikacji opisu sposobu oceny warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej, określonego w SIWZ, poprzez nadanie mu następującej treści: „Wykonawca wykaże, że należycie wykonał, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 zamówień obejmujących dostawę lub modernizację/ rekondycję wraz z uruchomieniem rezonansu o parametrach rezonansu nie gorszych jak w przedmiocie zamówienia; o wartości nie mniejszej niż 2.500.000,00 zł brutto każda”. Obecnie sformułowany warunek jest uzależniony od wartości składanej przez Wykonawcę oferty a więc jest inny dla każdego Wykonawcy.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie 22**

Prosimy o dokonanie modyfikacji opisu sposobu oceny warunku udziału w postępowaniu dot. sytuacji finansowej lub ekonomicznej, poprzez nadanie mu następującej treści: „Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunki udziału, jeżeli jest on ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w ramach prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia co najmniej do kwoty 3.000.000, 00 zł.”

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Powyższe odpowiedzi są integralną częścią siwz i należy je uwzględnić przy opracowywaniu oferty.  
Powyższe odpowiedzi nie stanowią modyfikacji siwz w rozumieniu Prawa zamówień publicznych.