

	Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu® ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl	Nr sprawy: ZP/8/2022
	Postępowanie w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na dostawę odczynników do wykonywania badań z zakresu koagulologii wraz z dzierżawą analizatora.	

Elbląg, dnia 28.06.2022 r.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: Postępowanie w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na dostawę odczynników do wykonywania badań z zakresu koagulologii wraz z dzierżawą analizatora. Nr sprawy 8/2022.

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu, ul. Komeńskiego 35 informuje, że zgodnie z art. 284 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. ustawy Pzp udziela wyjaśnień na pytania, które wpłynęły od Wykonawców zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Pzp o poniższej treści:

Pytanie 1 – dot. Pakietu nr 1:

Czy Zamawiający dopuści analizator rok produkcji 2016, aparat sprawny technicznie, po pełnym „zerowym” przeglądzie serwisowym i z gwarancją Wykonawcy umowy na cały okres jej trwania?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 2 – dot. Pakietu nr 1:

Czy Zamawiający zgodzi się na manualne skanowanie próbek i odczynników wkładanych na pokład aparatu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3 – dot. Pakietu nr 1:

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu o trwałości odczynnika na pokładzie do PT z 5 dni na 2 dni, trwałość odczynnika do APTT 5 dni zostaje bez zmian lub może być wydłużony do 10 dn?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści trwałość odczynnika na pokładzie do PT do 2 dni., reszta zgodnie z SWZ.

Pytanie 4 – dot. Pakietu nr 1:

Czy Zamawiający zgodzi się na brak pozycji termostатовanej na próbki?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza brak termostатовanej próbki na pokładzie.

Dyrektor

Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu

(-)

lek. Mirosław Gorbaczewski