

Węgrów, dnia 29.07.2020r.

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Kościuszki 15
07-100 Węgrów

Do wszystkich uczestników postępowania
PYTANIE I ODPOWIEDŹ

Dotyczy: Dostawy szwów chirurgicznych, siatek przepuklinowych, opatrunków hemostatycznych, staplerów, klipsów tytanowych i polimerowych, Znak: ZP/NC/8/20 (Biuletyn Zamówień Publicznych z dnia 21.07.2020 r. nr 564664 – N – 2020)

Działając na podstawie art.38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgrówie informuje, że wpłynęło następujące zapytania od Wykonawców:

Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy

Pakiet 10

Czy Zamawiający w celu potwierdzenia kompatybilności klipsów z klipsownicami Grena wymaga dostarczenia dokumentu wystawionego przez producenta klipsownic? Obecne sformułowanie wymogu nie stwierdza, w jaki sposób weryfikowana będzie kompatybilność klipsów z klipsownicami, co nie daje pewności, co do poprawności tej kompatybilności w przestrzeni operacyjnej. Brak wymaganej kompatybilności doprowadzić może do niewłaściwego zamknięcia, uszkodzenia czy samodzielnego otwarcia klipsa, co ma znaczenie dla dobra pacjenta.

Odpowiedź:

Zamawiający **nie wymaga** załączenia do oferty dokumentu wystawionego przez producenta klipsownic potwierdzającego kompatybilność klipsów z klipsownicami Grena. Zgodnie ze SIWZ- część VIB ust.7 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, w przypadku wystąpienia w trakcie badania i oceny ofert wątpliwości dotyczących zgodności zaoferowanych produktów z opisami w SIWZ, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do dostarczenia ww. dokumentu.

Dotyczy załącznika nr 6 do SWZ – Projekt umowy

§ 6 ust 1

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1:

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości:
 - 1) 0,2 % wartości brutto części niezrealizowanego zamówienia, za każdy dzień opóźnienia w dostawie towaru, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej w terminie części zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację powyższego zapisu.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Węgrówie

lek. med. Andrzej Skóra