

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego:

OR-OP-AZ.2512.3.2022.AW

Opis przedmiotu zamówienia

TERMOHIGROMETRY DO POMIARÓW TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI W POMIĘSZCZENIACH
ARCHIWALNYCH ZE ŚWIADECTWEM WZORCOWANIA I OPROGRAMOWANIEM
ORAZ INTERFEJSEM USB

1. Wartość urządzeń nie może przekroczyć kwoty łącznej 6906,45 zł brutto
2. Urządzenia powinny posiadać odpowiednie Właściwości funkcjonalne i parametry techniczne
tj. - posiadać łatwą i intuicyjną obsługę np. 1 przyciskiem lub mieć możliwość automatycznego programowania po podłączeniu do komputera.
 - posiadać wysokiej jakości i wydajności oprogramowanie z możliwością generowania i drukowania raportów i wykresów oraz wysyłanie powiadomień e-mail lub sms oraz dostawca urządzenia powinien mieć możliwość dostarczenia do sprzedawanego urządzenia oprogramowania oraz niezbędnych do jego funkcjonowania aktualizacji systemowych
 - urządzenia powinny posiadać pamięć wbudowaną mieszczącą od 30000 do 50000 i powyżej pomiarów wykonywanych z dokładnością $\pm 0,5$ stopnia C, a minimalnie ± 1 stopień C z częstotliwością zapisywania co 1 sekundę nie rzadziej jednak niż co 30 sekund najlepiej z możliwością programowania.
 - urządzenia powinny mieć niskie koszty eksploatacji, trwałą baterię wymienną co pięć lat nie krócej jednak niż co jeden rok, gwarancję na serwis i naprawy na pięć lat nie krócej jednak niż na jeden rok oraz możliwość wykonywania Wzorcowania w optymalnym zakresie $-30^{\circ}\text{C} \dots +80^{\circ}\text{C}$, 10%...95% nie mniejszym jednak niż $-20^{\circ}\text{C} \dots +70^{\circ}\text{C}$, 10%...95% w laboratorium posiadającym możliwość przeprowadzenia badań w optymalnych warunkach oraz posiadać świadectwa wzorcowania z akredytacją Polskiego Centrum Akredytacji – PCA oraz aktualną normą ISO i certyfikat ILAC-MRA