

Dreźnie, dnia 14 listopada 2024 roku

**Do Wykonawców,
ubiegających się o zamówienie**

P1

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów medycznych do leczenia ran dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Dreźnie, nr sprawy: PCZSzp/TP-MN/17/2024, 2024/BZP 00586754/01 z dnia 2024-11-08

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

1. Zamawiający, w trybie art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, *zwanej dalej Ustawą* udziela następujących wyjaśnień i wprowadza zmiany treść SWZ:

Pytanie 1

pakiet 25

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 25 w poz. 1 żel o poniższym składzie w 100 g:

- Pure water
- Propylene Glycol, Hydroxyethylcellulose
- 2g Lidocaine Hydrochloride
- 0.25g Chlorhexidine Gluconate- 20 %
- 0.02g Methyl Hydroxybenzoate
- 0.02g Propyl Hydroxybenzoate

pojemność 6 ml w ampulko-strzykawce, sterylny, rozpuszczalny w wodzie żel smarujący stosowany do cewnikowania pęcherza moczowego, w endoskopii i cystoskopii?

Odp. do pytania 1

Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wskazanymi w SWZ.

Pytanie 2

pakiet 17 poz. 1

Z uwagi na zaprzestanie produkcji gramatury 28g prosimy zamawiającego o wyłączenie z pak 17 pozycji 1?

Odp. do pytania 2

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Pytanie 3

dodatek nr 5 do SWZ, projektowane postanowienia umowy § 6 ust. 3

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 3 :

3. W przypadku uchybień określonych w:

- a) §2 ust.1 Zamawiający uprawniony jest do naliczania kary umownej w wysokości **0,5%** wartości brutto niedostarczonej części bieżącego zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
- b) §2 ust.21 Zamawiający uprawniony jest do naliczania kary umownej w wysokości **0,5%** wartości brutto pakietu 9 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
- c) §3 ust.4 Zamawiającemu uprawniony jest do naliczania kary umownej w wysokości **0,5%** wartości brutto zareklamowanej części bieżącego zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

Odp. do pytania 3

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Pytanie 4

pakiet 4 poz. 8

Czy Zamawiający wymaga ligniny pakowanej w opakowanie foliowe chroniące przed wilgocią?

Odp. do pytania 4

Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wskazanymi w SWZ.

Pytanie 5

pakiet nr 7 poz. 4-7

Czy Zamawiający wymaga, aby kompresy nadawały się do sterylizacji parą wodną?

Odp. do pytania 5

Zamawiający wyjaśnia, że w opisie przedmiotu zamówienia zawarte jest wymaganie, aby kompresy były dedykowane do sterylizacji co najmniej parą wodną.

Pytanie 6

pakiet 7 poz. 4-7

Czy Zamawiający wymaga, aby kompresy spełniały wymogi wyrobów w klasie IIa reg.7?

Odp. do pytania 6

Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wskazanymi w SWZ.

Pytanie 7

pakiet 10, poz. 2, 7

Czy zamawiający wymaga setonu z gazy 17nitkowej 2m x 5cm, sterylnego z nitką RTG, czy bez nitki RTG?

Odp. do pytania 7

Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wskazanymi w SWZ.

Pytanie 8

pakiet 11 poz. 1-3

Czy Zamawiający wymaga opasek o składzie: 85% włókno poliamidowe i 15% włókno poliuretanowe?

Odp. do pytania 8

Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wskazanymi w SWZ.

Pytanie 9

pakiet 12 poz. 1-6

Czy Zamawiający dopuści kompresy w opakowaniach bez samoklejącej metryczki?

Odp. do pytania 9

Nie wprowadza się proponowanej zmiany

Pytanie 10

pakiet 24 poz.1-3

Czy zamawiający wymaga, aby trzpień na który nawinięta jest opaska był wykonany z perforowanego plastiku, co pozwala na szybkie i dokładne odsączanie wody po namoczeniu opaski?

Odp. do pytania 10

Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wskazanymi w SWZ.

Pytanie 11

Dodatek nr 5 do SWZ, projektowane postanowienia umowy § 6

Czy Zamawiający zgadza się na modyfikację wzoru umowy w §6 w następujący sposób:

W przypadku uchybień terminów określonych w:

- ust 3 A i B Zamawiający uprawniony jest do naliczania kary umownej w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej części bieżącego zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
- ust 3 C Zamawiającemu uprawniony jest do naliczania kary umownej w wysokości 0,5% wartości brutto zareklamowanej części bieżącego zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

Odp. do pytania 11

Nie wprowadza się proponowanej zmiany

Pytanie 12

Dodatek nr 5 do SWZ, projektowane postanowienia umowy § 6

Czy Zamawiający zgadza się aby w §8 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy”? Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odp. do pytania 12

Nie wprowadza się proponowanej zmiany. W zakresie nieuregulowanym w umowie zastosowanie na Kodeks Cywilny.

Pytanie 13

Pakiet 2 poz. 1-7, 6

Poz. 1-7 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania przylepców sterylnych, włókninowych z centralnym opatrunkiem, warstwa kleju z syntetycznego kauczuku?

Poz. 6 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania przylepca w rozmiarze 10cmx25cm lub 10cmx35cm?

Odp. do pytania 13

Dopuszcza się możliwość złożenia oferty w pakiecie 2 poz. 6 na przylepiec w rozmiarze 10cmx25cm. W pozostałym zakresie pytania nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Pytanie 14

Pakiet 24 poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania opaski obustronnie pokrytej gipsem o zawartości gipsu naturalnego 89%, czas wiązania gipsu 2-4 min. Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. do pytania 14

Dopuszcza się możliwość złożenia oferty na gips z czasem wiązania 2-4 minut, przy pozostałych parametrach bez zmian.

Pytanie 15

Pakiet 27 poz. 1, 6

Poz. 1 – Czy Zamawiający wymaga w tej pozycji opatrunku piankowego do zabezpieczania kości krzyżowej w rozmiarze 18cm x 18cm, czy 22,5cm x 22,5cm?

Poz. 6 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania opatrunku hydroaktywnego do aktywnego oczyszczania rany i pobudzania rozwoju ziarniny. Płyn Ringera jest uwalniany w stałych i równych ilościach, aby umożliwić autolityczne oczyszczenie rany z suchych i rozplywnych tkanek martwiczych. Opatrunek wchłania wysięk z rany i usuwa zdewitalizowaną tkankę, zapewniając idealne środowisko gojenia rany.

Odp. do pytania 15

Zamawiający wyjaśnia, że w pakiecie 27 poz. 1 Wykonawca może zaferować wszystkie dostępne rozmiary, jakie posiada w swojej ofercie.

W zakresie oferty na pakiet 27 poz. 6 nie stawia się dodatkowych wymagań.

W załączeniu zmieniony dodatek nr 2 do SWZ

Z poważaniem

Prezes Zarządu

Agnieszka Banaszek

W trybie art. 284 ust. 6 i art. 286 ust.7 Ustawy wyjaśnienia i zmiany zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania dnia 14.11.2024 r.