MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI
OŚRODEK MEDYCYNY PRACY
09-402 PŁOCK ul. KOLEGIALNA 17

Płock, dnia 21.04.2021 r.

Do Wykonawców

Znak sprawy: ZP.260.5.2021

Dotyczy: Świadczenie usługi serwisowania aparatury i sprzętu medycznego będącego na stanie MWOMP Płock oraz Oddziału MWOMP w Warszawie.

W związku z nadesłanym pytaniem odnośnie treści opisu przedmiotu zamówienia dla Części II, w postępowaniu jw. Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie:
Dotyczy Części nr 2 - Aparat DR7500 Czy z uwagi na specyfikę urządzenia produkcji Carestream Health:
Aparat DR 7500 - konieczność pełnego dostępu serwisowego do oprogramowania urządzeń w celu wykonania usług (przeglądów i napraw) zgodnie z zaleceniami producenta Carestream Health
Zamawiający wymaga aby pracownicy wykonujący przeglądy i naprawy posiadali certyfikaty szkoleń serwisowych na dany typ urządzeń wydany przez centrum szkoleniowe producenta Carestream Health

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający informuje, iż wymaga pracownicy wykonujący przeglądy i naprawy posiadali certyfikaty szkoleń serwisowych na dany typ urządzeń wydany przez centrum szkoleniowe producenta Carestream Health.

Agnieszka Sulkowska
Elektronicznie podpisany przez Agnieszka Sulkowska
Data: 2021.04.21 12:50:08 +02'00'

Tel:	Płock 24 262 87 48	o/Warszawa 22 560 00 40	o/Radom 48 330 93 22
Fax:	24 262 88 42	22 560 00 41	48 330 93 23
e-mail:	plock@mwomp.pl	warszawa@mwomp.pl	radom@mwomp.pl

NIP: 774-15-46-233 REGON 000301569 KRS 0000139991

Mazowsze. serce Polski

Daniel Radosław Igielski
Elektronicznie podpisany przez Daniel Radosław Igielski
Data: 2021.04.21 08:29:33 +02'00'
Anna Derlukiewicz
Elektronicznie podpisany przez Anna Derlukiewicz
Data: 2021.04.21 11:29:18 +02'00'